

Dotyczy: Zapytania do SIWZ na dostawy Cewników Permanentnych
w przetargu nieograniczonym znak sprawy:
17W/CEWNIKI PERMAN.//2009

Pyt.1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie permanentnego cewnika do hemodializy z mufą dakronową wykonanego z materiału „carbothane” o średnicy zewnętrznej 14,5 Fr z następującym zestawem do tunelizacji następcej: cewnik do tunelizacji, prowadnica Selinger „J”, metalowy tunelizator, dwustopniowe rozszerzało tkaninowe 10 i 12 Fr, rozrywalną koszulkę wprowadzającą z zastawką hemostatyczną, igłę do nakłucia żyły, dwie nakrętki do kanałów cewnika.

Odp. – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane cewniki.

Pyt.2. Czy zamawiający dopuści zestaw wkłuć permanentnych do hemodializy bez strzykawki?.

Odp. – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt.3. Prosimy o zmianę §2 pkt.2 wzoru umowy na następujący: „Zamówienie powinno być zrealizowane maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od jego otrzymania”.

Odp. – Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis.

Pyt.4. Prosimy o zmianę § 9 pkt. 1 wzoru umowy na następujący: „W razie zwłoki w dostarczeniu towaru Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary w wysokości 0,1% wartości przedmiotu dostawy za każdy dzień zwłoki”.

Odp. – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.