

Dotyczy przetargu na dostawę sprzętu jednorazowego użytku.
Przetarg znak: 15/M/2009

Pyt Nr 1.

1. Treść SIWZ nie zawiera informacji jakich dokumentów Zamawiający będzie żądał od wykonawców mających siedzibę poza granicami kraju.

Pozostawienie zapisu w niezmienionej formie stanowiłoby niedopuszczalną dyskryminację podmiotów z innych Państw Unii Europejskiej.

Dlatego też prosimy o wprowadzenie odpowiedniej modyfikacji i dostosowanie jej do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 “w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy”.

Odp.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- 1) a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
- 2) pkt 4 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Pyt Nr 2

2. Prosimy o określenie terminu dostawy na min. 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to czasem: odbiór przesyłki z magazynów, rozpakowanie czy przesortowanie.

Odp. Nie

Pyt Nr 3

3. W pkt 11 ppkt f SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty certyfikatu CE.

Kwestię wprowadzania do obrotu wyrobów medycznych reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o wyrobach medycznych. Dlatego prosimy o wniesienie odpowiedniej modyfikacji do w/w punktów SIWZ i potwierdzenie że Zamawiający wymaga dołączenia do oferty właściwych dokumentów dopuszczających do stosowania na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej w zależności od klasyfikacji wyrobów medycznych – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych tj.

- dla klasy IIb i III zgłoszenia do rejestru wyrobu medycznego , certyfikatu CE oraz deklaracji zgodności z numerem jednostki notyfikowanej
- dla wyrobów klasy I deklaracji zgodności
- dla wyrobów klasy IIa ,I sterylnej i I z funkcją pomiarową :certyfikatu wraz z deklaracją zgodności.

Odp. Nie

Pyt Nr 4

4. Pakiet Nr 6– Igły do punkcji mostka (do pobierania szpiku kostnego).

Czy Zamawiający wymaga żeby łącznik Luer-Lock był wykonany z metalu, a korpus igły wraz z regulatorem z plastiku?

Czy Zamawiający wymaga żeby mandryn posiadał wskaźnik optyczny, co uniemożliwia jego zamknięcie w odwróconej pozycji.

Odp. Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowane igły do punkcji mostka.

Pyt Nr 5

5. Pakiet nr 22 Zestawy do punkcji jamy opłucnej

Czy Zamawiający wymaga żeby worek na wydzielinę posiadał zawór spustowy.

Odp. Nie

Pyt Nr 6

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności ?

Odp. Tak

Pyt Nr 7

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

Odp. Nie

Pyt Nr 8

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta ? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

Odp. Nie

Pyt Nr 9

dotyczy pakietu nr 1, poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga strzykawek wyposażonych w rozszerzoną skalę pomiarową ?

Odp. Nie

Pyt Nr 10

dotyczy pakietu nr 1, poz. 7

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawki wyposażonej w podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową ?

Odp. Nie

Pyt Nr 11

dotyczy pakietu nr 1, poz. 1-10

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 10szt. w poz. 1-9 oraz 5szt. w poz. 10

Odp. Tak

Pyt Nr 12

dotyczy pakietu nr 2, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania igły w rozmiarze 0,7x30mm.

Odp. Tak

Pyt Nr 13

dotyczy pakietu nr 2, poz. 1-10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia co do ilości wymaganych próbek, czy należy rozumieć że Zamawiający wymaga po minimum 20 szt. do poz. 1-7(igły) i po 2 szt. do poz. 8-10(pojemniki) ?

Odp. Tak

Pyt Nr 14

dotyczy pakietu nr 5, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania standardowych ramp kranikowych składających się z systemu kraników.

Odp. Tak

Pyt Nr 15

dotyczy pakietu nr 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul wykonanych z innego niż poliuretan materiału (teflon), popartego badaniami odnośnie jego biokompatybilności.

Odp. Tak

Pyt Nr 16

dotyczy pakietu nr 8, poz. 7

Prosimy o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,8mm.

Odp. Tak

Pyt Nr 17

dotyczy pakietu nr 8, poz. 3-7

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby kaniule posiadały korek portu górnego w systemie samodomykającym się. Nie ma on żadnego merytorycznego uzasadnienia, wprost przeciwnie stanowić może zagrożenie, gdyż bardzo łatwo się otwiera nawet podczas minimalnego kontaktu. Korek może zostać przypadkowo otwarty przez pacjenta podczas wykonywania standardowych czynności.

Odp. Tak

Pyt Nr 18

dotyczy pakietu nr 8, poz. 1-8

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby wszystkie produkty pochodziły od jednego producenta. Biokompatybilność gwarantują narzucone normy, według których wytwarzane są produkty a nie fakt że pochodzą od tego samego producenta.

Odp. Tak

Pyt Nr 19

dotyczy pakietu nr 24

Prosimy o możliwość zaoferowania pojemników o pojemności 20ml.

Odp. Tak

Pyt Nr 25

dotyczy pakietu nr 25, poz. 1,2

Prosimy o możliwość zaoferowania sond o długości 80cm.

Odp. Tak

Pyt Nr 26

dotyczy pakietu nr 26

Z uwagi na specyficzny charakter pakietu oraz niewielką ilość prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenia próbek na rzecz katalogów.

Odp. Tak

Pyt Nr 27

dotyczy pakietu nr 37

Czy Zamawiający wymaga ostrzy z wygrawerowanym numerem oraz nazwa producenta bezpośrednio na ostrzu ?

Odp. Nie

Pyt Nr 28

dotyczy pakietu nr 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów wykonanych z lateksu, nie silikonowanych ?

Odp. Tak

Pyt Nr 28

Dotyczy pakietu 3A

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na podanie ceny za opakowanie a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem podanych ilości.

Odp. Tak

Pyt Nr 29

Dotyczy pakietu 3A

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie ilości próbek dla pakietu dotyczącego rękawic diagnostycznych, z uwagi na wymóg zgodności zaoferowanych rękawic z badaniami do serii. Bardzo trudno sprawdzić zgodność powyższego wymogu w chwili złożenia próbek w ilości 20 par. Prosimy o wprowadzenie wymogu złożenia próbek w ilości 1 op. a 100 szt. (50 par) jednego rozmiaru.

Odp. Nie

Pyt Nr 30

1.Dotyczy formularza cenowego pakiet nr 1- strzykawki

poz. 8 – proszę o rezygnację z wymogu , aby strzykawka do cewników 50 ml posiadała nasadkę typu luer. Uzasadnienie: Strzykawki cewnikowe 50 ml ogólnie dostępne na rynku nie posiadają w/w nasadki luer.

Odp. Tak

Pyt Nr 31

2.Dotyczy formularza cenowego pakiet nr 1- strzykawki

poz. 5 – proszę o dopuszczenie strzykawki do insuliny z nakładaną igłą.

Odp. Nie

Pyt Nr 32

3.Dotyczy formularza cenowego pakiet nr 1- strzykawki

poz. 10 – proszę o wydzielenie z pakietu nr 1 poz. 10 . Wydzielenie pozycji z zadania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odp. Nie

Pyt Nr 33**Wzór umowy - §1 ust. 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości waloryzacji cen jednostkowych netto oraz dodanie następującego zapisu lub jego części do §1 ust. 3 umowy:

1. Każdej ze stron niniejszej umowy przysługuje prawo do waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, przy czym waloryzacja ta może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn.
2. Za ważną przyczynę w rozumieniu ust. 1 uważa się w szczególności:
 - a) zmianę stawki podatku VAT bądź stawek celnych i innych podobnych opłat publicznoprawnych związanych z wprowadzeniem na polski obszar celny asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia;
 - b) podyktowaną przez producenta zmianę cen asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia,
 - c) zmianę publikowanego przez NBP średniego kursu waluty w której wykonawca dokonuje rozliczeń z dostawcą/producentem, jeżeli krajem pochodzenia towaru nie jest Rzeczpospolita Polska,
 - d) zmianę wskaźnika wzrostu cen i towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa GUS,
 - e) wszelkie inne zmiany elementów składających się na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę, jeżeli zmiana na mogłaby skutkować koniecznością sprzedaży zamawiającemu asortymentu poniżej kosztów jego zakupu i dostawy (w tym po tzw. cenach dumpingowych), tj. mogłaby stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
3. Dla skuteczności złożenia oświadczenia z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia wykonawcy wystarczające jest przesłanie go drugiej stronie faksem, za niezwłocznym potwierdzeniem pismem. Zwaloryzowane ceny jednostkowe za asortyment wskazany we wniosku obowiązywać będą po upływie siedmiu dni od jego otrzymania.

Odp. Nie

Pyt Nr 34**Wzór umowy - §2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu dostaw na maksymalnie 5 dni roboczych.

Odp. Nie

Pyt Nr 35**Wzór umowy - §7 ust. 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu załatwienia reklamacji na maksymalnie 5 dni roboczych.

Odp. Nie

Pyt Nr 36**Wzór umowy - §8 ust. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę kary umownej na 0,2% wartości niezrealizowanego przedmiotu dostawy.

Odp. Nie

Pyt Nr 37

Wzór umowy - §8 ust. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę kary umownej na 10% wartości dostawy, pozostałej do realizacji.

Odp. Tak

Pyt Nr 38

Pakiet nr 3 D poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści w ww. pakiecie rękawic foliowe nie będące wyrobem medycznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych, a więc nie oznaczone znakiem CE? (pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Rękawice foliowe służą przede wszystkim do prac porządkowych i nie muszą być oznakowane tak jak rękawice o przeznaczeniu medycznym.

Odp. Nie

Pyt Nr 39

Pytania dot. SIWZ

W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że ujęcie w jednej umowie realizacji kilku / kilkunastu pakietów, nie zmienia stanu prawnego, iż każdy pakiet objęty jest odrębną umową ze wszystkimi płynącymi z tego konsekwencjami prawnymi, w szczególności możliwością zgodnego rozwiązania umowy w zakresie poszczególnych pakietów .

Odp. Tak

Pyt Nr 40

Pakiet 1A

Prosimy Zamawiającego o określenie do jakiego rodzaju pompy Braun mają pasować zaoferowane strzykawki 50ml?

Odp. Pompa BRAUN PERFUSOR SECURA P

Pyt Nr 41

Pakiet 3A poz. 1-3

Czy Zamawiający oczekuj załączenia do oferty dokumentów potwierdzających testowanie rękawic diagnostycznych na przenikalność dla substancji chemicznych wykorzystywanych w laboratoriach diagnostycznych oraz w środkach myjących i dezynfekcyjnych. Pełna i wiarygodna informacja o czasie przenikania przez rękawice różnych substancji chemicznych pozwala właściwie zaplanować prace personelu i zagwarantować tym samym wysoki poziom bezpieczeństwa.

Odp. Tak

Pyt Nr 42

Pakiet 8 poz. 1-2

Czy kaniule 26G i 24G bez portu górnego mają być wyposażony w dodatkowy **zdejmowalny** uchwyt ułatwiający wprowadzanie?

Odp. Nie

Pyt Nr 43

Pakiet 8 poz. 3-7

Czy należy dołączyć do oferty minimum 2 badania kliniczne potwierdzające biokompatybilność materiału z jakiego zostały wykonane kaniule?

Odp. Nie

Pyt Nr 44

Pakiet 8 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczka z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka, stosowanego powszechnie w wielu placówkach służby zdrowia. Obecność trzpienia osadzonego poniżej krawędzi koreczka i tak wszelkie zasady bezpieczeństwa nakazują użycie nowego, w celu zapobieżenia przypadkowemu zakażeniu.

Odp. Tak

Pyt Nr 45

Pakiet 35 poz. 2

Czy przedłużacz w kranikach ma być wykonany z PVC nie zawierającego ftalanów di(2-etyloheksylowych) DEHP. Jest on najczęściej stosowanym w PVC ftalanom, który zaburza rozwój komórek, wywołuje zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz jest podejrzewany o działanie rakotwórcze.

Odp. Nie

Pyt Nr 46

Pakiet 11 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do tracheotomii przezskórnej zawierającej prowadnicę Seldingera, mankiet uszczelniający niskociśnieniowy z elastycznym, przezroczystym kołnierzem z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, z tasiemką do mocowania rurki, ze znacznikiem RTG, wykonana z materiału hipoalergicznego i pirogennego, z terminem ważności sterylizacji ci najmniej 3 lata od chwili zakupu, ze znakiem CE, opakowanie sztywne folia-papier.

Odp. Tak

Pyt Nr 47

1.Dotyczy pakietu nr 44 - dreny do ssaków próżniowych

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do składania ofert częściowych w/w pakiecie lub wyłączenie pozycji 1,2,3,4 i utworzenie odrębnego pakietu np 44A. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Odp. Zamawiający przychylił się do prośby Wykonawcy i wydzielił z Pak Nr 44 poz. 5 i tworzy dodatkowy pakiet Nr 44A

Pakiet Nr 44 A - katetery Fogarty'ego do embolectomii jednokanałowe

L / p	Rodzaj łącznika	rozmiar	Ilość	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie
1.	Katetery Fogarty'ego do embolectomii jednokanałowe	od 2F do 5F	40 sztuk.							

Wymagania dla pakietu Nr 44 A

1. Długość kateterów 40 cm
2. Dreny wszystkich rodzajów sterylne, pakowane po jednej sztuce w podwójne opakowania folia- papier i wewnętrzne folia
3. Opakowanie łatwe do otwarcia
4. Tępo zakończony koniec
5. Końcówka z wejściem luera
6. Termin ważności sterylizacji co najmniej 3 lata od chwili zakupu
7. Posiadać znak CE

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- oznakowanie kateteru od 0 do 10 punktów
- niesklejalność od 0 do 20 punktów
- łatwość wyjmowania z opakowania od 0 do 10 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej próbki do testowania w ilości nie mniej niż 2 sztuki .

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona

Pyt Nr 48**2. Dotyczy paragrafu 8 ust 1**

W/w ust. wzoru umowy zawiera informacje, że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w wysokości 0,5% wartości przedmiotu dostawy za każdy dzień opóźnienia. Zapis taki sprzeczny jest z art. 5 KC oraz art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wnosimy zatem o zmianę w/w kar umownych do wysokości 0,1%.

Odp. Nie

W wyroku z dnia 29 maja 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych KIO/UZP 468/08; KIO/UZP 480/08 stwierdziła:

„1. Umowy w sprawach zamówień publicznych są umowami wzajemnymi, nawet same świadczenia stron umowy nie muszą być obiektywnie ekwiwalentne. Tym bardziej pozostałe elementy umowy nie muszą być symetryczne.

2. Żaden przepis ustawy - Prawo zamówień publicznych nie ogranicza zamawiającego w stanowieniu wysokości kar umownych czy odsetek umownych (...)” W uzasadnieniu dodatkowo stwierdzono:

„Ponadto na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmodyfikowanej zgodnie z pismem z 9 maja 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że Zamawiający nie ustanowił kar umownych w wysokości 30% wartości umowy brutto, a jedynie odsetek ten jest górną granicą pobierania kar umownych według określonych reguł wyliczania tych kar. Rozdział XIV ust. 13 specyfikacji uzyskał brzmienie: "Zamawiający może naliczyć karę umowną za niewykonanie umowy w ustalonych przez Zamawiającego terminach w wysokości 0,5% liczonego od wartości pojedynczej dostawy za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem górnej granicy 30%". A rozdział XIV ust. 14 specyfikacji uzyskał brzmienie: "W przypadku nienależytego wykonania przez wykonawcę umowy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości do 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto".

Powyższa linia orzecznicza jest utrwalona i dodatkowo potwierdza ją wyrok z dnia 6 czerwca 2005 r. Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych UZP/ZO/0-1194/05, w którym stwierdzono:

„1. Nie narusza prawa zastrzeżenie w projekcie umowy o dostawę towaru wysokich kar umownych za zwłokę w dostarczeniu towaru, jeżeli specyfika działalności zamawiającego uzasadnia wymóg szybkiej i terminowej dostawy.

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, w zakresie terminów zapłaty i uprawnień wierzyciela, powinna być zgodna z przepisami ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych”. *LEX nr 176179*

Powołane w Państwa piśmie orzeczenie z 24 czerwca 2004r. dotyczy całkowicie innej sytuacji, a mianowicie w uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia podano takie elementy stanu faktycznego:

„Zarzuca ponadto, że w projekcie umowy zawarto znaczną dysproporcję w zakresie kar umownych np. w przypadku odstąpienia od umowy wykonawca zapłaci 5% wartości wynagrodzenia zaś Zamawiający jedynie 0,5 %. Podobne dysproporcje przewidziano w przypadku opóźnienia się z realizacją obowiązków umownych przez wykonawcę i Zamawiającego. (...).

Do niedozwolonych zapisów umowy należy uznać również zapis o różnych wysokościach kar umownych przewidzianych z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania postanowień umowy. W przypadku Zamawiającego za każdy dzień zwłoki ustalono karę w wysokości 5 zł zaś w przypadku wykonawcy 0,5% wartości umownej za każdy dzień zwłoki, a więc biorąc pod uwagę wartość kosztorysową zadania kwotę nie mniejszą niż 500 zł.

Podobne dysproporcje przewidziano w przypadku określenia kar za odstąpienie od umowy. „ Jak widać w żaden sposób nie odpowiadają one rozwiązaniom przyjętym w niniejszym postępowaniu.

W związku z powyższy nie zachodzi podstawa do zmiany powyższego zapisu umowy.

Pyt Nr 49

1. Czy Zamawiający dopuści system konkurencyjny do opisanego, który charakteryzuje się kanistrami bez przyłączy i wkładami, w pokrywie wkładu znajduje się tylko 2 króćce (pacjent, próżnia) o różnej średnicy, co uniemożliwia błędne podłączenie drenów. Wkład posiada filtr hydrofobowy(pełniący funkcje zastawki zabezpieczający źródło ssania) i antybakteryjny, bez szerokiego portu żelującego, który zasysany jest w sposób

bezpieczny port pacjenta. Wkład samo zasysa i samo uszczelnia się po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister. Posiadają dwa uchwyty w kształcie pętli co znacznie ułatwi ich demontaż. Wkłady o mniejszej pojemności są kompatybilne z pojemnikami o większej pojemności, w przypadku odsysania mniejszej ilości wydzieliny nie ma potrzeby zmiany pojemnika. W komplecie łącznik stożkowy do łączenia drenów o różnych średnicach.

2. Czy zamawiający pisząc o nieodpłatnej instalacji nowych ssaków próżniowych miał na myśli dostarczenie pojemników wielorazowych kompatybilnych oferowanym systemem? Jednocześnie prosimy o określenie ilości stanowisk do doposażenia.

Odp. Tak

Jeżeli Wykonawca będzie chciał dostarczyć wkłady o innych wymiarach, musi wymienić i zainstalować nieodpłatnie nowe ssaki próżniowe(50 sztuk) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego , na okres nie krótszy niż czas trwania umowy.