

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego
IM. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
06-200 MAKÓW - MAZOWIECKI
fax: (0-29) 71-42-299**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników oraz zakup i dzierżawa analizatora 14 – pakietów. (nr postępowania: 17/2011).

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z uczestnictwem w postępowaniu proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

1. Dot. Pakietu nr 12 – Odczynniki do diagnostyki RKZ na analizatory Corning 248 i Corning 348 wraz z materiałami zużywalnymi (tabela nr 1), Paski do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora (tabela nr 2):

Czy Zamawiający pozwoli na podzielenie tego pakietu na 2 oddzielne zadania – 12A Odczynniki do diagnostyki RKZ na analizatory Corning 248 i Corning 348 wraz z materiałami zużywalnymi (tabela nr 1) oraz 12B Paski do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora (tabela nr 2) ?

W związku z tym że pierwsza część dotyczy tylko odczynników (do dwóch modeli Corninga) natomiast druga niezależnego oddzielnego systemu / aparatu do analizy moczu, taki opis pakietu stawia dodatkowy warunek zaoferowania przedmiotu zamówienia jedynie przez dostawcę odczynników do aparatu RKZ - Corning.

Podział zwiększyłby konkurencyjność ofert, co pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie większej ilości, korzystniejszych cenowo ofert

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe, prosimy o wskazanie której części dotyczyć będą koszty zapewnienia klimatyzacji?

Odp. Nie

2. Dot. Pakietu nr 12 , pkt 4 wymagań dotyczących analizatora:

Czy Zamawiający uzna za spełnienie ww warunku zaoferowanie aparatu z opcją wprowadzania wyniku mikroskopowej oceny osadu bezpośrednio do wyniku w aparacie przy pomocy tzw. przystawki osadowej działającej na podobnej zasadzie jak klawiatura (pod odpowiednimi klawiszami zaprogramowane są poszczególne składniki osadu moczu)?

Wynik badania zawierający parametry fizyko-chemiczne oraz wynik osadu może być drukowany zarówno z aparatu jak i sieci (spełnienie pkt. 8 wymagań dotyczących analizatora).

Odp. Nie

3. Dot. Pakietu nr 12 , pkt 10 wymagań dotyczących analizatora:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czytnika spełniającego pozostałe warunki graniczne, przy czym kalibracja aparatu przebiega automatycznie przy użyciu wewnętrznego paska kalibracyjnego jak również pasków kalibracyjnych, które będą dostarczone bezpłatnie przez okres dzierżawy aparatu? W warunkach pracy rutynowej odbywa się to nie częściej niż raz na 4 tygodnie.

Odp. Tak

4. Dot. Pakietu nr 12, pkt. 16 parametrów granicznych analizatora

Zgodnie z ideą kontroli zewnętrznej która powinna być niezależna od producenta odczynników i aparatu prosimy o zgodę na zaoferowanie uczestnictwa w uznanej międzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości LabQuality lub kontroli Randox?

Odp. Tak

5. Dot. Pakietu nr 12, pkt. 17 parametrów granicznych analizatora oraz poz. 2 Tab. Nr 4:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania materiału kontrolnego (2 poziomy) na bazie moczu ludzkiego czyli pod względem składu podobnego do oznaczanej próbki w postaci płynnej, pochodzącego od innego producenta niż paski do analizy moczu?

Odp. Tak

6. Dot. Pakietu nr 12, pkt. 23 parametrów granicznych analizatora oraz poz.3 i 4 formularza cenowego:

Czy Zamawiający odstąpi od warunku zaoferowania aparatu z odczytem testów paskowych w kierunku mikroalbuminurii oraz możliwości podania wskaźników albuminowo-kreatyninowego i białkowo-kreatyninowego? W zamian oferujemy testy do oznaczania mikroalbuminy z odczytem wizualnym o czułości 20 mg/L.

Odp. Nie

7. Dot. Pakietu nr 12, pkt. 23 parametrów granicznych analizatora oraz poz.3 i 4 formularza cenowego:

Czy w związku z koniecznością odczytu testów do oznaczania mikroalbuminurii należy zaoferować materiał kontrolny całego asortymentu wyszczególnionego w tabeli asortymentowej (parametry fizyko-chemiczne moczu, mikroalbumina)?

Odp. Nie

8. Dot. pakietu nr 1 formularza cenowego, poz.27:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu odczynnikowego do oznaczania parametru UIBC ? Wynik dla parametru TIBC wyliczany jest automatycznie przez system sterujący pracą analizatora na podstawie wyników oznaczeń próbki badanej dla testów UIBC i Fe.

Odp. Tak

9. Dot. wzoru umowy:

Prosimy o zawarcie w projekcie umowy poniższego zapisu (co nie wpływa na wysokość zaoferowanych cen / czynszu netto):

"Od dnia wejścia w życie przepisów prawa zmieniających wysokość stawki podatku od towarów i usług (podatek VAT) do cen netto doliczany będzie podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów prawa."

Odp. Zgoda

Pak Nr 7

1. Czy zamawiający dopuści wirówkę z wyświetlaczem LED ?

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający dopuści wirówkę o zakresie obrotów $500 \div 4000 \text{ min}^{-1}$

Odp. Tak

3. Czy Zamawiający dopuści o wymiarach minimum: głębokości 460mm, szerokość 330mm, wysokość 270mm ?

Odp. Tak

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 9 pozycji 1i2 (Granada agar i Granada bulion)? Przytoczone nazwy handlowe wskazują na jednego dostawcę, co ogranicza zasady uczciwej konkurencji. Wydzielenie z tych pozycji z pakietu 9 pozwoli zamawiającemu otrzymać większą liczbę konkurencyjnych ofert w tym zakresie.

Odp. Dopuszcza podłoża równoważne

Prosimy o wyjaśnienie dot. pakietu nr 13

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 wydzieli i utworzy oddzielny pakiet do odczynników i krwi kontrolnej do aparatu Micros 60? Umożliwi to złożenie ofert innym wykonawcom i wpłynie na konkurencyjność ofert?

Odp. Nie

Prosimy o wyjaśnienie dot. pakietu nr 14 – żele do proteinogramów

1. Czy zamawiający oczekuje chemicznego utrwalania żeli z użyciem mieszaniny kwas octowy + alkohol etylowy (bez użycia metanolu)?

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

Prosimy o wyjaśnienia dot. zapisów SIWZ

Prosimy o zmniejszenie terminu płatności do 30 dni (30 dni jest terminem zgodnym z zapisami ustawy o terminach płatności) od daty dostarczenia faktury.

Odp. Nie

1. Dotyczy projektu umowy

§ 2 ust. 4 oraz pkt 5 - Prosimy o uzupełnienie zapisu po słowach „[...] bez zgody SPZOZ-ZZ” zwrotem „zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”.

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia swojego świadczenia przed Zamawiającym i jednocześnie udziela mu kredytu. Wykonawca czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia. Nie zrealizowanie, w przewidzianym w umowie terminie, obowiązku zapłaty z dostarczony towar stanowi w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego niewykonanie zobowiązania. W związku z czym Wykonawca powinien mieć prawo, w sytuacji gdy dojdzie do naruszenia przez Zamawiającego, postanowień umownych w tym zakresie, do odzyskania należnego mu wynagrodzenia na drodze prawem przewidzianych środków. Jednym z tych środków jest prawo przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią. Zamawiający ogranicza uprawnienia Wykonawcy w tym zakresie zastrzegając sobie prawo do nie wyrażenia zgody na cesję, tym samym wyłączając prawo do podochożenia należnego Wykonawcy świadczenia, poza drogą przymusu sądowego. Tak skonstruowany zapis daje Zamawiającemu pełną swobodę i dowolność w podejmowaniu decyzji, co w istocie jest narzuceniem Wykonawcy uciążliwych warunków umownych w zakresie egzekwowania swoich praw. Dlatego też działając w ramach zasady równości praw i obowiązków stron Wykonawca prosi, o zwrot, iż zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.

Odp. Nie

§ 2 ust. 6 - Zamówienia realizujemy na podstawie zamówienia złożonego drogą pisemną – faksem, pocztą elektroniczną, pocztą kurierską lub drogą telefoniczną za pisemnym potwierdzeniem

Odp. Nie

§ 4 – Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT), ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie. Zmiana cen spowodowana wprowadzeniem ustawowej zmiany stawki podatku VAT obowiązuje od dnia wskazanego w ustawie i nie wymaga zawierania przez strony odrębnej umowy w tym zakresie”.

Należy pamiętać, że instytucja klauzul rewaloryzacyjnych stanowi jedno z istotnych postanowień umowy, stąd też, z uwagi na dochowanie w postępowaniu zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, istnieje konieczność przewidzenia zastosowania tych klauzul już na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Odp. Tak

§ 4 – Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: *„W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”*

Odp. Tak

§ 4 – Prosimy o dodanie postanowienia w brzmieniu – „*Na wypadek w zwłoce zapłaty ceny zakupu ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty, Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności*”.

W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 490 KC gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaoferuje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia.

Odp. Tak

§ 6 ust. 5 (Aparaty) – Prosimy o uzupełnienie zwrotu „24 godziny” zwrotem: „robocze”.

Odp. Tak

§ 8 – Prosimy o zmianę zwrotu: „[...] gdy Wykonawca opóźni się z przyczyn leżących po jego stronie” na zwrot: „[...] gdy Wykonawca dopuszcza się zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy[...]”.

Odp. Tak

§ 9 – Prosimy o dopisanie zdania drugiego w następującym brzmieniu: „*Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Dostawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku* *umownego.*”

Odp. Nie

§ 11 – Prosimy o uzupełnienie zapisu po słowach „[...] bez pisemnej zgody Zamawiającego” zwrotem „*zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić*”.

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia swojego świadczenia przed Zamawiającym i jednocześnie udziela mu kredytu. Wykonawca czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia. Nie zrealizowanie, w przewidzianym w umowie terminie, obowiązku zapłaty z dostarczony towar stanowi w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego niewykonanie zobowiązania. W związku z czym Wykonawca powinien mieć prawo, w sytuacji gdy dojdzie do naruszenia przez Zamawiającego, postanowień umownych w tym zakresie, do odzyskania należnego mu wynagrodzenia na drodze prawem przewidzianych środków. Jednym z tych środków jest prawo przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią. Zamawiający ogranicza uprawnienia Wykonawcy w tym zakresie zastrzegając sobie prawo do nie wyrażenia zgody na cesję, tym samym wyłączając prawo do podochodzenia należnego Wykonawcy świadczenia, poza drogą przymusu sądowego. Tak skonstruowany zapis daje Zamawiającemu pełną swobodę i dowolność w podejmowaniu decyzji, co w istocie jest narzuceniem Wykonawcy uciążliwych warunków umownych w zakresie egzekwowania swoich praw. Dlatego też działając w ramach zasady równości praw i

obowiązków stron Wykonawca prosi, o zwrot, iż zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.

Odp. Nie

§ 14 ust. 2 - Każde uchybienie po stronie Wykonawcy może być podstawą do realizacji tej sankcji, proponuję dodanie zapisu „odstąpienia po uprzednim wezwaniu wykonawcy do odjęcia realizacji umowy w terminie oznaczonym, nie krótszym niż 3 dni robocze.”

Odp. Nie

Dotyczy projektu umowy

§ 5 ust. 1 – Zwracamy na bardzo długi termin płatności. Prosimy o jego pomniejszenie do 45 dni. Prosimy również o zmianę zwrotu: „ od daty dostarczenia faktury” na zapis: „od daty wystawienia faktury”.

Odp. Nie

Pak Nr 11

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 11 w pozycji 1 i 2 jakościowych testów immunochromatograficznych do wykrywania obecności antygenów *Giardia* oraz *Giardia* i *Cryptosporidium* w konserwowanych i niekonserwowanych próbkach kału? Testy zawierają: płytki testowe (20 szt.), koniugat (2,5 ml), rozcieńczalnik do próbek (2,5 ml), jednorazowe pipetki (20 szt.) probówki do rozcieńczeń (20 szt.), instrukcja użycia (1 szt.). Odczyt testu po 15 minutach. Czułość/specyficzność: test Gardia 97,9/97,1 ; Gardia/Cryptosporium G=95,8 i C=96,4/98,5. W załączeniu specyfikacja produktu.

Odp. Nie, Czas odczytu 2-5min tak jak w SIWZ.