

Maków Mazowiecki 17.05.2011r

Przetarg znak: **18/2011** - dostawy **sprzętu jednorazowego użytku,**
materiałów RTG i USG.

Pak Nr 43,tabela 2,poz.1

Czy Zamawiający dopuści nowoczesne, wydajne wymienniki ciepła (sztuczny nos) i wilgoci o zredukowanej przestrzeni martwej do 16ml, o kształcie obudowy innej niż litera T?

Odp. Tak