

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO

	ANALIZATOR BIOCHEMICZNY ,fabrycznie nowy , wyprodukowany w 2011r , podać nazwę, typ, rok produkcji.		
Parametry graniczne			
Lp	Określenie parametru		Tak/ Nie
1	Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie”	Tak	
2	Praktyczna wydajności minimalna 310 oznaczeń na godz.dl oznaczeń fotometrycznych i 50 ozn/godz dla ISE	Tak	
3	Metody pomiaru:		
	Fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczne: punktu końcowego i kinetyczne; ISE - minimum Na, K, Cl	Tak	
4	Zakres pomiarowy fotometru 340- 800 nm	Tak	
5	Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku	Tak	
6	Analiza w fazie ciekłej	Tak	
	Możliwości analityczne:		
	a) Biochemia - enzymy, substraty, ISE	Tak	
	b) Białka specyficzne (m.in. D-dimery, Crp)	Tak	
	c) Monitorowanie leków	Tak	
	d) Środki uzależniające i trucizny (m.in. Alkohol)	Tak	
7	Firma dostarcza aplikacje do wszystkich testów	Tak	
8	Detektor skrzepu w badanej próbce	TAK	
9	Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbek, po przekroczeniu liniowości metody	Tak	
10	Priorytetowe badanie „próbek CITO”.	Tak	

11	Chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli na pokładzie analizatora	Tak	
12	Reakcja serwisu – 24 godz od zgłoszenia	Tak	
13	Bezpłatny serwis techniczny w czasie trwania umowy		
14	Oprogramowanie operatorskie w języku polskim	Tak	
15	Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu , PMR i krwi pełnej	TAK	
16	Możliwość barkodowego identyfikowania próbek.	TAK	
17	Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i badanych próbek.	TAK	
18	Możliwość dostawiania lub wymiany odczynników „dostępnych na pokładzie" bez przerywania pracy analizatora.	TAK	
19	Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora	TAK	
20	Możliwość jednoczesnego umieszczenia w aparacie min. 80 próbeki 30 odczynników	TAK	
21	Stacja uzdatniania wody jako integralna część analizatora	TAK	
22	Podtrzymanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania (możliwość dokończenia rozpoczętych analiz	TAK	
23	Zapewnienie udziału laboratorium w międzylaboratoryjnej codziennej kontroli badań	TAK	
24	Zapewnienie klimatyzacji w pomieszczeniu o kubaturze 150m ³ gdzie będzie pracował analizator	TAK	
25	Przedstawienie listy (min 10) analizatorów pracujących	TAK	
	w jednostkach zamkniętych		

26	Przedstawienie realizacji 3-letniej umowy na dzierżawę	TAK	
	Analizatora i odczynniki (min 5)		
27	Do analizatora nabiurkowego Wykonawca dostarczy stół	TAK	
28	Aparat kompatybilny z systemem informatycznym ESCULAP	TAK	

Niespełnienie któregokolwiek warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty

Parametry wymagane

Lp.	Określenie parametru	Wymagalność	Oferowane parametry tak/nie
1.	Praktyczna wydajności minimalna 310 oznaczeń na godz.dl oznaczeń fotometrycznych	tak= 5 pkt. nie=0 pkt.	
2.	Odczynniki gotowe do użycia bez konieczności ich przygotowania przed wstawieniem do analizatora	tak= 5 pkt. nie=0 pkt.	
3.	Możliwość oznaczania innych parametrów niż wymieniane w formularzu ofertowym np. D-Dimery	tak= 5 pkt. nie=0 pkt.	
4.	Możliwość pomiaru elektrolitów Na,K,Cl metodą bezpośrednią i pośrednią	tak= 5 pkt. nie=0 pkt.	
5.	Modem serwisowy	tak= 5 pkt. nie=0 pkt.	
6.	System pracujący w układzie analizator i odczynniki jednego producenta	tak= 5 pkt. nie=0 pkt.	
7.	Zużycie wody do 2L na 1godz.	tak= 5 pkt. nie=0 pkt.	
8.	Możliwość pomiaru próbek w oparciu o polaryzację florestencji	tak= 5 pkt. nie=0 pkt.	

Max. Ilość punktów do uzyskania 40

[illegible]

Tab. 2. Inne
odczynniki
(kalibratory,
kontrole, płyny
systemowe...),
akcesoria i
materiały
zużywalne
niezbędnie
potrzebne do
wykonania
oznaczeń
biochemicznych
w ciągu 3 lat

[illegible]

14										
15										
16										
17										
18										
									Razem :	

Tabela Nr 3

Okres dzierżawy	kwota netto	Kwota brutto
Dzierżawa miesięczna		
Dzierżawa 3 letnia		
Wartości dzierżawy		

				PLN netto	PLN brutto	
Wartość oferty na 3 lata:	Odczynniki (Tab. 1):					
	Materiały zużywalne (Tab. 2) :					
	Dzierżawa : (Tab. Nr3)					
	Razem:					