

Dot. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ
PROGÓW OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU WYDANYM NA PODSTAWIE
ART.11 UST.8 PZP (znak sprawy 30/2011)

Pakiet nr 2 poz. 1

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie płynnego koncentratu do czyszczenia, dekalcyfikacji oraz dezynfekcji termicznej aparatów do hemodializy, na bazie nadtlenu wodoru (6,90g), kwasu octowego (10,40g), spektrum działania: bakterie – 5min, Tbc – 10min, grzyby – 10min, zarodniki – 10 min, wirusy (Polio, Adeno) – 10min, w temperaturze 20⁰C lub 37⁰C, bezpiecznego w użyciu oraz obojętnego dla środowiska, w płynie,

Odp.

Zamawiający wprowadza modyfikację do SIWZ dotyczącą Pak Nr 2

Ponieważ aparaty do hemodializ DIALOG + są na gwarancji, w sytuacji zaproponowania innego środka niż wymagany przez Producenta Wykonawca musi dołączyć pisemną pozytywną zgodę producenta i załączyć ją do oferty.

**Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert do 27.01.2012r,
godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.**