

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego
IM. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
06-200 MAKÓW - MAZOWIECKI
fax: (0-29) 71-42-299**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników oraz zakup i dzierżawa analizatora 14 – pakietów. (nr postępowania: 17/2011).

Zamawiający wprowadza modyfikację:

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO

Pak Nr 1 poz.2 - Praktyczna wydajności minimalna 180 oznaczeń na godz.dl
oznaczeń fotometrycznych i 50 ozn/godz dla ISE,
poz.21 aparat musi posiadać stację uzdatniania wody.

Parametry wymagane

Lp.	Określenie parametru	Wymagalność	Oferowane parametry tak/nie
1.	Praktyczna wydajności minimalna 180 oznaczeń na godz.dl oznaczeń fotometrycznych	310 pow = 6 pkt. 301 do 309=4pkt 250 do 300=3pkt 220 do 249= 2pkt 200 do 219=1pkt poniżej 0	
2.	Odczynniki gotowe do użycia bez konieczności ich przygotowania przed wstawieniem do analizatora	100%= 5 pkt. 99%=4pkt. 96%=3pkt 92%=2pkt 90%=1pkt poniżej 0	
3.	Możliwość oznaczania innych parametrów niż wymieniane w formularzu ofertowym np. D-Dimery lub równoważne	tak= 4 pkt. nie=0 pkt.	
	Modem serwisowy	tak= 5 pkt. nie=0 pkt.	
4.	Możliwość pomiaru elektrolitów Na,K,Cl metodą bezpośrednią i pośrednią	tak= 5 pkt. nie=0 pkt.	
5.	System pracujący w układzie analizator i odczynniki jednego producenta	tak= 5 pkt. nie=0 pkt.	
6.	Możliwość pomiaru próbek w oparciu o polaryzację florestencji	tak= 5 pkt. nie=0 pkt.	

Max. Ilość punktów do uzyskania 35

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO

Parametry graniczne

Pak Nr 1 poz. nr 2 - Praktyczna wydajności minimalna 180 oznaczeń na godz.dl
oznaczeń fotometrycznych i 50 ozn/godz dla ISE

Pak Nr 1 poz. nr 21- musi posiadać stację uzdatniania wody.

1. dot. pakiet nr 2, SIWZ pkt 2.1

Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. (Dz.U. nr 107 poz. 679) klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. Poz. 14 pakietu nr 2 wytwórca nie zaklasyfikował jako wyrób medyczny i zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych nie wystawiana jest deklaracja zgodności dla tych produktów ani inny dokument dopuszczający do obrotu.

Dlatego zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu w Pakiecie nr 2 pkt. 14 oraz w SIWZ pkt 2.1 poprzez dopisanie słów: „... o ile wymaga tego ustawa i złożenie stosownego Oświadczenia przez Wykonawcę”.

Odp. Tak

2. dot. pakiet nr 5 poz. 3 i 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie Ez jednorazowych pakowanych po 10szt.

Odp. Zgoda

Pak Nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie koszty związane z pracą eksploatacji stacji wody w trakcie trwania umowy dzierżawy były uwzględnione przez Wykonawcę w złożonej ofercie?

Odp. Tak

1. Pakiet 3:

a) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia próbek na rzecz katalogów ukazujących cechy zaproponowanego asortymentu?

Odp. Nie

b) Czy w pozycji 6 ze względu na fakt podawania przez producentów różnych pojemności dla próbek o tych samych wymiarach, Zamawiający dopuszcza próbki 12x75 mm o poj. 5 ml?

Odp. Nie

c) Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuści kapilary o poj. 98 ul?

Odp. Tak

d) Czy w pozycji 13 Zamawiający dopuści pojemniki o poj. 2700ml?

Odp. Tak

2. Pakiet 4:

a) Czy w pozycji 1 Zamawiający wymaga wymazówek w próbce 13x165mm, o zapewnia optymalne zanurzenie wacika w podłożu transportowym?

Odp. Tak

b) Czy w pozycji 1 Zamawiający wymaga wymazówek z instrukcją pobrania na opakowaniu w języku polskim, pakowanych indywidualnie?

Odp. Tak

c) Czy w pozycji 1 Zamawiający oczekuje wymazówek z etykietą do opisu próbki na każdej probówce?

Odp. Tak

d) Czy w pozycji 1 Zamawiający oczekuje wymazówek z udokumentowaną przeżywalnością szczepów wzorcowych (ilości jednostek tworzących kolonię) w okresie 6, 24, 48 i 72 godz. od pobrania.? Czy dokument potwierdzający powyższe należy złożyć wraz z ofertą?

Odp. Tak

e) Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści pipetę z podziałką do 3 ml?

Odp. Tak

f) Czy w pozycji 4 Zamawiający oczekuje pojemników pakowanych indywidualnie?

Odp. Tak

g) Czy w pozycji 6 Zamawiający miał na myśli jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi 5x5 dołków?

Odp. Tak i 5x6 dołków

h) Czy Zamawiający wydzieli pozycję 7 do osobnego pakietu? Pozwoli to na udział w postępowaniu Wykonawcom nie specjalizującym się w dostarczaniu szkła laboratoryjnego.

Odp. Nie

i) Czy w pozycji 8 Zamawiający dopuści wymazówki pakowane pojedynczo?

Odp. Tak

2. Pakiet 5:

a) Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści worki o rozmiarze 300x500mm?

Odp. Nie

b) Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści worki o rozmiarze 300x500mm?

Odp. Nie

2. Pakiet 10:

- a) Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści test o czułości 10 ng/ml?

Odp. Nie

2. Pakiet 14:

- a) Czy Zamawiający dopuszcza zestaw z utrwalaniem termicznym w którym ze względu na użycie wysokiej jakości żelu, nie występuje efekt dyfuzji pasm, oraz inne niepożądane procesy? Dodatkową zaletą takiego sposobu utrwalania jest brak konieczności użycia substancji szkodliwych i niebezpiecznych.

Odp. Nie

- b) Czy ze względu na fakt, iż elektroforeza białek w surowicy zazwyczaj nie jest badaniem "cito", a w tego typu badaniach wymagana jest najwyższa jakość rozdziału żeli, Zamawiający dopuści 25 min czas rozdziału białek (podwyższenie napięcia, co wiąże się ze skróceniem czasu rozdziału, może mieć wpływ na wynik)?

Odp. Nie

- c) Czy Zamawiający dopuści zestaw do elektroforezy, w której barwnikiem jest kwaśny błękit?

Odp. Nie

1. Czy w związku z tym, iż w poprzednim postępowaniu wymagano analizatora o wydajności 300 oznaczeń na godz. Zamawiający dopuści analizator o takiej wydajności i odstąpi od oceny go w Parametrach wymaganych lub przyzna maksymalną liczbę punktów dla analizatora o wydajności min. 300 oznaczeń na godzinę?

Odp. Tak jak w SIWZ oraz w odpowiedziach na pytania.

2. Czy Zamawiający dopuści analizator ze stacją uzdatniania wody nie będącą integralną częścią analizatora?

Odp. Tak

3. dotyczy pakietu nr 9 Podłoża: Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie podłoża pochodziły od jednego producenta?

Odp. Nie

Pak Nr 8

1. Czy cieplarka może mieć wnętrze komory wykonane z aluminium ?

Odp. Tak

2. Czy cieplarka ma posiadać oddzielnie dla każdej komory pisemne świadectwo rozkładu temperatury wystawione przez akredytowane laboratorium ?

Jeżeli tak to proszę podać 1 temperaturę dla każdej komory, w której ma być przeprowadzone badanie rozkładu temperatury.

Odp. Nie

Odp. Nie

4. dotyczy pakiet 9 - Czy w pozycji 2 Zamawiający wymaga podłoża w formie liofilizatu?

Odp. Tak

5. dotyczy pakietu nr 9: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek w przypadku, gdy Zamawiający zna oferowany produkt i jest w stanie ocenić przydatność i jakość próbek na podstawie własnych doświadczeń?

Odp. Nie

6. Czy Zamawiający dopuści czas reakcji serwisu max. w ciągu 48 godzin – dotyczy pakietu 1?

Odp. Nie

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę cen brutto oferowanych towarów oraz czynszu dzierżawnego w przypadku urzędowej zmiany stawek VAT oraz aby ta zmiana następowała automatycznie w dniu wejścia przepisów prawnych bez podpisywania aneksu i uwzględni te zmiany w umowie?

Odp. Tak

8. Co Zamawiający rozumie pod pojęcie testy TSC §6 Aparaty punkt.8 i czy Zamawiający mógłby powyższy zapis wykreślić z umowy?

Odp. Zamawiający rezygnuje z tego zapisu

9. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę warunków i ustaleń, które będą wprowadzone do umowy dostawy:
- a. §2 ust. 7 Za termin dostawy rozumie się datę podpisania przez Zamawiającego dokumentu dostawy lub datę potwierdzenia dostawy na fakturze. *Wykonawca zobowiązuje się umieszczać na fakturach lub dołączonych do nich dokumentach dostawy kody dostarczanych towarów wg PKWiU?*
Uzasadnienie: Wykonawcy są zobowiązani do stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2008. Zgodnie z obowiązującym prawem od 1 stycznia 2011 roku do ustalania stawek podatku VAT stosuje się klasyfikację PKWiU 2008.
 - b. **§ 3.** Wykonawca wraz z **pierwszą dostawą** przedmiotu umowy dostarczy Zamawiającemu kopię dokumentu dopuszczającego przedmiot umowy do obrotu i stosowania na terenie Polski?

Odp. Nie