

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego
IM. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
06-200 MAKÓW - MAZOWIECKI
fax: (0-29) 71-42-299**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników oraz zakup i dzierżawa analizatora 14 – pakietów. (nr postępowania: 17/2011).

Zamawiający wprowadza modyfikację:

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO

Parametry graniczne

Pak Nr 1 poz.2 - Praktyczna wydajności minimalna 300 oznaczeń na godz. dla oznaczeń fotometrycznych i 50 ozn/godz dla ISE,

Parametry wymagane

Lp.	Określenie parametru	Wymagalność	Oferowane parametry tak/nie
1.	Praktyczna wydajności minimalna 300 oznaczeń na godz.dl oznaczeń fotometrycznych	301 i pow = 5 pkt. 300 i poniżej = 0pkt.	
2.	Odczynniki gotowe do użycia bez konieczności ich przygotowania przed wstawieniem do analizatora	100%= 5 pkt. 99%=4pkt. 96%=3pkt 92%=2pkt 90%=1pkt poniżej0	
3.	Możliwość oznaczania innych parametrów niż wymieniane w formularzu ofertowym np. D-Dimery lub równoważne	tak= 4 pkt. nie=0 pkt.	
	Modem serwisowy	tak= 5 pkt. nie=0 pkt.	
4.	Możliwość pomiaru elektrolitów Na,K,Cl metodą bezpośrednią i pośrednią	tak= 5 pkt. nie=0 pkt.	
5.	System pracujący w układzie analizator i odczynniki jednego producenta	tak= 5 pkt. nie=0 pkt.	
6.	Możliwość pomiaru próbek w oparciu o polaryzację florestencji	tak= 5 pkt. nie=0 pkt.	

Max. Ilość punktów do uzyskania 34