

Dot. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ
PROGÓW OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU WYDANYM NA PODSTAWIE
ART.11 UST.8 PZP (znak sprawy 30/2011)

W związku z ww postępowaniem prosimy o odpowiedź na następujące pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

1. Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 1, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi, zasadę zachowania wolnej konkurencji oraz fakt, iż w zakresie przedmiotowego pakietu wymaga dostarczenia nie mniej niż 150 kpl. drenów, a więc ilość zapewniającą możliwość dokładnego przetestowania kompatybilności oferowanych wyrobów z posiadanym sprzętem, dopuści złożenie oferty z drenami w pełni kompatybilnymi z posiadanymi na wyposażeniu stacji dializ aparatami Dialog +, wyposażone w przetworniki ciśnienia złożone ze sztywnej hydrofobowej membrany oraz gwintowanej części wykonanej z materiału zapewniającego szczelne połączenie drenów z portami pomiaru ciśnienia, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza oferowany wyrób do postępowania przetargowego.

Zamawiają wprowadza dodatkowy punkt do wzoru umowy §9. dotyczący Pak nr 1

- 3.W przypadku wystąpienia awarii głowic pompy krwi i stwierdzenia przez autoryzowany serwis, że przyczyną uszkodzenia są wadliwe dreny, Wykonawca pokrywa całkowity koszt naprawy/ wymiany pomp krwi przez autoryzowany serwis.

Pakiet nr 2 poz. 1

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie płynnego koncentratu do czyszczenia, dekalcyfikacji oraz dezynfekcji termicznej aparatów do hemodializy, na bazie nadtlenu wodoru (6,90g), kwasu octowego (10,40g), spektrum działania: bakterie – 5min, Tbc – 10min, grzyby – 10min, zarodniki – 10 min, wirusy (Polio, Adeno) – 10min, w temperaturze 20°C lub 37°C, bezpiecznego w użyciu oraz obojętnego dla środowiska, w płynie, w opakowaniach a 5kg?

Informujemy Zamawiającego że opakowania 5kg które chcemy zaoferować są użytkowo i wielkościowo równoważne dla wyspecyfikowanych opakowań 5L a różnica w oznaczeniach wynika z indywidualnego podejścia producenta do tych oznaczeń. Prosimy zatem o dopuszczenie środków w opakowaniach 5 kg. W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy do obliczeń należy przyjąć 5l = 5kg, czy też przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu? Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w opakowania, wykonawca podaje cenę jed. za 1litr sumując wartości ogółem netto i brutto podaj cenę za 4.000,00 litrów.