

Dotyczy przetargu na dostawy NICI CHIRURGICZNYCH -10 pakietów.
Znak: 06/2011 NICI CHIRURGICZNE

Dot. Pakietu 2

1. Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 2 monofilament długowchłaniaalny o wymaganym w SIWZ okresie wchłaniania 180-210 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego (50%-70% po 28 dniach, 0% po 70 dniach)?

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 igłę 40 mm wzmocnioną?
Długość igły i nitki zgodna z SIWZ.

Odp. Tak

3. Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 2 i 3 igłę 22 mm w miejsce 20 mm?

Odp. Tak

4. Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 4 igłę 26 mm w miejsce 25 mm?

Odp. Tak

Dot. Pakietu 8

1. Czy Zamawiający dopuszcza długość nici 70cm w poz. 1, 4, 5, 6, 8?

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 7 igłę tnącą 1/2 c 37mm oraz długość nici 90cm?

Odp. Tak

Dot. Pakietu 9

1. Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 igłę z czterema krawędziami tnącymi?

Odp. Tak

Dot. Pakietu 10

1. Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 igłę 10mm?

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 2 igłę 12mm

Odp. Tak

Dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści plecionkę naturalną, jedwabną, powlekaną?

Odp. Nie

Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną, fioletową, monofilamentową, wchłaniającą, polidoksanon, profil podtrzymywania tkankowego po 14 dniach ok. 75%, po 28 dniach ok. 65-70%, po 43 dniach ok. 55-60%, po 57 dniach ok. 40%, czas wchłaniania 180-210 dni?

Odp. Tak

Dot. Pakietu nr 2, poz. 2-4

Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Dot. Pakietu nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm i długość igły 26 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Dot. Pakietu nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści długość igły 65mm lub 76 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Dot. Pakietu nr 8, poz. 6-8

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Pak 2 poz.4

Czy Zamawiający dopuści igłę 26 mm lub 30mm

Odp. Dopuszcza igłę 26 mm

Pak nr 2 poz.5i6

Czy Zamawiający wydzieli poz. 5i 6 do odrębnego pakietu w celu umożliwienia nam złożenia konkurencyjnej oferty ?

Odp. Zamawiający przychyliła się do prośby Wykonawcy i tworzy nowy pakiet 2A.

PAKIET NR 2 A

Lp.	Dodatkowe informacje dotyczące asortymentu	Grubość nici	Igła	Długość odcinka w cm	Nazwa nici	Symbol katalogowy/Producent nici	Ilość odcinków w opakowaniu handlowym	Cena odcinka netto	Cena odcinka brutto	Orientacyjna wielkość zamówienia w odcinkach	Wartość zamówienia netto	Wartość zamówienia brutto
1	Zachowanie pierwotnej zdolności zbliżenia tkanek po 14 dniach – 75%, po 28 dniach 60-75%, po 42 dniach 50-60%.	1	okrągła ½ c 40 mm wzmocniona o zwiększonej stabilności w imadle, odporna na odkształcenia	90						96		
2	Zachowanie pierwotnej zdolności zbliżenia tkanek po 14 dniach – 75%, po 28 dniach 60-75%, po 42 dniach 50-60%	2	okrągła ½ c 40 mm wzmocniona o zwiększonej stabilności w imadle, odporna na odkształcenia	90						96		

Wartość pakietu 2 A netto

Wartość pakietu 2 A brutto

Pak 3 poz.4i5

Czy Zamawiający dopuści igłę 37mm

Odp. Tak

Pak Nr 4 poz.3

Czy Zamawiający dopuści nić 90cm

Odp. Tak

Pakiet 4 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igłę 20mm

Odp. Tak

Pak Nr 4

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 4 szew wchłaniany wykonany z kwasu poliglikolowego o czasie wchłaniania 50-80 dni? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak

Pak Nr 4 poz.6

Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję dopuści w Pakiecie nr 4 poz.6 również igłę o wielkości 16mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak

Pak Nr 4 poz.6

Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję dopuści w Pakiecie nr 4 poz.6 również igłę o wielkości 18mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak

Pak Nr 8

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 8 pozycji 1 szew wykonany z kwasu poliglikolowego o czasie wchłaniania 60-90 dni? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak

1. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 8 pozycji od 2 do 8 szew wchłaniający wykonany z kwasu poliglikolowego o czasie wchłaniania 50-80 dni? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak

Pak Nr 3

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie nr 3 poz. 1-5** igieł trójkątnych, odwrotnie tnących? Wszystkie pozostałe parametry zgodne z siwz

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający wymaga w **pakiecie nr 7** wosku kostnego 3 składnikowego : wosk pszczeli, parafina, palmitynian izopropylu?

Odp. Nie

3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę postanowień siwz w Rozdziale 12 pkt. 1 e po przez dopuszczenie dokumentów dopuszczających do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (tj. wpis do rejestru wyrobów medycznych, deklaracja zgodności, Certyfikat CE w zależności od klasy wyrobu) zamiast dokumentów wymienionych w siwz. Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004, a w stosunku do wyrobów medycznych powinien wymagać jedynie dokumentów dopuszczających do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 i klasą wyrobów medycznych.

Są to dokumenty powszechnie stosowane , wymagane i akceptowane przez polskie prawo w obrocie wyrobami medycznymi.

Odp. Dopuszcza
Pak Nr 2

1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 w pozycji nr 1 igłę okrągłą wzmocnioną z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Odp. Tak
2. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 w pozycji nr 2 igłę okrągłą rozwarstwiającą z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Odp. Tak
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 2 w pozycji nr 4 długość igły 26 mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Odp. Tak
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 2 szew o profilu podtrzymywania:
14 dni – 75%, 28 dni – 50-70% z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Odp. Tak
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 8 pozycja nr 1 igłę okrągłą wzmocnioną , długość igły 80 mm oraz długość nici 100 cm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Odp. Tak
6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 8 w pozycji nr 2 i 3 igłę okrągłą wzmocnioną z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Odp. Tak
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 8 w pozycji nr 4 długość igły 31 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Odp. Tak
8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 8 w pozycji nr 5 igłę okrągłą rozwarstwiającą z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Odp. Tak
9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 8 w pozycji nr 6 i 7 igłę konwencjonalnie tnącą kosmetyczną dwuwkłęsłą z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Odp. Tak
10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 8 w pozycji nr 8 igłę odwrotnie tnącą z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Odp. Tak

DOTYCZY WZORU UMOWY

Paragraf 6.

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego zapisu z umowy.

Odp. Nie

Dotyczy projektu umowy:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 1 ust. 3 zapisu: „Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

- a. istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,

Odp. Nie

- b. istotnej zmiany stawek celnych, stawek podatkowych lub innych obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych – w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez konieczności sporządzania aneksu do umowy

Odp. Stawki podatku VAT Tak

- c. Istotnej zmiany cen przez producenta”?

Odp. Nie

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w paragrafie 4 ustęp 1 „90” na „30”?

Odp. Nie

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w paragrafie 4 ustęp 8 zapisu:

Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”?

Odp. Nie