

Znak sprawy: 23/2011 (zespolenie kości, implanty stawów i kręgosłupa)
Pyt Nr 26

Pak Nr 28, 29

Czy Zamawiający dopuści system umożliwiający przetwarzanie od 40 do 180 ml krwi i produkcję koncentratu osocza bogatopłytkowego o zagęszczeniu w zakresie od 6 do 14 razy, wartość bazowa przy objętości dostosowanej do wymagań Operatora.

Odp. Tak

Pyt 27

Pak Nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na Gwóźdź Udowy krętarzowy typu Gamma Ø 11mm L =180 – 280 stalowy. Blokowany w części bliższej jedną śrubą o średnicy 10,5mm.a części dalszej śrubą o średnicy 5mm.

Odp. Tak

Pyt 28

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyodrębnienie z pakietu numer 1 pozycji numer 7,8,9,10

Odp. Tak i tworzy nowy Pakiet 1A

Pak Nr 1A- Zespolenia śródszpikowe i DSB/DSK

Lp.	Wymogi Zamawiające – asortymentu	Ilość sztuk	Cena 1 szt netto	Cena 1 szt brutto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie
7.	Gwóźdź udowy krętarzowy - typu Gamma Ø 10-13 mm, L = 200 – 280mm tytanowy w wersji litej lub kaniulowanej. Blokowany w części bliższej dwiema śrubami o średnicy 11mm i 6,5mm	30							
8.	Wkręt blokujący Ø 4,5 mm – tytan	60							
9.	Śruba zespalająca kaniulowana Ø 11 mm - tytan	30							
10.	Śruba kompresyjna/ zaślepiająca - tytan	30							

Wartość pakietu netto

Wartość pakietu brutto

Pak Nr 1 A - Wykonawca wnosi wadium w wysokości 434,04zł

Pak Nr 1 - Wykonawca wnosi wadium w wysokości 1.000,00zł

Uwaga

W związku z podaniem nieaktualnego numeru konta depozytowego za co bardzo przepraszamy, podajemy aktualne Bank Pekao S.A. Nr: 82124053251111000050505382