

oznaczenie sprawy: : **09/2011 (aparat do kriochirurgii)**

Pyt Nr1

Czy Zamawiający mógłby określić, dla jakiej specjalności medycznej przeznaczony będzie aparat do kriochoirurgii ?

Odp. Zabiegi operacyjne (usuwanie żylaków) .

Pyt Nr 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym nie ma automatycznej redukcji ciśnienia gazu i regulacji przepływu (regulacja ręczna) jednak w przypadku sond o niewielkich rozmiarach (np. okulistycznych) po ustawieniu ciśnienia 40 bar jest zapewniona stała jakość mrożenia?

Odp. Nie

Pyt Nr 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym nie ma układów czujnikowych uniemożliwiających uruchomienie bez przyłączonej sondy mrożącej ?

Odp. Nie