

Przetarg znak: 37/2012

Pytanie:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja 3 dopuści test chemiczny do pary wodnej w opakowaniu 250/500szt podwójnych pasków z odpowiednim przeliczeniem ilości? Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odp. Tak

Zamawiający przesuwa termin składania ofert do godz. 11⁰⁰ a otwarcia do 11³⁰