

znak spr. 25/2012

Pytanie 1

Dotyczy pakietu nr 2

– ad. pkt. Zakres mierzonego ciśnienia 0 – 300 mmHg

Czy Zamawiający dopuści holter ciśnieniowy, w którym zakresy mierzonych ciśnień wynoszą:

- Ciśnienie skurczowe 60 – 260 mmHg
- Ciśnienie rozkurczowe 40 – 220 mmHg
- Ciśnienie średnie 50 – 260 mmHg

Oferowane zakresy są w pełni wystarczające do wykonania pełnej diagnostyki ciśnienia i bardziej odpowiadające rzeczywistym zakresom pomiarowym.

Odp. Nie

Dotyczy warunków i ustaleń, które będą wprowadzone do umowy dostawy

Pytanie 2, dot. §6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenia kar z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy z 0,5% wartości umowy za każdy dzień zwłoki na 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki?

Odp. Nie

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu Nr 1.

1. **Oprogramowanie do analizy** - Czy Zamawiający dopuszcza rejestrator do badania EKG metodą Holtera, który nie posiada analizy w trybie prospektywnym, lecz pozwala na modyfikację zdefiniowania algorytmów rozpoznawczych przez użytkownika i umożliwia zapamiętywanie różnych definicji danego algorytmu, przypisując do różnych profili użytkownika?

Odp. Tak

Pytanie 4

2. Czy Zamawiający wymaga, aby rejestrator posiadał dwa niezależne kanały rozrusznika?

Odp. Dopuszcza

Pytanie 5

3. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie posiadało analizę czasową i częstotliwościową HRV z możliwością wyboru z 4 modeli transformacji oraz prezentacji widma?

Odp. Dopuszcza

Pytanie 6

4. Czy Zamawiający wymaga, aby rejestrator posiadał kolorowy wyświetlacz O-LED znacznie poprawiający odczyt z ekranu pod różnym kątem i naświetleniem?

Odp. Dopuszcza

Pytanie 7

Dotyczy Pakietu Nr 2

1. Czy Zamawiający dopuszcza rejestrator, gdzie zakres mierzonego ciśnienia jest 40-270 mmHg? W przypadku osiągnięcia 300 mmHg ciśnienia w mankiecie następuje automatyczny spust ciśnienia w ciągu 500 ms, zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa i zatem jest to niemierzalne. Ponadto zakres pomiarowy poniżej 40 mmHg nawet w przypadku ciśnienia rozkurczowego nie ma w praktyce uzasadnienia

Odp. Dopuszcza

Pytanie 8

Pakiet Nr 1. Rejestrator do badania holtera metodą EKG

Ad Oprogramowanie do analizy:

- *analiza w trybie prospektywnym i retrospektywnym,*
z dowolnego poziomu analizy- możliwość dostępu do zapisu ekg,

Czy Zamawiający dopuści system holtera ekg wyłącznie z analizą retrospektywną? Analiza ta pozwala na pełną edycję arytmii i epizodów niedokrwienia serca oraz klasyfikacji wzorców i jest preferowanym przez kardiologów sposobem analizy zapisów holterowskich.

Odp. Dopusza

Pytanie 9

Proszę o wyjaśnienie do formularza cenowego dot. oprogramowania do analizy holterowskiej EKG - czy wymagacie Państwo aby oprogramowanie było zainstalowane na komputerze dostarczonym wraz z rejestratorami, czy też ma być instalowane na sprzęcie już przez was posiadanym.

Odp. Na sprzęcie już przez nas posiadanym.

Pytanie 10

Pytanie dotyczące: XI. WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY DOSTAWY, § 4. DOSTAWA

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego od daty podpisania umowy w terminie do 15.10.2012.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę daty dostawy z 15.10.2012 na 30.10.2012?

Odp. Tak

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści Holter ciśnieniowy z mankietami M- 22-32 cm w obwodzie oraz L- 32- -42 cm w obwodzie.

Odp. Tak

Pytanie 12

Co Zamawiający rozumie przez dołączenie do Holtera ciśnieniowego kabla FKG.

Odp. Kabel EKG nie jest wymagany.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści Holter ciśnieniowy z zakresem mierzonego ciśnienia od 30 do 299mmHg

Odp. Tak