

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 pzp; Przetarg znak: 15/2012

Pak Nr 1- KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY BLIŹNIACZEJ

1. Czy Zamawiający dopuści kardiokardograf wyposażony w przetworniki ultradźwiękowe o częstotliwości ≤ 2 MHz?

Odp. Nie

2. Czy Zamawiający dopuści kardiokardograf wyposażony w przetworniki ultradźwiękowe o natężeniu fali ultradźwiękowej $\leq 10\text{mW/cm}^2$?

Odp. Nie

3. Czy Zamawiający dopuści kardiokardograf pozbawiony znacznika zdarzeń dla personelu?

Odp. Nie

4. Czy Zamawiający dopuści kardiokardograf pozbawiony alarmu utraty sygnału?

Odp. Nie

5. Czy Zamawiający dopuści kardiokardograf mający możliwość drukowania tylko na papierze dedykowanym do tego aparatu?

Odp. Nie

6. Czy Zamawiający dopuści kardiokardograf pozbawiony możliwości podłączenia do systemu nadzoru okołoporodowego Monako?

Odp. Nie