

Maków Mazowiecki 20.09.2012r.

Znak spr. 25

Dotyczy Pak Nr 1

W analizie holtera musi być analiza prospektywna i retrospektywna.

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert do 24.09.2012r, godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.