

Pakiet nr 1– Odczynniki do szybkich analiz manualnych

Lp	Nazwa odczynnika	Ilość oznaczeń	Cena jednego ozn. brutto	Nr katalogowy ofetenta	Ilość Op. rocz.	Cena jednego opak. netto	Cena jedn. opak. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent/ kraj
1	Krew utajona w kale – test kasetkowy z buteleczkami z buforem i aplikatorami czułość analityczna 20 ng/ml	1000 szt								
2	Test ciążowy -test kasetkowy , czułość 10 IU/ml	100 szt								
3	Test na obecność narkotyków i leków w moczu -test kasetkowy Morfina, kokaina,(czułość 300ng/ml) THC (czułość 50 ng/ml), amfetamina, metamfetamina,(czułość 1000ng/ml) , metadon(czułość 300ng/ml), ekstaza benzodiazepiny, barbiturany, TCA (czułość 1000 ng/ml)	100szt								
4	Test do wykrywania substancji fałszujących obecność narkotyków w moczu	10 szt								

Wartość ogółem netto.....

Wartość ogółem brutto.....

Pakiet nr 2 Odczynniki do wykrywania antygeny Giardia Lamblia w kale

L p	Nazwa odczynnika	Ilość oznacze ń	Cena jednego oznaczenia brutto	Nr katalogo wy ofetenta	Ilość Op rocz	Cena jednego opak. netto	Cena jednego opak. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent/ kraj
1	Test do wykrywania antygeny Giardia Lamblia w kale (test Elisa z przeciwciałami monoklonalnymi i 1 etapem płukania)	1200								

Wartość ogółem netto.....

Wartość ogółem brutto.....

Pakiet nr 3 *ŻELE DO PROTEINOGRAMÓW*

Zestaw przygotowany do pracy z aparatem DENSYTOMETR DS-2

l p	opis	Ilość oznacze ń	Cena jednego oznaczenia brutto	Nr katalogowy ofetenta	Ilość Op rocz	Cena jednego opak. netto	Cena jednego opak. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent/ kraj
1	Zestaw do elektroforezy składający się z: płytek z agarozą, bufora w postaci płynnej , barwnika- czerń amidowa ,odbarwiacza, pasków bibuły i folii do nanoszenia próbek	1200								

Wymagania Zamawiającego:

1.Żel utrwalany metodą chemiczną, rozdział białek na 6 frakcji, rozdział max 20 min., instrukcja zawiera wartości referencyjne dla wszystkich 6 frakcji oraz wartości powtarzalności w żelu i między żelami oraz czułości testu.

2.Zamawiający wymaga załączenia do oferty ulotki informacyjnej dotyczącej oferowanego żelu do proteinogramów. W języku polskim

3.Płytki z miejscem max na 10 próbek

Warunki dodatkowe bezwzględnie wymagane dla Pakietów 1, 2, 3

			Podać w którym folderze katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające stawiane wymagania
1	Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dn 20.04.2004 (Dz.U.z 2004r nr 93, poz 896)	tak/nie	Oświadczenie wykonawcy
2	Bezwzględny wymóg dołączenia do oferty : aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do obrotu, a w przypadku gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu- należy dostarczyć dokument potwierdzający znak zgodności CE dla tego wyrobu	tak/nie	Dołączyć do oferty i podać nr strony w ofercie
3	Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozp.MZ z 3.11.2004r w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz.U.z dn.3.11.2004r nr 251 poz.2515) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.	tak/nie	Oświadczenie wykonawcy
4	Dołączenie do oferty ulotk/instrukcji w języku polskim	tak/nie	
5	Dołączenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie wydruku lub elektronicznej przy pierwszej dostawie odczynników	tak/nie	

Niespełnienie któregośkolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.



.....
Pieczeń i podpis osoby wykonującej lub upoważnionej