

Znak spr. 18/2012

1. Jednym z Wymaganych parametrów jest podany zbiornik TR-26 o pojemności 26L.
Czy dopuszczacie Państwo możliwość uczestniczenia w przetargu aparatu wyposażonego w zbiornik LAB 30 o pojemności 32 L.

Odp. Tak

2. Czy dopuszczacie Państwo do przetargu aparat do krioterapii o płynnej regulacji intensywności nadmuchu od 50 do 100 % (zmiana co 5%)

Odp. Tak

3. Czy dopuszczacie Państwo do przetargu aparat o wymiarach szerokość 600mm, długość 600mm, wysokość 1040mm i masie urządzenia bez ciekłego azotu 28 kg.

Odp. Tak