

przetarg znak: 26/2012 (OPATRUNKI)

Pakiet nr 11 poz. 1 - Czy zamawiający dopuści podkład 90 x 170 cm z włókninowymi skrzydłami wykonanymi z włókniny hydrofobowej?

Odp. Tak

Dot. Pakietu 13

1. Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 1** siatkę płaską o grubości 0,53 mm o porowatości 88%, waga 60 g/m², pory 1,5 mm?
Siatka posiada niebieskie znaczniki kierunkowe, które pomagają pozycjonować siatkę i zapewniają jej rozciągliwość w każdym kierunku.

Odp. Tak