

Znak spr. 08/2012

Dotyczy Pakietu Nr 1 – automatyczna myjnia-dezynfektor

Pyt Nr 1

Dotyczy pakietu Nr 1, pkt. 4

Czy zamawiający dopuści urządzenie bez osuszania alkoholem kanałów endoskopu, a wyposażone w suszarkę zapewniającą suszenie endoskopów wewnątrz i powierzchni zewnętrznych- co jest zgodne z normą 15883?

Odp. Tak

Pyt Nr 2

Dotyczy pakietu Nr 1, pkt.6 i7

Prosimy o jasne doprecyzowanie, w pkt.6 jest możliwość jednokrotnego użycia płynu dezynfekującego, w pkt.7- wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego.

Czy zamawiający dopuści urządzenie tylko z jednokrotnym użyciem płynu dezynfekującego?

Odp. Tak dopuszcza jednokrotne użycie płynu, zużycie w jednym cyklu nie może być większe niż 35ml środka myjącego i ok. 70ml środka dezynfekującego.

Pyt Nr 3

Dotyczy pakietu Nr 1, pkt.11

Czy zamawiający dopuści urządzenie zasilane z sieci trójfazowej 380V,50Hz ?

Odp. Tak

Pyt Nr 4

Dotyczy pakietu Nr 1, pkt.13

Czy zamawiający dopuści urządzenie z innym systemem dezynfekcji niż lampa UV, co jest zgodne z normą 15883?

Odp. Tak

Pyt Nr 5

Dotyczy zapisu SIWZ pkt.4,2 i 4,9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu gwarancji z 36 do 24 miesięcy ?

Odp. Nie

Pyt Nr 6

Dotyczy zapisów SIWZ pkt. 4,4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu z 48 do 72 godz.

Odp. Nie

Pyt Nr 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe ?

Odp. Nie

Pyt Nr 8

Dotyczy pkt. 5 – Walidacja procesu mycia zostaje przeprowadzona dla konkretnego zestawu – urządzenie + środki myjące/dezynfekujące. W przypadku zmiany jednego z parametrów (tu: środki myjące/dezynfekujące) wymagane jest przeprowadzenie powtórnej walidacji procesu mycia i dezynfekcji. W innym przypadku mycie i dezynfekcja odbywa się na ryzyko Zamawiającego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z SIWZ punktu 5 dotyczącego dowolności stosowanych środków myjących/dezynfekujących? A jeśli nie to czy bierze na siebie koszty przeprowadzenia walidacji procesu mycia i dezynfekcji przy zastosowaniu innych środków niż zalecane przez producenta oferowanej myjni?

Odp. Nie

Pyt Nr 9

Dotyczy Pkt. 6 – W pkt. 6 Zamawiający pisze o “możliwości jednokrotnego użycia płynu dezynfekcyjnego”, a w pkt. 7 wymaga “wielokrotnego użycia płynu dezynfekcyjnego”. Prosimy o sprecyzowanie czy urządzenie ma używać płyn dezynfekcyjny jednokrotnie (co jest bezpieczniejsze dla pacjenta i personelu) czy też wielokrotnie?

Odp. Może być jedno lub wielokrotnie.

Pyt Nr 10

Dotyczy pkt. 11 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w zasilanie 3-fazowe?

Odp. Tak

Pyt Nr 11

Dotyczy pkt. 15 – Czy Zamawiający wymaga by test szczelności endoskopu był wykonywany w czasie całego procesu mycia i dezynfekcji, czy wystarczy jednorazowy test na początku cyklu?

Odp. Nie wymaga

Pyt Nr 12

Czy Zamawiający wymaga by oferowane urządzenie było wyposażone w monitorowanie kanałów w czasie procesu mycia i dezynfekcji?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt Nr 13

Czy Zamawiający wymaga urządzenia przystosowanego do środków dezynfekcyjnych opartych na glutaraldehidzie czy na kwasie nadoctowym?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pyt Nr 14

Zamawiający w SIWZ pisze o środkach dezynfekcyjnych, a nie wspomina o myjących. Czy w takim razie Zamawiający chce zakupić myjnie-dezynfektor do endoskopów, która realizuje pełny cykl z płukaniem wstępnym, myciem zasadniczym, dezynfekcją, płukaniem końcowym oraz suszeniem kanałów endoskopu czy jedynie dezynfektor, który po ręcznym umyciu przepłucze endoskop płynem dezynfekcyjnym?

Odp. Myjnia dezynfektor

Pyt Nr 15

Czy Zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Odp. Nie

Dotyczy Pakietu Nr 2 – Aparat do wykonywania EKG

Pyt Nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza aparat EKG, który ma klawiaturę alfanumeryczną ?

Odp. Tak

Pyt Nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza aparat, który zamiast złącza RS 232 ma załączę USB ?

Odp. Tak

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert do 16.04.2012 godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.