

Dotyczy: postępowania publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę oraz uruchomienie : SYSTEMU DO UCYFROWIENIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ”, znak sprawy - 17/2012.

Na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 Ustawy PZP, proszę o udzielenie wyjaśnień, dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik 1 – Pakiet Nr 1
System pośredniej radiografii cyfrowej
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pytanie 1

W Pkt. 3 Zamawiający wymaga:

„Stacja technika (2 szt.) w tym jedna do instalacji na ścianie przy aparacie RTG”
natomiast w pkt. 3.2

„Dwie stacje technika zainstalowane przy aparatach rentgenowskich, a jedna przy skanerze.”

Prosimy o ujednolicenie zapisów i poprawkę oczywistej omyłki pisarskiej w pkt. 3.2 na następujący zapis:

„Jedna stacja technika zainstalowana przy aparacie rentgenowskim, a jedna przy skanerze.” lub zmianę pkt. 3.

Odp. Dwie stacje technika