

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawy nici chirurgicznych Pak 1 do 10, leki - Pak Nr 11, Znak postępowania 05/2012.

Pytanie nr 1 – Pakiet nr 3 pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza igłę 25mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Pytanie nr 2 – Pakiet nr 3 pozycja nr 4,5

Czy Zamawiający dopuszcza długość nici 45cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Pytanie nr 3 – Pakiet nr 4 pozycja nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza igłę 15mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Pytanie nr 4 – Pakiet nr 8 pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza długość nici 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Pytanie nr 5 – Pakiet nr 8 pozycja nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza igłę 39mm 3/8 koła grubość nici 2/0, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Pyt Nr 6

1. Paragraf 3 ust. 2.

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

Termin dostaw częściowych wynosi 3 dni robocze. Szczegółowy asortyment będzie podawany do Zamawiającego w formie telefonicznej lub faksem. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień z zakresu poszczególnych asortymentów w zależności od własnych potrzeb, bez względu na ilości danego asortymentu podane w Załączniku pod warunkiem nie przekroczenia globalnej wartości umowy.

Odp. Nie

Pyt Nr 7

2. Paragraf 3 ust. 5.

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego zapisu z umowy.

Odp. Nie

Pyt Nr 8

3. Paragraf 5 ust. 4.

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

Ceny jednostkowe określone w Załączniku do umowy nie mogą ulec podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy, niezależnie od zmian ilości zamówień w poszczególnych asortymentach. W przypadku zmian cen urzędowych i stawki VAT dopuszczamy możliwość podwyższenia cen brutto.

Odp. Tak

Pyt Nr 9

4. Paragraf 5 ust. 5.

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

Określone w Załączniku ceny jednostkowe brutto podczas trwania umowy mogą ulec zwiększeniu jedynie w przypadku zmiany cen urzędowych i stawki VAT przedmiotu umowy.

Odp. Tak

Pyt Nr 10

5. Paragraf 8 ust. 1.

Prosimy o wydłużenie terminu wymiany towarów na wolny od wad z 2 dni na 3 dni robocze.

Odp. Tak

Pyt Nr 11

6. Prosimy o dodanie do umowy zapisu:

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odp. Tak

Pyt Nr 12

Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną, monofilamentową, wchłaniającą, polidoksanon, podtrzymywanie tkankowe 70-90 dni (po 14 dniach ok. 75%, po 28 dniach ok. 65-70%, po 43 dniach ok. 55-60%, po 57 dniach ok. 40%), całkowite wchłonięcie 180-210 dni?

Odp. Tak

Pyt Nr 12

Dot. Pakietu nr 2, poz. 2-5

Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Pyt Nr 13

1) Pakiet 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę 26mm?

Odp. Tak

Pyt Nr 14

2) Pakiet 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igłę 26mm?

Odp. Tak

Pyt Nr 15

3) Pakiet 2 poz. 6-7

Czy Zamawiający wydzieli poz. 6-7 do osobnego pakietu?

Odp. Nie

Pyt Nr 16

4) Pakiet 3 poz. 4-5

Czy Zamawiający dopuści igłę 37 mm?

Odp. Tak

Pyt Nr 17

5) Pakiet 3 poz. 4-5

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą?

Odp. Tak

Pyt Nr 18

6) Pakiet 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę 26mm?

Odp. Tak

Pyt Nr 19

7) Pakiet 4 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igłę 20mm?

Odp. Tak

Pyt Nr 20

8) Pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z kwasu glikolowego o wchłanianiu 60-90 dni?

Odp. Tak

Pyt Nr 21

9) Pakiet 8 poz. 6-8

Czy Zamawiający dopuści igły odwrotnie tnące?

Odp. Tak

Pyt Nr 22

10) Pakiet 8 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści igłę 30mm?

Odp. Tak

Pyt Nr 23

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 2 w pozycji nr 1 igłę okrągłą wzmocnioną z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Odp. Tak

Pyt Nr 24

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 2 w pozycji nr 2-3 igłę okrągłą rozwarstwiającą z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Igła okrągła rozwarstwiająca w odróżnieniu od rutynowej igły okrągłej posiada spłaszczenie części penetrującej, które powoduje, że igła raczej separuje tkanki niż je przekłuwa, co jednocześnie minimalizuje ich uraz podczas implantowania szwu.

Odp. Nie

Pyt Nr 25

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 2 w pozycji nr 4 długość igły 26 mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Odp. Tak

Pyt Nr 26

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 2 w pozycji nr 5 długość igły 31 mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Odp. Tak

Pyt Nr 27

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 2 w pozycji nr 6-7 plecionkę powlekaną o pierwotnej zdolności zbliżania tkanek:

14 dni – 75%

21 dni – 50%

29 dni – 25%

Odp. Tak

Pyt Nr 28

oraz w ww pozycjach igłę okrągło-rozwarstwiającą wzmocnioną z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Odp. Nie

Pyt Nr 29

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 3 w pozycji nr 5 długość igły 36 mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Odp. Tak

Pyt Nr 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 4 plecionkę zbudowaną z kwasu poliglikolowego i polimlekowego (Poliglaktyna 910) z trwałym powleczeniem o okresie wchłaniania 56-70 dni?

Odp. Tak

Pyt Nr 31

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 4 w pozycji nr 3 i 5 igłę okrągłą-rozwarstwiającą z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Igła okrągła rozwarstwiająca w odróżnieniu od rutynowej igły okrągłej posiada spłaszczenie części penetrującej, które powoduje, że igła raczej separuje tkanki niż je przekłwa, co jednocześnie minimalizuje ich uraz podczas implantowania szwu.

Odp. Nie

Pyt Nr 32

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 4 w pozycji nr 4 długość igły 26 mm oraz igłę okrągłą-rozwarstwiającą z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Odp. Nie

Pyt Nr 33

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 8 w pozycji nr 1 długość nici 70 cm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Odp. Tak

Pyt Nr 34

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 8 w pozycji 2-3 igłę okrągłą wzmocnioną z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Odp. Tak

Pyt Nr 35

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 8 w pozycji nr 4 igłę okrągło-rozwarstwiającą o długości 31 mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Odp. Nie

Pyt Nr 36

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 8 w pozycji nr 5 igłę okrągłą rozwarstwiającą z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Odp. Nie

Pyt Nr 37

Pak Nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza w poz.1,4,5,6,7,8 nitkę 70cm w miejsce 75cm? Parametry igły zgodne z SIWZ .

Odp. Tak

Pyt Nr 38

Pak Nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 7 igłę 35mm w miejsce 36mm ?
Parametry szwu w zakresie całego pakietu zgodne z SIWZ.

Odp. Tak

Pyt Nr 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 11 poz. 7 leku Isosorbide mononitrate 20mg w opakowaniu zawierającym **60 tabl** przy odpowiednim przeliczeniu wymaganych ilości opakowań w zaokrągleniu w górę?

Odp. Tak

Pyt Nr 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do oddzielnego pakietu leków z Pakietu nr 11 poz. 11: Gliceryl trinitrate x 200 daw.aer. ze względu na brak wiedzy czy Wykonawca będzie mógł zapewnić dostępność leku przez okres obowiązywania umowy? Pismo w załączeniu.

Odp. Tak i tworzy nowy pakiet 11A

Uwagi ogólne:

przy wypełnianiu tabeli w pozycjach w których wpisane są nazwy międzynarodowe należy wpisać nazwy własne i producenta oferowanych leków,

w pozycjach w których figurują nazwy własne leków – pozostają one bez zmian, leki zostaną dostarczone w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia telefonicznego a w razie konieczności zamówienia na „cito” w ciągu 12 godzin,

oferent dostarczy na piśmie dane dotyczące funkcjonowania działu handlowego hurtowni: numer telefonu i faxu, godziny pracy z uwzględnieniem sobót, niedziel i dni świątecznych.

Pakiet Nr 11

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Cena jedn. netto</i>	<i>Cena jedn. brutto</i>	<i>Wartość ogółem netto</i>	<i>Wartość ogółem brutto</i>
1.	Calcium Resonium 300g	34	op.				
2.	Amiodarone 150mg /3ml x 6amp.	600	op.				
3.	Drotaverine h/chlor. 40mg x 20tabl.	800	op.				
4.	Drotaverine h/chlor 80mg x 20tabl.	800	op.				
5.	Drotaverine h/chlor 20mg/1ml x 5 amp	1800	op.				
6.	Sotalol h/chlor. 80mg x 30 tabl.	10	op.				
7.	Isosorbide Mononitr. 20 mg x 30 tabl.	20	op.				
8.	Isosorbide Mononitr 60mg RET. x 30 tabl.	40	op.				
9.	Enzaprost F 5 mg x 5 amp.	8	op.				
10.	Maalox x 250 ml zawiesina	20	op.				
11.	Tranexamic acid 500 mg x 20 tabl.	40	op.				
12.	Ramipril 2,5 mg x 28 tabl.	100	op.				
13.	Ramipril 5 mg x 28 tabl.	440	op.				
14.	Ramipril 10 mg x 28 tabl.	320	op.				
15.	Atenolol 25 mg x 60 tabl.	40	op.				
16.	Atenolol 50 mg x 30 tabl.	30	op.				

ENOXAPARINUM NATRICUM AMPULKOSTRZYKAWKI

17.	20 mg/0,2ml x 10	16	op.				
	40mg/0,4 ml x 10	1400	op.				
	60mg/0,6ml x 10	650	op.				
	80mg/0,8ml x 10	100	op.				

Wartość pakietu 11 netto

Wartość pakietu 11 brutto

Pak Nr 11A

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Cena jedn. netto</i>	<i>Cena jedn. brutto</i>	<i>Wartość ogółem netto</i>	<i>Wartość ogółem brutto</i>
<i>I.</i>	Glyceryl trinitrate x 200 daw. aer.	52	op.				

Pyt Nr 41

Pkt. 3.3 SIWZ: Dot. Termin płatności: Prosimy o zmianę terminu płatności z 90 dni na 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT, z uwagi na postanowienia Ustawy o terminach płatności w transakcjach handlowych z dnia 12 czerwca 2003 r. (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2003 r. nr 139 poz. 139 poz. 1323).

Odp. Nie

Pyt Nr 42

Pkt. 3.2: dot. terminu dostawy w pak. 1-10: Prosimy o zmianę terminu na 48 lub 72 godziny. Przedmiotem zamówienia są nici chirurgiczne które posiadają długą ważność a nie produkty które muszą być użyte zaraz po dostawie. Taki zapis powoduje tylko sztuczne ograniczenie kręgu dostawców.

Odp. 72 godziny

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 29.02.2012 godziny składania i otwarcia nie ulegają zmianie.