

LAMPA PRZEPLYWOWA BAKTERIOBÓJCZA MOBILNA – 17 sztuk
Fabrycznie nowa wyprodukowana nie wcześniej niż w 2012r

L.p.	Parametry techniczne	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1.	Przepływowa lampa bakteriobójcza dezynfekuje powietrze w obecności personelu i pacjentów.	TAK	
2.	Możliwość przebywania personelu w pomieszczeniu podczas pracy lampy.	TAK	
3.	Napięcie zasilania	230V, 50Hz	
4.	Moc pobierania z sieci – lampy energooszczędne	115 VA	
5.	Element emitujący promieniowanie UV-C	2xTUV55W	
6.	Trwałość promiennika, efektywność bakteriobójcza	od 8000 h	
7.	Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C	TAK	
8.	Wydajność wentylatora	nie mniejsza niż 199 m³/h	
9.	Dezynfekowana kubatura	45-90m³	
10.	Powierzchnia (zasięg) działania lampy	18-36m²	
11.	Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego	I	
12.	Typ obudowy	IP 20	
13.	Rodzaj obudowy	Stal kwasoodporna (INOX)	
14.	Wymiary (mm): kopuła	1125 x 215 x 130	
15.	Gabaryty wykonanie przejezdne	600 x 1740 x 600	
16.	Masa	do 13,5 kg	
17.	Licznik cyfrowy z mikroprocesorem, z wyświetlaczem 4-polowym LED, z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promienników	TAK	
18.	Wymiana filtra bez użycia narzędzi; do każdej lampy standardowo dołączanych jest 5 zapasowych filtrów	TAK	
19.	Montaż do statywu z obu stron lampy, przy pomocy uchwytów (efekt solidnego/stabilnego umocowania lampy na statywie jezdny)	TAK	
20.	Deklaracja Zgodności CE oraz Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych	TAK	
21.	Gwarancja 24 miesiące	TAK	
22.	Dokumentacji w języku polskim, szkolenie	TAK	

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

.....
Data, podpis i pieczęć
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zał. Nr 1

FORMULARZ CENOWY

W cenę Wykonawca wlicza w szczególności:

- wartość przedmiotu umowy,
- koszty transportu,
- koszty załadunku i rozładunku,
- ubezpieczenie przedmiotu umowy do czasu przekazania go Zamawiającemu,
- koszty instalacji w miejscu dostawy,
- uruchomienie i sporządzenie protokołu sprawdzającego i przekazanie Zamawiającemu przez osobę uprawnioną przez Wykonawcę
- koszty instruktażu wstępnego i szkolenia obsługi Zamawiającego, podatek VAT,
- utrzymanie w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej w okresie 24 miesięcy od chwili zakupu, odbioru i podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru.

Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa wraz z numerem katalogowym	Ilość - szt	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT (w %)	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lampa przepływową bakteriobójczą mobilną		17					
RAZEM								

.....
(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela firmy/ Wykonawcy)