

Pakiet nr 4 – pompy infuzyjne jednostrzykawkowe

Pkt 8 – czy zamawiający dopuści sprzęt o wadze 2,5 kg ?

Odp. **TAK**

Pkt 13 – czy zamawiający ma na myśli pracę na baterii min 4 godz przy prędkości 100 ml/godz i min 20 godz przy prędkości 5 ml/godz (standardowo przy takich prędkościach podawana jest praca na baterii) ?

Odp. Jak w **SIWZ**

Pkt 14 – czy zamawiający wyrazi zgodę aby ładowanie akumulatora do 100% wynosiło max 24 godz ? Przy podłączeniu sprzętu do sieci automatyczne doładowywania baterii.

Odp. **TAK**

Pkt 16 – czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pompy z uchwytem wychodzącym poza obrys pompy – uchwyt nie ma znaczenia na pracę urządzenia.

Odp. **TAK**

Pkt 21 – czy zamawiający wymaga stosowania min 5 strzykawek krajowych ?

Odp. Jak w **SIWZ**

Pkt 23 – czy dopuszczony zostanie duży, czytelny wyświetlacz LCD?

Odp. **TAK**

Pkt 24 – czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pompy z mocowaniem strzykawki od góry oraz przy pełnym napełnieniu strzykawki strzykawka wychodząca poza obrys pompy ? Urządzenie wykonane jest z trwałych materiałów (stalowy popychacz strzykawki) i nie ma konieczności posiadania osłony.

Odp. **TAK**

Pkt 25 – prosimy o dopuszczenie zarówno klawiatury funkcyjnej jak i numerycznej.

Odp. **TAK**

Pkt 34 – prosimy o uszczegółowienie: tryb KVO programowany 0-5 ml/godz co 0,1 ml/godz

Odp. Jak w **SIWZ**

Pkt 35 – prosimy o uszczegółowienie: możliwość bolusa również w trakcie infuzji dla strzykawek 50 ml – min 2000 ml/godz, dla strzykawek 20 ml – min 1000 ml/godz. Bolus ustawiany co 0,1 ml/godz

Odp. **TAK**

Pakiet nr 5 poz. 3 – podgrzewacze do płynów infuzyjnych i krwi

Jako importer opisanego w siwz podgrzewacza prosimy zamawiającego o dopuszczenie podgrzewacza o wymiarach 110x55x265 mm i wadze 1kg z uwagi iż opisany w siwz model nie jest już sprowadzany od zeszłego roku (brak CE).

Odp. **TAK**