

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH
ŁÓŻKA PIONIZACYJNEGO 2- sztuki**

Nazwa Wykonawcy:

Producent :

Nazwa i typ :

Fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż 2014r

Lp.	Opis parametrów i funkcji	Wymagalność	Oferowany parametr, funkcja
1	Zasilanie: - 230 V, 50 Hz, z wbudowanym akumulatorem do zasilania podczas transportu i pionizacji	Tak	
2	Wymiary całkowite zewnętrzne łóżka Dług. 210cm (+/-5cm), szer. 94cm (+/-2cm) Długość leża 200 cm (+/-5) Szerokość leża 80cm (+/-5)	Tak/podać	
3	Leże łóżka cztero-segmentowe, w tym 3 segmenty ruchome wypełnione metalową siatką spawaną na stałe.	Tak	
4	Rama podstawy łóżka szersza od leża zapewniająca stabilność w trakcie pionizacji do 85 ° wraz z podwójną ramą wyciągową. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przeciwwagi w podstawie jezdnej łóżka.	Tak/podać	
5	Sterowanie elektryczne: • Oparcia pleców 0-70° (+/- 2°) • Sekcji uda 0-40° (+/- 2°) • Regulacji zmiany wysokości 42cm-75cm (+/- 3cm) Max wysokość łóżka z najdalej wysuniętymi elementami ramy wyciągowej 193 cm w pozycji poziomej.	Tak/ opis	
6	Pionizacja łóżka elektryczna w zakresie 0-85° (+/- 2°). Zamawiający nie dopuszcza mniejszego kąta pionizacji. Max wysokość łóżka w trakcie pionizacji 240 cm (+/- 10cm)	Tak/ podać	
7	Regulacja sekcji podudzia mechanizmem zapadkowym 0-22° (+/-2)	Tak	
8	Łóżko wyposażone w podwójną ramę wyciągową ze stali kwasoodpornej wyposażoną w dwa uchwyty rąk, dwa bloczki, dwa zawiesia hakowe oraz drążki poręczne (2 proste + 1 wygięte) Max szerokość z najdalej wysuniętymi elementami łóżka i ramy wyciągowej 960mm. Tuleje mocujące ramę znajdujące się max blisko szczytów łóżka nie dalej niż 5cm. Elementy rozkręcane ramy łatwe w demontażu bez użycia dodatkowych narzędzi. Słupki ramy od strony wezglowia , wygięte.	Tak	
9	Szczyt w głowie lakierowany proszkowo montowany na stałe wypełniony płytą HPL. Szczyt w nogach/ podnózek wyjmowany	Tak	
10	Podnózek tapicerowany umożliwiający samodzielne wyjście pacjenta z łóżka ustawionego w maksymalnej pionowej pozycji leża (85°)	Tak/podać	
11	Barierki boczne montowane z boku ramy leża, składane wzdłuż ramy leża.	Tak	
12	Koła jezdne o średnicy minimum 12,5cm z indywidualną blokadą kierunku jazdy i obrotu	Tak/podać	
13	Materac przeciwoleżynowy pasywny o następujących parametrach: - wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka - Dostosowany dla pacjentów o wadze do min. 180 kg - Grubość min 100 mm - Wkład – pianka - Pianka przeciwoleżynowa typu „gofer” o gęstości co najmniej 235 kg/m ³	Tak	

	- Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu - Wykonana z materiałów antyalergiczných, antystatycznych - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2 - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h w temperaturze 38°C - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych – odporny na przenikani mikroorganizmów - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temp. do 95°C - Odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. i prasowanie do 110°C - Pozytywne badanie na niepalność materiału – dołączyć do oferty - Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 – dołączyć do oferty - Atest higieniczny na wkład – dołączyć do oferty		
14	Trzy pasy wraz z pelotami do zabezpieczenia pacjenta w trakcie pionizacji.	Tak	
15	Wymagany okres gwarancji 24 m-ce.	Tak	
16	Możliwość pionizacji tylko w najwyższej pozycji leża, za pomocą przełącznika nożnego – brak możliwości sterowania pionizacją w pilocie.	Tak	

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta.

ogółem wartość netto

ogółem wartość brutto.....

ogółem wartość netto wszystkich pozycji nr 1,2,3,4

ogółem wartość brutto wszystkich pozycji nr 1,2,3,4

.....

(podpis i pieczęćka uprawnionego przedstawiciela firmy/ Wykonawca