

Dotyczy: 20/2014 przetarg nieograniczony na dostawę zestawu laparoskopowego i respiratora transportowego.

Pyty Nr 1

Pakiet 2 Respiratora transportowy - szt. 1

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pneumatyczny respirator transportowy, który posiada dwa poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/CMV – 100 i max. 60%? Parametr ten we wszystkich respiratorach zasilanych pneumatycznie, wykorzystujących tzw. zwężkę Venturiego, jest zależny do aktualnie ustawionych parametrów oddechowych dla pacjenta – zakres ten może się wahać i jest niezależny od żądania użytkownika. Osoba obsługująca respirator nie ma wpływu na ustawioną wartość.

Odp. Tak

Pyt. Nr 2

Pakiet nr 1 – Zestaw Laparoskopowy

Dotyczy aparatu elektrochirurgicznego

INNE

Dotyczy wózka transportowego

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania wózka do aparatu elektrochirurgicznego?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w cztery kółka, z rączką, z zamykaną szafką na butle argonowe 10-litrowe, wyposażony w półkę na włącznik nożny oraz koszyk na akcesoria?

Odp. Tak musi to być wózek medyczny

Pyt Nr 3

Pak Nr 1- Zestaw Laparoskopowy

Czy Zamawiający dopuści równoważny zestaw laparoskopowy o lepszych parametrach niż wymagane przez Zamawiającego, m. in. :

Kamera Endoskopowa Full HD

Sterownik pracujący w systemie HDTV 1080p /1080i, możliwość ustawienia parametrów pracy kamery dla różnych specjalności lub użytkowników, wyjścia analogowe: S-Video, wyjścia cyfrowe: 2xDVI-D(1080p 50/60Hz), 2xHD-SDI(1080i 50/60Hz). Możliwość połączenia z systemem archiwizacji i zapisu zdjęć i video na pamięci USB oraz w pamięci procesora. Automatyczne sterowanie intensywnością doświetlenia obrazu, automatyczna funkcja mierzenia najjaśniejszego punktu obrazu w celu dostosowania intensywności doświetlenia obrazu, możliwość stopniowego, cyfrowego powiększenia wyświetlanego obrazu, możliwość przypisania różnych funkcji do każdego przycisku sterującego na głowicy kamery, dla różnych użytkowników lub specjalności, możliwość stopniowego, cyfrowego wzmocnienia wyświetlanych struktur i ich krawędzi, głowica kamery pracująca w standardzie Full HD, ostrość obrazu sterowana pokrętką, 4 programowalne przyciski na głowicy kamery, zoom optyczny 2x sterowany płynnie pokrętką bez utraty jakości obrazu, zoom cyfrowy 2,5x, zgodność z optykami różnych producentów, przewód o długości 4m, dostosowana do pracy z endoskopami giętymi - z likwidacją efektu Moora, możliwość zintegrowania źródła światła LED, możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej, do wyboru klienta różne rodzaje głowic kamery z przeznaczeniem do różnych specjalności.

Źródło światła

Źródło światła LED zbliżone swoją mocą do xenonowego 300W, wykonane w technologii LED dającej lepszy efekt oświetlenia pola operacyjnego, bez konieczności wymiany palnika z uwagi na żywotność 30 000 godzin ciągłego świecenia, regulacja jasności światła za pomocą pokrętki, wyposażone w filtr optyczny blokujący pasmo czerwone w widmie światła białego, możliwość sterowania funkcją standby za pomocą głowicy kamery, wyświetlacz LCD parametrów pracy źródła światła, możliwość przeprowadzenia pomiaru stanu zużycia światłowodu w warunkach sterylnych po przez zintegrowany system pomiaru stanu zużycia światłowodów, uniwersalne gniazdo przyłącza światłowodów bez konieczności używania adapterów stosując światłowody innych producentów.

Wózek medyczny do zestawu laparoskopowego

4 półki (2 środkowe o regulowanej wysokości), ramię na monitor LCD z regulacją w kilku płaszczyznach, półka na butlę CO₂, wieszak na płyny, uchwyt na głowicę kamery, 2 kółka blokowane, zamykana szuflada w konstrukcji wózka, wbudowany transformator separacyjny, zintegrowana listwa ekwipotencjalna, możliwość przeprowadzenia testów systemów zabezpieczeń przed uruchomieniem urządzeń, okablowanie chowane w listwie, możliwość montażu dodatkowych urządzeń w konstrukcji wózka, ergonomiczne uchwyty do przemieszczania wózka, główny wyłącznik zasilania.

Aparat elektrochirurgiczny (diatermia)

1	Częstotliwość podstawowa generatora[kHz]	447
2	Dostosowanie do resekcji transuretalnej TUR-przy pracy w środowisku ciekłym	Tak
3	Specjalne programy	laparoscopia, artroskopia, chir. ogólna
4	Tryb pracy monopolarnej	cięcie bez koagulacji, cięcie z koagulacją(3 głębokości), koagulacja punktowa, koagulacja punktowa powierzchniowa, koagulacja natryskowa,
5	Moc wyjściowa skuteczna max przy cięciu monopolarnym [W]/rezystancja obciążenia Ohm	300/500
6	Napięcie maksymalne przy cięciu monopolarnym	1800
7	Moc wyjściowa skuteczna max przy koagulacji monopolarnej[W]/rezystancja obciążenia Ohm	120/500
8	Napięcie maksymalne przy	2300 kontaktowa 2800

	koagulacji monopolarnej	natryskowa
9	Liczba niezależnych wyjść bipolarnych	2
10	Liczba niezależnych wyjść monopolarnych	2
11	Tryb pracy bipolarnej	cięcie i koagulacja
12	Moc wyjściowa skuteczna max. przy cięciu bipolarnym[W]/rezystancja obciążenia Ohm	80/100
13	Napięcie max przy cięciu bipolarnym Vp-p[V]	480
14	Moc wyjściowa maksymalna przy koagulacji bipolarnej[W]	80/100
15	Napięcie max przy koagulacji bipolarnej Vp-p[V]	480
16	Zabezpieczenia	system ciągłej kontroli i monitorowania przylegania elektrody biernej PDM, sygnalizacja błedu dawki, kontrola czasu ciągłej aktywacji, ciągła kontrola prądów upływności, kodowa sygnalizacja błędów
17	Układ monitorowania jakości kontaktu elektrody powrotnej	Ciągły system kontroli przylegania elektrody biernej przy elektrodach dzielonych oraz system analizy kontaktu przy zastosowaniu elektrod niedzielonych. Próbkowanie co 10 msec
18	Wyświetlacz danych	ciekłokrystaliczny LCD
19	Sygnalizacja akustyczna	dwutonowa
20	Masa aparatu	8,6 kg

21	Inne cechy charakterystyczne, funkcje specjalne	Kontrola startu cięcia i koagulacji, automatyczna kontrola koagulacji, wydzielone funkcje micro cięcia i mikrokoagulacji z precyzyjną regulacją co 0,1 W, możliwość współpracy z wielorazowymi i jednorazowymi niedzielonymi i dzielonymi elektrodami neutralnymi
22	Zgodność z normami	CSA,IEC,60-601-2-2,ISO 9001,SEV,UL,FDA
23	Elektroda czynna z kablem, uchwytem, elektrodą szpatułkową	5 szt.
24	Elektroda bipolarna (pensetka)	3 szt.
25	Elektroda bierna, jednorazowa, sterylna	200 szt.
26	Wózek transportowy z przesuwną rączką oraz koszem. Wym.: 520 x 900 x 570 mm (szer x wys x gł)	1 szt.
30	Przewód zasilający	TAK-1szt

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w aparat o podanych parametrach

Pyt Nr 4

Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ PROGÓW OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU WYDANYM NA PODSTAWIE ART.11UST.8 PZP na dostawę: Pak Nr 1- Zestaw Laparoskopowy Pak Nr 2 – Respirator Transportowy			
znak sprawy	20/2014	data	07.11.2014.

Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwracamy się do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na zadane poniżej pytania:

Pakiet 2: Respirator Transportowy

Pytanie 1: Ad: Opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator transportowy, popokazowy, spełniający wszystkie wymogi SIWZ, wyprodukowany w 2012 roku?

Odp. Nie

Pytanie 2: Ad: Roz.3, pkt.4.2, 4.9 SIWZ; § 5.GWARANCJA pkt.3 Umowa:

Czy Zamawiający w zakresie pakietu 2 dopuści 12 miesięczny okres gwarancji?

Odp. Nie

Pyt Nr 5

Dotyczy: Pak Nr 1 – Zestaw Laparoskopowy

- Czy zamawiając zgodzi się na zmianę kary umownej zawartej w postanowieniach końcowych z 0.5% za każdy dzień zwłoki na 0.055% za każdy dzień zwłoki, co jest adekwatne do długości okresu gwarancji.

Odp. Tak

- Czy zamawiający zgodzi się na dopuszczenie wózka wyposażonego w listwę zasilającą zamiast min 4 gniazd zasilania oraz uziemienia w słupku wózka.

Odp. Tak

- Czy zamawiający zgodzi się na dopuszczenie wózka bez ściany tylnej.

Odp. Tak

- Czy zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania wózka bez centralnego podświetlonego włącznika zasilania wózka. Proponowany wózek jest wyposażony w listwę zasilającą.

Odp. Tak

- Czy zamawiający dopuści do postępowania wózek wyposażony w listwę zasilającą z kablem o długości 1,5 m 3- żyłowym (z uziemieniem).

Odp. Tak

- Czy zamawiający dopuści do postępowania wózek bez ramienia wyposażony w stały uchwyt monitora typu VESA (UMK-04) bez okablowania z możliwością zastosowania okablowania zewnętrznego.

Odp. Tak

- Czy zamawiający dopuści do postępowania wózek umożliwiający montaż monitora od 22 do 26 cali.

Odp. Tak