

Znak sprawy: 22/2014r

Pak Nr 1- Zestaw Laparoskopowy

W odpowiedzi w dniu dzisiejszym na niżej zadane pytanie została omyłkowo udzielona zła odpowiedź.

Poprawna to: Zamawiający dopuszcza niżej zaproponowane rozwiązanie

Czy zamawiający zmieni zapis z " możliwość pracy sterownika z trzema rodzajami głowic" na „możliwość współpracy głowicy kamery z min trzema rodzajami obiektywów" Takie rozwiązanie pozwala na pełne spektrum wykorzystania możliwości posiadanej głowicy oraz w razie konieczności znacznie ogranicza koszty eliminując konieczność zakupu osobnych głowic a jedynie wymaga zakupu dodatkowych obiektywów co jest znacznie tańszym rozwiązaniem

Odp. Dopuszcza