

Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ PROGÓW OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU WYDANYM NA PODSTAWIE ART.11UST.8 PZP na dostawę: Pak Nr 1- Zestaw Laparoskopowy Pak Nr 2 – Respirator Transportowy			
znak sprawy	22/2014	data	25.11.2014.

Pyt. Nr 1.

Pakiet 2: Respirator Transportowy

Pytanie 1: Ad: Opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający w zakresie pakietu 2 dopuści 24 miesięczny okres gwarancji? Na taki okres gwarancji udziela producent.

Odp. Nie mniej niż 36 miesięcznej gwarancji, Wykonawca, który udzieli dłuższej gwarancji niż określona w SIWZ uzyska dodatkowe punkty w kryterium gwarancji które będą przyznawane za podane dodatkowe lata. Za najdłuższy dodatkowy okres udzielonej gwarancji Wykonawca uzyska maksymalnie 5% .

Pyt . Nr 2

Pak Nr 1- Zestaw Laparoskopowy

Czy zamawiający dopuści do postępowania.

- Głowicę kamery wyposażoną w 3 przetworniki CCD 1/3 odpowiadające za odczyt poszczególnych barw pracującą w maksymalnej rozdzielczości 1920/1080 pixeli (FullHD)

Odp. Tak

- Czy zamawiający dopuści sterownik kamery wyposażony w 1 wyjście DVI-D oraz 2 wyjściaHD-SDI, bez wyjścia S-video które nie obsługuje rozdzielczości FullHD w zamian oferujemy sterownik wyposażony w jedno wyjście RGB.

Odp. Tak

- Kamerę automatycznie dostosowującą parametry obrazu do zastosowanej optyki co wyklucza konieczność posiadania wbudowanych programów oraz trybów użytkownika.

Odp. Tak

- Głowicę kamery posiadającą 3 metrowy przewód sygnałowy

Odp. Tak

- Głowicę kamery wyposażoną w wymienny obiektyw z zoomem optycznym 16-34mm

Odp. Tak

- Głowicę z 3 przyciskami umożliwiającymi przypisanie poszczególnych funkcji do każdego z nich

Odp. Tak

- Głowicę bez możliwości sterylizacji w zamian oferującą możliwość dezynfekcji zimnej

Odp. Nie

- Kamery z opóźnieniem 1/50 1/100 000s

Odp. Tak

- Kamery bez możliwości zintegrowania źródła światła w zamian oferujemy możliwość zintegrowanie dedykowanego insuflatora

Odp. Nie

- Czy zamawiający zmieni zapis z " możliwość pracy sterownika z trzema rodzajami głowic" na „możliwość współpracy głowicy kamery z min trzema rodzajami obiektywów” Takie rozwiązanie pozwala na pełne spektrum wykorzystania możliwości posiadanej głowicy oraz w razie konieczności znacznie ogranicza koszty eliminując konieczność zakupu osobnych głowic a jedynie wymaga zakupu dodatkowych obiektywów co jest znacznie tańszym rozwiązaniem

Odp. Tak

- Czy zamawiający usunie ze specyfikacji punkt 18 cyt. " możliwość współpracy w systemie zintegrowanej Sali operacyjnej" Taki zapis jest nie uzasadniony ponieważ zamawiający nie wymaga instalacji systemu zintegrowanej Sali operacyjnej oraz nie podaje żadnych wymagań odnośnie takiego systemu. Nazwa potoczna „ system zintegrowanej Sali operacyjnej” jest zbyt ogólna.

Odp. Nie

- Czy zamawiający dopuści do postępowania źródło światła LED bez zintegrowanego systemu pomiaru transmisji światła w światłowodach oraz złącza konikującego źródła światła z kamerą. W zamian oferujemy źródło światła LED o żywotności ponad 50 000 godzin oraz temperaturę światła 6500⁰K z wymiennymi adapterami umożliwiającymi użycie światłowodów różnych producentów.

Odp. Nie

- Czy zamawiający dopuści do postępowania wózek aparaturowy o następującej specyfikacji: 2xpółka500x500, 1xpółka450x500, 1x blat z szufladą wysuwaną pod klawiaturę, 1xszuflada500x500, 2xuchwyt (UC-02), 1xlistwa zasilająca, 1xuchwyt do monitora VESA (UMK-04), uchwyt na butlę oraz na kamerę laparoskopową.

WYKONANIE:

- stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umożliwiający dowolną regulację umieszczenia półek oraz wyposażenia dodatkowego
- półka stalowa, lakierowana proszkowo, blat z pogłębieniem
- elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL
- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS, wyposażona w podwójne koła o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą

Wymiary:

- długość: 600 mm
- szerokość: 600 mm
- wysokość: 1200 mm
- długość blatu: 500 mm
- szerokość blatu: 500 mm

Odp. Tak

Pyt. Nr 3

Pak Nr 1- Zestaw Laparoskopowy

Czy Zamawiający dopuści aparat elektrochirurgiczny (diatermię) o następujących parametrach:

1	Częstotliwość podstawowa generatora[kHz]	447
2	Dostosowanie do resekcji transuretalnej TUR-przy pracy w środowisku ciekłym	Tak
3	Specjalne programy	laparoscopia, artroskopia, chir. ogólna

4	Tryb pracy monopolarnej	cięcie bez koagulacji, cięcie z koagulacją(3 głębokości), koagulacja punktowa, koagulacja punktowa powierzchniowa, koagulacja natryskowa,
5	Moc wyjściowa skuteczna max przy cięciu monopolarnym [W]/rezystancja obciążenia Ohm	300/500
6	Napięcie maksymalne przy cięciu monopolarnym	1800
7	Moc wyjściowa skuteczna max przy koagulacji monopolarnej[W]/rezystancja obciążenia Ohm	120/500
8	Napięcie maksymalne przy koagulacji monopolarnej	2300 kontaktowa, 2800 natryskowa
9	Liczba niezależnych wyjść bipolarnych	2
10	Liczba niezależnych wyjść monopolarnych	2
11	Tryb pracy bipolarnej	cięcie i koagulacja
12	Moc wyjściowa skuteczna max. przy cięciu bipolarnym[W]/rezystancja obciążenia Ohm	80/100
13	Napięcie max przy cięciu bipolarnym Vp-p[V]	480
14	Moc wyjściowa maksymalna przy koagulacji bipolarnej[W]	80/100
15	Napięcie max przy koagulacji bipolarnej Vp-p[V]	480
16	Zabezpieczenia	system ciągłej kontroli i monitorowania przylegania elektrody biernej PDM, sygnalizacja błędu dawki, kontrola czasu ciągłej aktywacji, ciągła kontrola prądów upływności, kodowa sygnalizacja błędów

17	Układ monitorowania jakości kontaktu elektrody powrotnej	Ciągły system kontroli przylegania elektrody biernej przy elektrodach dzielonych oraz system analizy kontaktu przy zastosowaniu elektrod niedzielonych. Próbkowanie, co 10 msec.
18	Wyświetlacz danych	ciekłokrystaliczny LCD
19	Sygnalizacja akustyczna	dwutonowa
20	Masa aparatu	8,6 kg
21	Inne cechy charakterystyczne, funkcje specjalne	Kontrola startu cięcia i koagulacji, automatyczna kontrola koagulacji, wydzielone funkcje micro cięcia i mikrokoagulacji z precyzyjną regulacją co 0,1 W, możliwość współpracy z wielorazowymi i jednorazowymi niedzielonymi i dzielonymi elektrodami neutralnymi
22	Zgodność z normami	CSA,IEC,60-601-2-2,ISO 9001,SEV,UL,FDA
23	Elektroda czynna z kablem, uchwytem, elektrodą szpatułkową	5 szt.
24	Wózek transportowy z przesuwną rączką oraz koszem. Wym.: 520 x 900 x 570 mm (szer. x wys. x gł.)	1 szt.
25	Przewód zasilający	TAK-1szt

Odp. Tak

Pyt Nr 4

pakiet nr 2 –respirator transportowy

Lp.	Wymagania techniczne	Wymagania	TAK / NIE Opis
Wymagania ogólne			
1.	Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z wymaganiami normy PN-EN	TAK	

	794-3 lub równoważnej, dopuszczony do stosowania w oddziałach szpitalnych		
2.	<u>Producent</u>	<u>podać</u>	
3.	<u>Kraj</u>	<u>podać</u>	
4.	<u>Model / typ</u>	<u>podać</u>	
5.	<u>Deklaracja zgodności – CE</u>	<u>TAK</u> <u>(przy</u> <u>dostawie)</u>	
6.	<u>Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych</u>	<u>TAK</u> <u>(przy</u> <u>dostawie)</u>	
7.	<u>Urządzenia fabrycznie nowe</u>	<u>TAK</u>	
8.	<u>Rok produkcji: 2014</u>	<u>TAK</u>	
Wymagania techniczne respiratora			
9.	Wszystkie funkcje obsługiwane pneumatycznie – działanie respiratora. Bez stosowania baterii ani zewnętrznego zasilania elektrycznego.	TAK	
10.	Wentylacja 100% tlenem i mix tlenowy 65%	TAK	
11.	Wymiary max 130x250x180 mm +/- 10 mm	Podać	
12.	Waga: max 3 kg	TAK	
13.	Możliwość pracy w środowisku MRI do 3.0 T , gradientie pola magnetycznego 6.9 G/cm, i mocy RF 300 V	TAK	
14.	Stosunek I:E. ustawiany za pomocą nastawień czasu wdechu oraz czasu wydechu, objętości oddechowej i częstości oddechów	TAK	
15.	Temperatura pracy od -5 – 40°C	TAK	
16.	Możliwość pracy do min. 4500 m.n.p.m.	TAK	
17.	Możliwość prowadzenia wentylacji w trybach CMV, IMV, CPAP oraz Limit Ciśnienia	TAK	
18.	Częstość oddechów: min. 3 do 50 /min	TAK	
19.	Objętość oddechowa: min. 360 do 1500 ml	TAK	
20.	Przepływ szczytowy: min do 140 L/min	TAK	
21.	Ciśnienie szczytowe: min. 15 do 75 cm H2O	TAK	
22.	Monitorowanie ciśnienia za pomocą manometru	TAK	
23.	PEEP/CPAP: min 0 do 20 cm H2O	TAK	
24.	Objętość minutowa: min. 0.2 do 30 L/min	TAK	
25.	Czas wdechu: min. 0.6 do 2.5 sekund	TAK	
26.	Czas wydechu: min. 0.6 do 20 sekund	TAK	
27.	Możliwość prowadzenia wentylacji inwazyjnej oraz nieinwazyjnej	TAK	

28.	Brak zewnętrznych zaworów CPAP	TAK	
29.	Pneumatycznie obsługiwane alarmy: - Alarm niskiego ciśnienia gazów zasilających - Alarm rozłączenia - Alarm przekroczenia ciśnienia granicznego w drogach oddechowych	TAK	
30.	Wyciszenie alarmu na min. 1 minutę	TAK	
31.	Wyjście zdalnie sygnalizowanego alarmu	TAK	
32.	Urządzenie spełnia następujące międzynarodowe normy: F 1100-90 EN 794-3:1999	TAK	
Dodatkowe wyposażenie respiratora			
33.	Układ pacjenta do sterylizacji w autoklawie, długości min.120 cm	TAK	
34.	Przewód zasilający zakończony wtykiem szybkozłącza AGA, długość min. 120 cm	TAK	
35.	Przenośny zestaw tlenowy: - torba transportowa umożliwiająca transport – butla tlenowa aluminiowa min 2,7 l O ₂ – reduktor z manometrem	TAK	
36.	Instrukcja obsługi respiratora w języku polskim – 2 szt, wersja elektroniczna 1 sztuka	TAK (przy dostawie)	
37.	Paszport techniczny	TAK (przy dostawie)	
Szkolenia			
38.	Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia	TAK	
39.	Szkolenie personelu z Działu Aparatury Medycznej w zakresie konserwacji, kontroli i sprawdzenia poprawności działania	TAK	

Odp. Poz. 10,19 - nie, pozostałe pozycje dopuszcza

Pyt. Nr 5

Pakiet nr 1 – Zestaw Laparoskopowy
Dotyczy aparatu elektrochirurgicznego
INNE ODNOŚNIE DIATERMII
Dotyczy wózka transportowego

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w cztery kółka, z rączką , z zamykaną szafką na butle argonowe 10-litrowe, wyposażony w półkę na włącznik nożny oraz koszyk na akcesoria?

Odp. Dopuszcza

Pyt. Nr 6

1. Czy w § 3 ust 1 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?

Odp. Tak ale nie później niż do 27.12.2014r

2. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 2 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy

Odp. Nie

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 1, 3

1. W przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z terminami określonymi w umowie Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej w wysokości 0,5% wartości niewykonanej dostawy, przedłużającej się naprawy, nie wstawienia sprawnego aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż naprawiane urządzenie za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej dostawy, przedłużającej się naprawy, nie wstawienia sprawnego aparatu zastępczego

Odp. Nie

3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego, bądź odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn będących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odp. Nie

Pyt. Nr 7

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego pakietu aparat elektrochirurgiczny (diatermia). Rozwiązanie takie umożliwi przystąpienie do przetargu większej ilości oferentów, a Zamawiającemu wybór tańszej oferty.

Odp. Nie