

**SPZOU-ZZ w Makowie Mazowiecki
ul. Witosa 2, 06-200 Maków – Mazowiecki**

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu jednorazowego użytku, dializatorów, cewników permanentnych, Przetarg znak: 05/2015.

Podczas kopiowania pytań nastąpiła omyłka w odpowiedziach, prawidłowe odpowiedzi to:

SPROSTOWANIE

Pytanie 27

Pakiet 3a poz.1-4:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitrylowych nowej generacji, przebadanych na przepuszczalność dla wirusów wg ASTM F 1671 oraz podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny i jednocześnie środek ochrony osobistej (stosowane informacje fabrycznie umieszczone na opakowaniach), pakowanych w opakowania maks. 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Nadmieniamy, że dopuszczenie ww. rękawic nie zwiększy kosztów zakupu, a jednocześnie pozwoli Zamawiającemu wyeliminować całkowicie problem alergii na proteiny lateksowe, przy zachowaniu parametrów mechanicznych rękawic lateksowych nowej generacji rękawic nitrylowych nie odbiegają od lateksu, gwarantując jednocześnie wyższy poziom ochrony.

Odp. Nie ponieważ rękawice nitrylowe znajdują się już w Pak Nr 3C

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert do 14.04.2015r, godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.