

Znak sprawy 15/2015

Dotyczy Pakietu nr 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 4 tygodni od podpisania umowy – nie posiadamy tych urządzeń w magazynie w Warszawie i sprowadzenie ich od Producenta wymaga czasu.

Odp. Nie

2. Prosimy o zmianę okresu gwarancji na czas 24 miesięcy. Jest to najdłuższy możliwy termin gwarancji.

Odp. Tak, termin nie krótszy niż 24 miesiące.

3. Prosimy o zgodę na przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych w serwisie w Warszawie –zobowiązujemy się do pokrycia kosztu dostawy kurierskiej urządzeń .

Prosimy też o przesunięcie terminu otwarcia ofert o kilka dni, co umożliwi nam złożenie oferty po otrzymaniu ewentualnej zgody na zmiany zaproponowane powyżej.

Odp. Tak, Wykonawca pokrywa koszty przesyłki aparatu do przeglądu i dostawy do siedziby Zamawiającego. W sytuacji powstania uszkodzenia podczas transportu urządzenia Wykonawca naprawi urządzenie na własny koszt. Zamawiający przesuwając termin składania i otwarcia ofert do 18.06.2015r, godz. składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie

Pytanie 1 dot. Pakiet Nr 2, tympanometr

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tympanometru bez opcji częstotliwości 1000Hz, która to częstotliwość jest bardzo rzadko wykorzystywana, jej stosowanie ogranicza się do diagnostyki ucha środkowego noworodków, a cena tej funkcjonalności podnosi cenę tympanometru o 30%.

Odp. Tak

Pytanie 2 dot. Pakiet Nr 2, tympanometr

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tympanometru o wartości natężenie bodźca 85dB?

Odp. Tak

Pytanie 3 dot. Pakiet Nr 2, tympanometr

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tympanometru o zakresie objętości badanej 0,2 do 5ml?

Odp. Tak

Pytanie 4 dot. Pakiet Nr 2, tympanometr

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tympanometru o wartości natężenie bodźca dla trybu badanie odruchu strzemiączkowego od 85 do 100dBHL?

Odp. Tak

Pytanie 5 dot. Pakiet Nr 2, tympanometr

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tympanometru o posiadającego regulację natężenie bodźca w trybie automatycznym?

Odp. Tak

Pytanie 6 dot. Pakiet Nr 2, tympanometr

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tympanometru posiadającego protokół pomiarowy tympanometrii 226Hz z odruchem tylko w trybie automatycznym?

Odp. Tak

Pytanie 7 dot. Pakiet Nr 2, tympanometr

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tympanometru posiadającego możliwość zapisu wyników badań dla 30 pacjentów?

Odp. Tak

Pytanie 8 dot. Pakiet Nr 2, tympanometr

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tympanometru z ekranem monochromatycznym?

Odp. Tak

Pytanie 9 dot. Pakiet Nr 2, tympanometr

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tympanometru wykonanego w technologii kompaktowej, tzn. tympanometru, w którym sonda pomiarowa jest elementem tympanometru, nie jest dodatkowym elementem zewnętrznym?

Odp. Tak

Pytanie 10 dot. Pakiet Nr 2, tympanometr

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tympanometru i oprogramowania komputerowego w języku angielskim?

Odp. Tak