

Pakiet nr 2 B – pojemniki na odpady medyczne

<i>L p</i>	<i>Pojemność (dm³)</i>	<i>Wysokość (mm)</i>	<i>J/M</i>	<i>Ilość sztuk</i>	<i>Cena jed. netto</i>	<i>Cena jed. brutto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Wartość Brutto</i>	<i>Producent nr katalogow y</i>	<i>Nr certyfika + nr str. ofercie</i>
1	1 pojemnik na zużyte igły	1litrów	szt.	2.250						
2	pojemniki do gromadzenia stałych nie ostrych odpadów medycznych wykonanych z polipropylenu komorowego, rozkładane i wyposażone w worek foliowy	60 litrów	szt.	210						

Ogółem wartość pakietu:

netto.....

brutto.....

Poz. nr 1 -pojemnik z możliwością zamocowania do tacy medycznej, posiadający zamknięcie zaciskowe, chwilowe i na stałe. Pojemniki twardościennne spełniające normę ADR. W komplecie tace w ilości 15 szt. dostosowane do pojemników.

Pojemniki zgodne z aktualną ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych oraz z aktami powiązanymi.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie do oceny spełnienia wymagań w tym pakiecie nie mniej niż po 2 sztuki pojemników do każdej pozycji .

Jedna próbka zostanie przeznaczony do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Wykonawca dostarczy nieodpłatnie próbki nie później niż w dniu składania ofert.

Pakiet Nr 9 -Rurki intubacyjne pediatriczne.

<i>L/p</i>	<i>Rozmiar asortymentu</i>	<i>J/m</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jedn netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka podatku VAT</i>	<i>Cena jen. brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent + Nr kat.</i>	<i>Nr certyfikatu + numer str. W ofercie</i>
I.	2,0mm 2,5mm 3,0mm 3,5mm 4,0mm 4,5mm 5,0 mm 5,5mm 6,0mm 6,5mm 7,0mm	szt	300							

Wartość ogółem netto.....**brutto****Wymagania dla pakietu Nr 9.**

2. powinny to być rurki ustno-nosowe,
3. powinny być silikonowe,
4. powinny posiadać otwór Murphy' ego z łagodnie zaokrąglonymi krawędziami,
5. posiadać łącznik do podłączenia układu oddechowego, którego światło jest możliwe szerokie w stosunku do światła rurki,
6. posiadać znacznik widoczny w RTG, na całej długości rurki,
7. być wykonane z materiału hipoalergicznego i apirogennego,
8. oznaczony dobrze widoczny rozmiar rurki – średnica na korpusie rurki,
9. możliwie cienkie ścianki rurki,
10. termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego,
11. opakowanie ochronne
12. opakowanie łatwe do otwarcia,
13. posiadać deklaracje CE

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż po 2 sztuki do każdej pozycji.

Jedna próbka zostanie przeznaczony do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Wykonawca dostarczy nieodpłatnie próbki nie później niż w dniu składania ofert.

Pakiet nr 21 zestaw do wprowadzenia cewnika Swan – Ganza lub elektrody endokawitarnej do żył centralnych metodą Seldingera.

<i>Lp</i>	<i>Artykuł</i>	<i>J/m</i>	<i>Ilość szt.</i>	<i>Cena 1 szt netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Cena 1 szt. brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent nr katalogowy</i>	<i>Nr certyfikatu + nr str. w ofercie</i>
1	zestaw do wprowadzenia cewnika Swan-Ganza do żył centralnych metodą Seldingera Ř7 Fr lub 8Fr	szt	20							

Ogółem wartość pakietu:

netto.....

brutto.....

Wymagania dla pakietu nr21

W skład zestawu muszą wchodzić:

1. igła do identyfikacji naczynia
2. rozszerzadło;
3. wykonany z poliuretanu
4. adapter z zaworem hemostatycznym np. Touhy – Borst z integralnym portem bocznym
5. osłona zabezpieczająca cewnik długości około 80 cm
6. drut zakończony w kształcie J do wprowadzenia metodą Seldingera
7. musi być widoczny w promieniach rtg
9. jałowy, apirogeny, termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od dnia dostawy do zamawiającego
10. kranik trójdrożny z koreczkami do każdej końcówki kranika
11. system mocowania do skóry
12. średnica 7Fr lub 8 Fr
13. nasadka adaptera elastyczna, minimalizująca możliwość zagięcia cewnika
14. posiadać deklaracje CE
15. zapakowane bezpiecznie

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 2sztuki próbki.

Jedna próbka zostanie przeznaczony do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Wykonawca dostarczy nieodpłatnie próbki nie później niż w dniu składania ofert.

Pakiet nr 23 elektrody EKG

<i>Lp</i>	<i>Artykuł</i>	<i>J/m</i>	<i>Ilość szt.</i>	<i>Cena 1 szt netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Cena 1 szt. brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent nr katalogowy</i>	<i>Nr certyfikatu + nr str. w ofercie</i>
1	Elektrody EKG dla dorosłych	szt.	60.000							
2	Elektrody EKG dla dzieci	szt.	1.000							
3	Elektrody EKG dla dorosłych wykonane z włókniny do badań holterowskich	szt.	1.000							

Ogółem wartość pakietu:**netto.....****brutto.....****W skład zestawu muszą wchodzić:**

1. Długi termin przydatności do użycia co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego
2. Klej hypoalergiczny
3. Miejsce kontaktu elektrody ze skórą powinno być pokryte żelem zmniejszającym oporność skóry o standardowej wielkości
4. Przylepiec, z którego wykonana jest elektroda powinien być hypoalergiczny, przepuszczający powietrze, niedający oparzeń dobrze przylepiać się do skóry
5. Końcówka do kabli przyłączeniowych zapewniająca dobry styk z kablem
6. Do długotrwałego monitorowania
7. Powinny być o średnicy ok. 35 mm dla dzieci i ok. 50 – 55 mm dla dorosłych

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 6 elektrod EKG do każdej pozycji .

Jedna próbka zostanie przeznaczony do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Wykonawca dostarczy nieodpłatnie próbki nie później niż w dniu składania ofert.

Pakiet nr 26 – zgłębniki do żywienia dojelitowego.

Lp	Rodzaj i średnica sondy/długość sondy cm	J/m	Ilość szt.	Cena 1 szt netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena 1 szt. brutto	Wartość brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie
1	Ch 8/130 cm	szt	20							
2	Ch 10/130 cm	szt	20							
3	Ch 10/110 cm	szt	20							
4	Ch 12/110 cm	szt	20							

Ogółem wartość pakietu:**netto**.....**brutto**.....**Wymagania dla pakietu nr 26:**

1. powinien być wykonany z poliuretanu
2. być przezroczysty i elastyczny
3. posiadać na całej swojej długości znacznik widoczny w promieniach rtg
4. łącznik umożliwiający podłączenie różnego rodzaju urządzeń do żywienia jelitowego z zatyczką
5. prowadnicę umożliwiającą wprowadzenie zgłębnika przewodu pokarmowego
6. powinien być zakończony otworem centralnym i posiadać dwa otwory boczne
7. powinien być przystosowany do przebywania w przewodzie pokarmowym chorego do 6 tygodni
8. być sterylny, termin ważności sterylizacji co najmniej dwa lata od chwili dostawy do zamawiającego
9. posiadać certyfikat CE

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 2 zgłębniki żołądkowe do każdej pozycji.

Jedna próbka zostanie przeznaczony do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Wykonawca dostarczy nieodpłatnie próbki nie później niż w dniu składania ofert.

Pakiet nr 29 – aparaty do przetoczeń do stosowania w pompach infuzyjnych przepływowych.

<i>Lp</i>	<i>Artykuł</i>	<i>J/m</i>	<i>Ilość szt.</i>	<i>Cena 1 szt netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Cena 1 szt. brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent nr katalogowy</i>	<i>Nr certyfikatu + nr str. w ofercie</i>
1	aparaty do użycia w pompach przepływowych Terumo	szt	1.200							

Ogółem wartość pakietu :

netto.....

brutto.....

Wymagania dla pakietu nr 29:

1. aparaty muszą być przydatne do użycia w pompach infuzyjnych przepływowych firmy Terumo firmy Efmed,
2. muszą służyć do przetaczania krystaloidów, koloidów i Koncentratu Krwinek Czerwonych (KKCz),
3. być jednorazowego użytku,
4. posiadać dodatkowy port do podawania leków,
5. być sterylne, termin przydatności do użycia co najmniej 2 lata od chwili zakupu,
6. przezroczyste i dren i komora kroplowa,
7. z zaciskiem rolkowym,
8. komora kroplowa filtrem i odpowietrznikiem,
9. ostry kolec do przekłucia flakonu z płynem infuzyjnym lub krwią,
10. materiał apirogeny i hypoalergiczny,
11. opakowanie szczelnie, nie ulegające łatwo rozerwaniu, łatwe do otwarcia,
12. posiadać certyfikat CE.

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 2 próbki .

Jedna próbka zostanie przeznaczony do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Wykonawca dostarczy nieodpłatnie próbki nie później niż w dniu składania ofert.

Pakiet nr 30 – przyrząd do żywienia dojelitowego wersja grawitacyjna.

<i>Lp</i>	<i>Rodzaj</i>	<i>J/m</i>	<i>Ilość szt.</i>	<i>Cena 1 szt netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Cena 1 szt. brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent nr katalogowy</i>	<i>Nr certyfikatu + nr str. w ofercie</i>
1	Przyrząd do żywienia dojelitowego wersja grawitacyjna	szt	50							
2	przyrząd do żywienia dojelitowego wersja grawitacyjna do opakowań miękkich	szt	50							

Ogółem wartość pakietu:**netto.....****brutto.....****Wymagania dla pakietu nr 30:**

1. musi posiadać2. łącznik psujący do butelek zamkniętych kapslem
3. musi posiadać4. łącznik do opakowań typu Pack
5. filtr powietrza
6. komorę kroplową o dużej przezroczystości
7. zacisk rolkowy
8. port do podawania leków i płukania zgłębnika z nasadką ochronną
9. dwa rodzaje końcówek do połączenia ze zgłębnikiem
 - a) końcówka żeńska do połączenia ze zgłębnikiem
 - b) stożkowa 5 stopniowa końcówka męska do łączenia ze zgłębnikiem z nasadką zabezpieczającą
 - c)stożkowa 4 stopniowa końcówka męska do łączenia ze zgłębnikiem
- 8.koszyczek do zawieszenia butelki na stojaku
- 9.ważność sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego
- 10.posiadać certyfikat CE

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 2 próbki do każdej pozycji .

Jedna próbka zostanie przeznaczony do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Wykonawca dostarczy nieodpłatnie próbki nie później niż w dniu składania ofert.

Pakiet nr 31 zgłębniki dwunastnicze

<i>Lp</i>	<i>Rodzaj, średnica i długość zgłębnika w cm</i>	<i>J/m</i>	<i>Ilość szt.</i>	<i>Cena 1 szt netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Cena 1 szt. brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent nr katalogowy</i>	<i>Nr certyfikatu + nr str. w ofercie</i>
1	Bez oliwki	szt	120							
	Ch10/125cm									
	Ch12/125cm									
	Ch14/125cm									
	Ch16/125cm									
2	Z oliwką Ch10/125cm	szt	15							
	Ch12/125cm									

Ogółem wartość pakietu:

netto.....

brutto.....

Wymagania od pakietu nr 31

1. Wszystkie zgłębniki powinny być miękkie w stopniu dostatecznym, odporne na zginanie
2. Powinny posiadać dwa duże otwory boczne, atraumatyczny, koniec,
3. Powinny posiadać otwory o dobrze zaokrąglonych brzegach.
4. Końcówka dalsza musi mieć możliwość podłączenia do różnego rodzaju łączników i drenów.
5. Końcówka w żołądku gładka zaokrąglona, może być z centralnym otworem.
6. Materiał apirogenny, hypoalergiczny.
7. Kod barwny, oznaczający rozmiar z zgłębnika na końcówkach dalszych i oznaczenie długości
8. Powierzchnia zgłębnika gładka.
9. Powinien być przezroczysty
10. Zgłębniki z pozycji 5 i 6 powinny mieć gładką oliwkę, nie uszkodzającą błony śluzowej przewodu pokarmowego
11. Termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego
12. Posiadać certyfikat CE

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 2 próbki do każdej pozycji .

Jedna próbka zostanie przeznaczony do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Wykonawca dostarczy nieodpłatnie próbki nie później niż w dniu składania ofert.

**Pakiet Nr 36 – obwody oddechowe do aparatów
do znieczulania i respiratorów, maski twarzowe do wentylacji**

<i>L/ p</i>	<i>Pozycja</i>	<i>J/m</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jed netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka podatku VAT</i>	<i>Cena jedn. brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent +nr kat.</i>	<i>Nr certyfikatu + numer str. w ofercie</i>
1.	Obwody oddechowe wielorazowe do aparatów do znieczulania z uniwersalnym workiem (1,5l) i trzecią rurą długość rur powyżej 120 cm	Szt.	10							
2.	Rury wielorazowe do respiratorów długość powyżej 120 cm	Szt.	10							
3.	Łączniki Y kompatybilne do końcówek rur, z możliwością podłączenia czujnika temperatury i czujnika do pomiaru ciśnienia w obwodzie oddechowym Standardowe otwory z możliwością ich zamknięcia muszą być kompatybilne z czujnikami temperatury firmy Fisher & Paykel	szt.	10							
4.	Maski twarzowe wielorazowe do znieczulania i wentylacji aparatem AMBU dla dorosłych silikonowe, z mankietem uszczelnianym powietrzem rozmiary 2, 3, 4, 5	szt.	Po 20 każdego rodzaju.							

5.	Maski twarzowe dla dzieci do znieczulenia i wentylacji aparatem AMBU o - 5		po 10szt każdego rodzaju							
6.	Obwody oddechowe do respiratorów jednorazowe , długość powyżej 120cm	Szt.	100							
7.	Obwody oddechowe jednorazowe do aparatów do znieczuleń z workiem oddechowym minimum 2L i trzecią rurą ≥ 120	Szt.	600							

Wartość ogółem netto

brutto

Wymagania dla pakietu Nr 36 - wszystkie pozycje

1. Obwody oddechowe powinny posiadać rury karbowane wielorazowe i jednorazowe
2. Zakończenia rur powinny pasować do standardowych rozmiarów końcówek przyłączeniowych aparatów do znieczulania ogólnego i respiratorów
3. Ciężar rur możliwie niewielki
4. Worki oddechowe o pojemności minimum 1500ml miękkie i trwałe
5. Maski twarzowe silikonowe z mankietem uszczelnianym powietrzem, szczelnie przylegające do twarzy
6. Wielkość masek twarzowych kodowana kolorami
7. Przestrzeń martwa zarówno masek i rur winna być możliwie mała
8. Łączniki do układów powinny posiadać końcówki zunifikowane, pasujące do typowych końcówek przyłączeniowych respiratorów, aparatów do znieczulenia, masek twarzowych itp.
9. Możliwość sterylizacji w autoklawie
10. Łączniki Y powinny pasować do końcówek rur karbowanych i łącznika rurki inkubacyjnej albo do łącznika kolankowego
11. Obwody oddechowe o dł. rur minimum 120cm i worek oddechowy minimum 1,5L (poz. Nr 11 dotyczy poz. w pakiecie poz. Nr 6,7)
12. Posiadać certyfikat CE

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 1 próbkę do każdej pozycji .

Jedna próbka zostanie przeznaczony do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Wykonawca dostarczy nieodpłatnie próbki nie później niż w dniu składania ofert.

Pakiet Nr 41 - wkłady do ssaków próżniowych

L/p	Rodzaj wkładów	J/m	Ilość	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie
1.	Wkłady jednorazowego użytku: -pojemność2. 2litry -długość4. 29cm -średnia 13 cm (średnica zewnętrzna części nakładanej na pojemnik plastikowy z podziałką milimetrową).	Szt.	5.000,00							
2.	Wkłady jednorazowego użytku: -pojemność7. 2 litry -długość9. 34cm -średnia 10 cm (średnica zewnętrzna części nakładanej na pojemnik plastikowy z podziałką milimetrową).	Szt.	400							

Wartość ogółem netto

brutto

Wymagania dla pakietu Nr 41

1. Wkłady do ssaków próżniowych muszą być kompatybilne z pojemnikami będącymi na wyposażeniu oddziałów i karetek.
2. Posiadać filtr przeciwbakteryjny, oraz zastawki zabezpieczającej źródło ssania przed zalaniem, w komplecie schodkowy i obrotowy łącznik kątowny umożliwiające podłączenie drenów o różnych średnicach.
3. Zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania
4. Wkłady muszą być trwałe, niewrażliwe na ściskanie i zgniecenie
5. Powinny być sterylne
6. Termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego
7. Posiadać deklaracje CE

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 2 próbki do każdej pozycji .

Jedna próbka zostanie przeznaczony do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Wykonawca dostarczy nieodpłatnie próbki nie później niż w dniu składania ofert.

Pakiet Nr 42 - łączniki różnego rodzaju do układów oddechowych

Lp.	Rodzaj łącznika	J/m	Ilość	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent + nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie
1.	Łączniki karbowane (martwa przestrzeń)	szt.	600							
2.	Łączniki kątowe, obrotowe wieloraz.	szt.	100							
3.	Łącznik kątowy prosty do maski twarz	szt.	10							
4.	Łącznik karb. Zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym	szt.	100							
5.	łącznik kątowy obrotowy wielorazowy z wejściem do bronchoskopu	szt.	300							
6.	Łączniki proste z końcówkami 15/22 ID z wejściem luer lock do podłączenia kapnografu	szt.	5							

Wartość ogółem netto
brutto

Wymagania dla pakietu Nr 42

1. Łączniki kątowe o małej przestrzeni martwej
 2. Łączniki ką prosty powinny pasować do masek twarzowych
 3. Łączniki karbowane powinny posiadać łatwą do określenia przestrzeń martwą
 4. Powinny być obrotowe, - dotyczy łączników karbowanych i obrotowych
 5. Powinny być wielorazowego użytku do sterylizacji w autoklawie
 6. Posiadać standardowe zakończenia pasujące do standardowych rur i łączników
 7. Wykonane z materiału hypoalergicznego i apirogennego
 8. Sterylne, termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili zakupu
- Posiadać deklaracje CE

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 2 próbki .

Jedna próbka zostanie przeznaczony do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Wykonawca dostarczy nieodpłatnie próbki nie później niż w dniu składania ofert.

Pakiet Nr 44 - dreny do ssaków próżniowych

L/p	Rodzaj łącznika	J/m	Ilość	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie
4.	Dreny do ssaków z końcówką typu lejek i drugą schodkową z zatyczką do regulacji siły ssania, jednorazowy, jałowy długości powyżej 200 cm.	szt	8.000							

Wymagania dla pakietu Nr 44

1. Kończówka zakrzywiona do odsysania z pola operacyjnego posiada otwór do regulacji siły ssania i wokół otworu centralnego posiada otworki zapobiegające zasysaniu się tkanek.
2. Kończówka ortopedyczna posiada filtr zapobiegający zapychaniu się drenu i dodatkowy filtr w zestawie
3. Kończówka do odsysania z pola operacyjnego prosta z otworem do regulacji siły ssania i w uchwycie i otworami wokół zapobiegającymi zasysaniu tkanek do otworu centralnego
4. Uchwyt końcówek do odsysania z pola operacyjnego ergonomiczny
5. Możliwość szybkiej wymiany końcówek do odsysania z pola operacyjnego w trakcie operacji
6. Kończówka dystalna (podłączona do pojemnika ssaka) średnica musi pasować do typowych końcówek urządzeń ssących różnego rodzaju.
7. Długość drenów powyżej 200cm
8. Dreny wszystkich rodzajów sterylne, pakowane po jednej sztuce w podwójne opakowania folia- papier i wewnętrzne folia
9. Dren posiada wzmocnienia zapobiegające zasysaniu się drenu
10. Opakowanie łatwe do otwarcia
11. Termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego
12. Posiadać deklaracje CE

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 2 próbki do każdej pozycji .

Jedna próbka zostanie przeznaczony do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Wykonawca dostarczy nieodpłatnie próbki nie później niż w dniu składania ofert.

Wartość ogółem pakietu netto

brutto

Pakiet nr 48- Dreny Kehra i Pezzera

Tabela 1

lp.	sprzęt rozmiar	ilość szt	J/m	cena netto	wart. netto	stawka podatku VAT	cena jedn .brutto	wart. brutto	producent nr kat	nr certyfikatu +nr strony w ofercie
1	dren Pezzera nr 14	30	szt							
2	dren Pezzera nr16	30	szt							
3	dren Pezzera nr 18	20	szt							
4	dren Pezzera nr 20	30	szt							
5	dren Pezzera nr 22	40	szt							
6	dren Pezzera nr 24	40	szt							
7	dren Pezzera nr 28	40	szt							
8	dren Pezzera nr 30	40	szt							
9	dren Pezzera nr 32	40	szt							
10	dren Pezzera nr 34	40	szt							

Wartość ogółem netto**brutto****Wymagania dla pakietu nr 48 tabela 1:**

1. Wykonane z lateksu, obustronnie silikonowane
2. Powinny być sterylne, zapakowane po 1 szt
3. Opakowanie szczelne

4. Łatwe do wyjęcia z opakowania
5. Powinny być wykonane z materiału hipoalergicznego i apirogennego
6. Oznaczenia rozmiaru zgodne z kodem międzynarodowym
7. Termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego
8. Posiadać deklaracje CE

Tabela2

lp.	sprzęt rozmiar	ilość szt	J/m	cena netto	wart. netto	stawka podatku VAT	cena jedn .brutto	wart. brutto	producent nr kat	nr certyfikatu +nr strony w ofercie
1	dren Kehra nr 16	20	szt							
2	dren Kehra nr 18	20	szt							
3	dren Kehra nr 20	20	szt							
4	dren Kehra nr 22	20	szt							
5	dren Kehra nr 24	20	szt							
6	dren Kehra nr 26	20	szt							
7	dren Kehra nr 28	20	szt							

Wartość ogółem netto.....

brutto

Wymagania dla pakietu nr 48 tabela 2:

1. Wykonane z lateksu, obustronnie silikonowane
2. Powinny być sterylne, zapakowane po 1 szt
3. Opakowanie szczelne
4. Łatwe do wyjęcia z opakowania
5. Powinny być wykonane z materiału hipoalergicznego i apirogennego
6. Oznaczenia rozmiaru zgodne z kodem międzynarodowym
7. Termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego
8. Posiadać deklaracje CE

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 2 próbki do każdej pozycji .

Jedna próbka zostanie przeznaczony do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Wykonawca dostarczy próbki nie później niż w dniu składania ofert.