

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników, analizatora pasków moczu oraz sprzętu jednorazowego użytku 5 pakietów dla pracowni Laboratorium Analitycznego**, znak sprawy: 23/2015.

**Pyt Nr 1**

**Dotyczy pakietu 2**

- Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania fabrycznie nowego analizatora pasków do moczu, rok produkcji min. 2015r.?

**Odp. Tak , fabrycznie nowy, nie używany.**

**Pyt Nr 2**

**Pytania dotyczące SIWZ:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w pozycjach, w których jednostką miary jest sztuka cena wyrobów była podawana z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

*Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).*

**Odp. Tak**

**Pytania dotyczące umowy:**

**Dotyczy § 1 ust.2**

Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „**Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy**”

**Odp. Nie**

### **Dotyczy § 2 ust.5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż **„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?**

*Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.*

**Odp. Nie**

### **Dotyczy § 2 ust. 5**

Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż w świetle prawa, (Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, Kodeks Cywilny), czynność prawną, jaką jest składanie zamówień, może dokonywać jedynie Kierownik Jednostki, a zatem bez wskazania w umowie i upoważnienia osoby, która w Jego imieniu będzie składać zamówienie, zamówień telefonicznych może dokonać jedynie Kierownik Jednostki? Ponadto składanie zamówień drogą telefoniczną działa na niekorzyść obu Stron, ponieważ powoduje niepotrzebne nieporozumienia. Pamiętajmy również, iż Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza formy porozumiewania się telefonicznego, zatem również korespondencja dotycząca umów przetargowych powinna odbywać się drogą pisemną. Wobec powyższego Zamawiający powinien wykreślić, że wzoru umowy, iż składanie zamówień będzie następować drogą telefoniczną.

**Odp. Zamawiający nie wskazuje osób, które będą składać zamówienia w imieniu Zamawiającego ponieważ wszystkie wysłane zamówienia do Wykonawców są zatwierdzane pisemnym podpisem i pieczętą Kierownika Jednostki.**

### **Dotyczy § 5 ust.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 90 dni na 30 dni liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury potwierdzającej dostawę towaru.

*Podtrzymując wymóg 90 dniowego terminu płatności tj. maksymalnego terminu dla podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym wynikającego art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1323), Zamawiający musi liczyć się z faktem, że konsekwencją uregulowania terminu płatności na bazie tej ustawy, będzie naliczanie przez wykonawcę, z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.*

**Odp. W terminie nie dłuższym niż 60 dni, jednak nie krótszym niż podany w formularzu ofertowym prze Wykonawcę.**

### **Dotyczy § 7 ust.1**

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni robocze od chwili jej otrzymania,
- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

*Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania.*

**Odp. Nie**

### **Dotyczy § 8ust. 1**

Czy Zamawiający dopuści zmianę wysokości kar umownych: z „0,5%” na „0,1%” wartości brutto niewykonanej części umowy?

*Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.*

*Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 0,5% jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 182,5%, wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.*

**Odp. Nie**

### **Dotyczy § 8 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej umowy?

**Odp. Nie**

**Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:**

**Dotyczy pakietu nr 3:**

**Dot. Pozycji 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipet o poj. użytkowej 3 ml i całkowitej 4 ml?

**Odp. Nie**

**Dot. Pozycji 5 i 6:**

**Pyt. 1** Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie płyt w kolorze białym czy przezroczystym?

**Odp. Tak jak w SIWZ**

**Pyt. 2** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań?

*Rowek usztywniający podnosi komfort i bezpieczeństwo wykonującego test. Rowek usztywniający stabilizuje kształt jednorazowej płyty uniemożliwiając jej odkształcanie się w trakcie wykonywania na niej testów, co chroni użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z poszczególnych celek. W metodyce badania sztywność płyty ma bardzo duże znaczenie, bowiem w celu właściwego wymieszania zawiesiny i równomiernego jej rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko, kolistym ruchem w płaszczyźnie poziomej, obraca się. W przypadku płyty pozbawionej rowka, czynność tę jest bardzo trudno wykonać, z uwagi na giętkość płyty.*

**Odp. Tak jak w SIWZ**

**Dot. Pozycji 6:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płyt jednorazowych do oznaczania grup krwi 5x6 dołkowych?

**Odp. Nie**

**Dot. Pozycji 7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek jałowych o poj. 4 ml z PS?

**Odp. Tak jak w SIWZ**

**Dot. Pozycji 8:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pałeczek do wymazów pakowanych indywidualnie?

**Odp. Tak**

**Dotyczy pakietu nr 5:**

**Pozycja 14.**

Czy Zamawiający dopuści” Pojemniki do 24 h zbiórki moczu, o poj. 2,7 l (115x115x225 mm), z HDPE, z podziałką i zakrętką z PE” ?

**Odp. Nie**

**Pozycja 19**

Czy Zamawiający w tej pozycji rozumie pod pojęciem „Cupsy z zatyczką” jako naczynka COBAS o poj. 0,7 ml?

**Odp. Tak ale z zatyczką**

**Pyt Nr 3**

**Dotyczy pakietu 2**

1. Prosimy o doprecyzowanie zapisu pod tabelą nr 3 (za wymogami granicznymi dla analizatora do analizy pasków do moczu) w zakresie wskazania kubatury pomieszczenia w którym pracuje analizator (dot. klimatyzatora)?

**Odp. około 50m<sup>3</sup>**

**Pyt Nr 4**

**Dotyczy pakietu 2**

- Dotyczy wymogów granicznych dla analizatora do analizy pasków do moczu- pkt. 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie międzynarodowej kontroli porównawczej niezależnej od producenta analizatora, z możliwością gromadzenia oraz statystycznego opracowania wyników kontroli?

**Odp. Tak**

- Prosimy o wydłużenie terminu realizacji dostaw odczynników do 5 dni od momentu złożenia zamówienia. Wykonawca dostarcza zamówiony towar bezpośrednio z magazynu dystrybucyjnego znajdującego się na terenie Unii Europejskiej.

**Odp. Tak**

- Prosimy o zmianę oczekiwanego minimalnego terminu płatności z 90 na 60 dni wg wytycznych wynikających z ustawy z dnia 08.03.2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

**Odp. W terminie nie dłuższym niż 60 dni, jednak nie krótszy niż podany w formularzu ofertowym przez Wykonawcę**

- Dotyczy cz. XI SIWZ Warunków i ustaleń, które będą wprowadzone do umowy dostawy 4, ust. 4:

Prosimy o doprecyzowanie treści zapisu umowy wg propozycji: „4. Ceny jednostkowe brutto określone w Załączniku do umowy mogą ulec podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy tylko w sytuacji zmiany stawki podatku VAT. Zmiana ta nie wymaga aneksu i będzie obowiązywać obie strony od daty wprowadzenia nowej stawki podatku VAT”.

**Odp. Nie**

- Dotyczy cz. XI SIWZ Warunków i ustaleń, które będą wprowadzone do umowy dostawy 7, ust. 1:

Prosimy o zmianę treści zapisu umowy wg propozycji: „W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad - w terminie 3 dni roboczych od uznania pisemnej reklamacji Zamawiającego. Termin rozpatrzenia reklamacji – 3 dni licząc od dnia otrzymania pisemnej reklamacji Zamawiającego”.

W pierwotnym brzmieniu brak jest procedury reklamacyjnej – następuje automatyczne uznawanie reklamacji Zamawiającego. Wykonawca nie ma możliwości odniesienia się do zasadności tejże reklamacji.

**Odp. Nie**

- Dotyczy cz. XI SIWZ Warunków i ustaleń, które będą wprowadzone do umowy dostawy 7 Aparaty ust. 6

Prosimy o doprecyzowanie treści zapisu umowy wg propozycji: „W przypadku 3-krotnej naprawy w gwarancyjnej tego samego **podzespołu** Wykonawca będzie zobowiązany wymienić podzespół analizatora na nowy wolny od wad”.

**Odp. Tak**

- Dotyczy cz. XI SIWZ Warunków i ustaleń, które będą wprowadzone do umowy dostawy 7 Aparaty ust. 8

Prosimy o doprecyzowanie treści zapisu umowy wg propozycji: „W razie wystąpienia awarii w okresie gwarancji, Wykonawca usunie usterkę w ciągu max. 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji na piśmie (lub faxem na numer .....), a w przypadku przedłużającej się naprawy wstawi nieodpłatnie sprawne urządzenie zastępcze, o parametrach nie gorszych niż naprawiane urządzenie lub pokryje koszty wykonania udokumentowanych badań w innym laboratorium do czasu usunięcia usterki?

**Odp. Nie 48 godzin**

- Dotyczy cz. XI SIWZ Warunków i ustaleń, które będą wprowadzone do umowy dostawy 8:

W celu rozgraniczenia kwestii dostaw odczynników i reklamacji oraz dzierżawy analizatorów czy Zamawiający wyrazi na rozbić punktu 1 w 8, na dwa odrębne punkty 1 i 2 wg propozycji:

„1. W przypadku zwłoki w dostawach przedmiotu umowy do Zamawiającego poza terminy określone w części dotyczącej warunków dostaw ( 2 ust. 5) i reklamacji ( 7 ust. 1), za którą odpowiada Wykonawca, Zamawiający może żądać zapłaty kar umownych, w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki, łącznie nie więcej niż 10% wartości w/w kwoty.

**Odp. Nie**

- W przypadku zwłoki w usunięciu awarii aparatów przekraczającej terminy określone w umowie ( 7 ust. 8 „Aparaty”), Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 1 % wartości brutto miesięcznego czynszu dzierżawnego za każdy dzień zwłoki”. ?

**Odp. Nie**

- Dotyczy cz. XI SIWZ Warunków i ustaleń, które będą wprowadzone do umowy dostawy 10

Prosimy o dodanie akapitu o treści: „Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywowującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

**Odp. Nie**

- Dotyczy cz. XI SIWZ Warunków i ustaleń, które będą wprowadzone do umowy dostawy 16

W związku z art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych czy Zamawiający dopuści dodanie do umowy n/w zapisów , stanowiące kolejne punkty 16 :

„1. Zmiany, uzupełnienia umowy, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**Odp. Tak**

2. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

2.1) nazwy handlowej produktu, numeru katalogowego produktu oraz sposobu konfekcjonowania produktu pod warunkiem zachowania parametrów funkcjonalnych i jakościowych, za każdorazową zgodą Zamawiającego;

**Odp. Zmiany możliwe tylko w niżej wymienionych sytuacjach oraz wskazne w wzorze umowy, po pisemnej zgodzie Zamawiającego.**

2.2) terminu gwarancji przedmiotu umowy; za każdorazową zgodą Zamawiającego;

**Odp. Nie**

2.3) wymiany/uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy:

a) wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/udoskonalony;

**Odp. Pisemna propozycja Wykonawcy , zmiany możliwe tylko po pisemnej zgodzie Zamawiającego.**

b) wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową dzierżawy;

**Odp. Pisemna propozycja Wykonawcy , zmiany możliwe tylko po pisemnej zgodzie Zamawiającego.**

c) zaistnieje konieczność wymiany/uzupełnienia elementów składowych w związku z postępem technologicznym o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową dzierżawy.

**Odp. Pisemna propozycja, zmiany możliwe tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.**

3. Zmiany o których mowa w ust. 2 nie mogą skutkować: zmianą ceny jednostkowej tzn. nie mogą przewyższać ceny przedmiotu umowy zaoferowanego w ofercie, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego”.



**Odp. Tak**

**Pyt Nr 3**

1. dot. pakiet nr 4 poz. 14, SIWZ III pkt 2.1

Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. (Dz.U. nr 107 poz. 679) klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. Poz. 14 pakietu nr 4 wytwórca nie zaklasyfikował jako wyrób medyczny i zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych nie wystawiana jest deklaracja zgodności dla tych produktów ani inny dokument dopuszczający do obrotu.

Dlatego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie złożenia stosownego oświadczenie dot. pozycji nr 14 w Pakiecie nr 4, iż produkt ten nie został zaklasyfikowany jako wyrób medyczny w myśl Ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r.

**Odp. Tak**

**Pyt Nr 4**

2. dot. pakiet nr 4 poz. 15

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły typu motylek z drenem do 80 mm dł. 0,8mm.

**Odp. Tak**

**Pyt Nr 5**

3. dot. pakiet nr 4 wymagania pkt. 11

Czy w pkt. 11 Zamawiający miał na myśli, iż na każdej strzykawko-probówce mają być naklejone etykiety z polem do opisu?

**Odp. Tak**

**Pyt Nr 6**

4. dot. pakiet nr 4, SIWZ rozdz. III pkt. 5.1

W zapisach SIWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał m.in. stawkę VAT oraz wartość podatku VAT. Ponieważ w formularzu cenowym Pakiet 4 nie ma takich kolumn, to zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy zmodyfikuje tabelę asortymentowo-cenową?

**Odp. Tak**

**Pyt Nr 7**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu składania próbek do niniejszych pakietów?**

**Odp. Nie**

**Pyt Nr 8**

Pakiet nr 1 poz. 1 – Czy Zamawiający test o czułości 50 ng/ml?

**Odp. Nie**

**Pyt Nr 9**

Pakiet nr 1 poz. 5 – Czy zamawiający wymaga testu o czułości i specyficzności min. 99,9% w stosunku do metody mikroskopowej?

**Odp. Tak**

**Pyt Nr 10**

Pakiet nr 1 poz. 7 – Czy Zamawiający wymaga moczu kontrolnego, w którym wszystkie analizy po otwarciu i przechowywane mocno zakręcone w temperaturze 2 – 30°C zachowywały stabilność przez 30 dni?

**Odp. Tak**

**Pyt Nr 11**

**Pakiet 5 – Sprzęt jednorazowy do badań laboratoryjnych:**

- a) **Czy Zamawiający w poz. 6 dopuszcza probówkę o pojemności 5ml i wymiarach 12x75mm?**

**Odp. Nie**

- b) **Czy Zamawiający w poz. 9 dopuszcza kapilary o pojemności 130ul i 75mm długości?**

**Odp. Nie**

c) Czy Zamawiający w poz. 9 dopuszcza kapilary o pojemności 175ul i 100mm długości?

Odp. Nie

d) Jaka pojemność pojemnika na kał jest przez Zamawiającego wymagana w poz. 10?

Odp. 15-20 ml

e) Czy Zamawiający w poz. 14 dopuszcza pojemnik na dobową zbiórkę moczu o pojemności 2700ml?

Odp. Tak

**2. Pakiet 3 – Sprzęt jednorazowy do badań mikrobiologicznych i serologicznych:**

a) Czy Zamawiający w poz. 1 wymaga wymazówek w probówce o  $\varnothing$  13mm?

Odp. Tak

b) Czy Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego możliwość przechowywania bakterii tlenowych, jak również bakterii beztlenowych w okresie do 72h, a w przypadku bakterii wybrednych do 24h?

Odp. Tak

c) Czy w pozycji 1 i 2 Zamawiający wymaga wymazówek klasy IIA?

Odp. Tak

d) Czy w pozycji 1 i 2 Zamawiający wymaga aby wymazówki były ze sobą kompatybilne?

Odp. Tak

e) Czy Zamawiający w poz. 3 dopuszcza pipetę z podziałką do 3ml lub 1ml?

Odp. Tak wielkość 3 ml

f) Czy Zamawiający w poz. 7 dopuszcza probówki szklane niejałowe z możliwością autoklawowania lub probówki z PS jałowe?

Odp. Probówki z PS jałowe

g) Czy Zamawiający w poz. 8 dopuszcza pałeczki pakowane indywidualnie?

Odp. Tak

**Pak Nr 12**

Pakiet 5 poz 9

1. Czy Zamawiający dopuści pojemność 98 ul?

Odp. Tak

Pakiet 5 poz 14

2. Czy Zamawiający dopuści pojemniki na 2,0 l?

**Odp. Nie**

3. Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na pojemniki 2,5 litrowe?

**Odp. Nie**

4. Jeśli Zamawiający nie zgadza się na żadne z powyższych to czy zgodzi się na pojemniki 3 litrowe?

**Odp. Tak**

Pakiet 3 poz 6

5. Czy nie nastąpiła omyłka w ilości dołków?

**Odp. Tak jak w SIWZ**

Pakiet 3 poz 7

6. Co Zamawiający miał na myśli pisząc probówki szklane jałowe? Probówek szklanych nie sprzedaje się jałowych, a sterylizuje się je w autoklawie itp.

**Odp. Probówki PS - jałowe**