

Zał. Nr 1**Pak Nr 1 - Głowica kamery Full HD 1 szt., Sterownik kamery (konsola) 1 szt.**

Fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż 2015r **(podać)**.....

Niżej wymienione urządzenia muszą być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego Artroskopem :

Kamera HD

-typ urządzenia i numer fabryczny: Im 4120 Se:62540 IM 4000 Se 62343 , data produkcji 2008r

Monitor medyczny 26 HD

-Typ urządzenia i numer fabryczny VP 4626 Se:08124709

Optyka HD

- Typ urządzenia i numer fabryczny HD4300 612559, 611349, data produkcji 2010r

Źródło światła Xenon 300W

- Typ urządzenia i numer fabryczny: LS 7500 Se 62 374, data produkcji 2010r

Światłowód

- Typ urządzenia i numer fabryczny C 3278 Se;LN198570x2

Lp.	PARAMETRY	WARTOŚĆ WYMAGANA	PARAMETR OFEROWANY
Głowica kamery Full HD 1 szt.			
1.	Kamera Full HD, autoklawowalna, w pełni kompatybilna z monitorem wyposażona lub wyposażona w monitor kompatybilny w 2 przyciski (możliwość zaprogramowania min. 4 funkcji) długość kabla minimum 3m,	TAK	
2.	Głowica kamery zbudowana w sposób zapewniający bezpieczeństwo mechanizmu optycznego podczas upadku – (możliwość uzyskania gwarancji na urazy mechaniczne – upadek) a także pozwalający na szybkie wystudzenie po sterylizacji	TAK	
3.	Możliwość integracji kamery ze źródłem światła	TAK	

wartość netto.... ..

podatek Vat %

wartość brutto.....

Sterownik kamery (konsola) 1 szt.			
1	Matryca detekcji obrazu 3 matryce CMOS 1/3"	TAK	

2	Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli	TAK	
3	Wyjścia wideo: DVI-D (x2): 1080p; 50 Hz lub 60 Hz, współczynnik kształtu 16:9; 1 złącze DVI-D HD-SDI (x2): 1080p; 50 Hz lub 60 Hz, współczynnik kształtu 16:9; SMPTE 292M S-video (x1)	TAK	
4	Zdalne wyjścia (x2): gniazda 3,5 mm typu mono	TAK	
5	Równowaga bieli: Kalibracja automatyczna, uruchamiana przyciskiem konsoli lub głowicy	TAK	
6	Powiększenie cyfrowe: min 2:1, regulowana przyciskiem na głowicy	TAK	

wartość netto....

podatek Vat %

wartość brutto.....

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy, z posiadanym przez Zamawiającego artroskopem i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta.

ogółem wartość netto

Podatek VAT %

ogółem wartość brutto

.....
(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela firmy/ Wykonawca

Pak Nr 2 – WIDEOKOLONOSKOP HD - 1 szt.

Fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż 2015r **(podać)**.....

Niżej wymienione urządzenia muszą być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego:

- Procesorem **Wizyjnym HD EPX-2500** ,
- **Monitorem Medycznym LCD – CDL1909A**,
- **Źródłem światła zintegrowanym z procesorem obrazu EPX-2500.**

WIDEOKOLONOSKOP HD		
OPIS / PARAMETRY WYMAGANE	Wymogi graniczne TAK/ NIE	Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać?
Kąt obserwacji 140 ⁰	Tak	
Głębina ostrości 3-100 mm	Tak	
Średnica zewnętrzna wziernika: max 12,8 mm	Tak	
Długość robocza min 1690 mm	Tak	
Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 13,0mm	Tak	
Średnica kanału roboczego: min 3,8 mm	Tak	
Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę. 180 ⁰ -w dół. 180 ⁰ -w lewo .160 ⁰ -w prawo 160 ⁰	Tak	

wartość netto.... ..

podatek Vat %

wartość brutto.....

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenie jest kompletne i w pełni gotowe do pracy, z posiadanym przez Zamawiającego w/w urządzeniami i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta.

ogółem wartość netto

Podatek VAT %

ogółem wartość brutto

.....
(podpis i pieczęćka uprawnionego przedstawiciela firmy/ Wykonawca