

Zał. Nr 1**Pak Nr 1 – Defibrylator - 1 szt.**

Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2015r **(podać producenta)**.....

Nazwa własna oraz numer katalogowy Defibrylatora (podać)

Lp.	PARAMETRY	WARTOŚĆ WYMAGANA	PARAMETR OFEROWANY
Defibrylator -1 sztuka			
1.	Defibrylator-monitor, łyżki zewnętrzne dorośli /dzieci, 3 odpr. Kabel EKG, elektrody EKG (15 sztuk), Elektrody jednorazowe do defibrylacji wraz z kablem połączonym (1 komplet), Rejestrator termiczny, zasilacz wraz z kablem zasilającym, Akumulator Li-Poli, żel do defibrylacji, Karta SD, Torba na akcesoria, Instrukcja obsługi, moduł stymulatora	TAK	
Kardiomonitor -1 sztuka			
2.	Konfiguracja : ekran 15TFT LCD 768X1024 Zintegrowane moduły z 3 dodatkowymi miejscami parkingowymi Ekran dotykowy (Touch Screeen) 3/5 Odpr. EKG, HR,RESP, NIBP, SpO2, PR,2- TEMP Akumulator litowo-jonowy(11.1V/4000mAH) Wypożazenie: Kabel EKG 5 – ODPROWADZENIOWY (klips)(AHA), 1SZT Elektrody do monitorowania dla dorosłych, 1 komplet -10 szt. Czujnik SpO2 BLT-9PIN, dla dorosłych, wielorazowy Kabel przedłużający SpO2(12 Pin Nellcor) Przewód NIBP, 3m, z łącznikiem serii A Mankiet do NIBP dla dorosłych z łącznikiem, 1 szt. Akumulator litowy 11.1V/4000mAH Kabel zasilający, 1 szt Kabel uziemiający, Instrukcja obsługi.	TAK	
3.	Statyw na kółkach 1 sztuka	TAK	

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta.

ogółem wartość netto

Podatek VAT %

ogółem wartość brutto

.....
(podpis i pieczętka uprawnionego przedstawiciela firmy/ Wykonawca