

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

- Zespół Zakładów

ul. Witosa 2

06-200 Maków Mazowiecki

Telefon /fax: (026) 714 23 35

e-mail: przetargi@szpital-makow.pl

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do hematologii oraz sprzętu jednorazowego wraz z dzierżawą analizatorów oraz zakup wirówki laboratoryjnej. Nr sprawy: 17/2016

Pyt Nr 1

1. Czy Zamawiający wymaga nowego analizatora?

Tabela wymagań:

2. Poz. 1: Czy zamawiający dopuści analizator z mierzonymi parametrami: pH, pco₂, po₂, Hct, Na, K Ca oraz wyliczonymi parametrami : THb, pCo₂ 9 (temp), TCO₂, HCO₃, BEb, BEecf, SBC, %SO₂, CtO₂, A-aDO₂, RI?

Odp. jak w SIWZ

3. Poz. 2: Czy zamawiający dopuści analizator z możliwością oznaczania jednocześnie Na, K, Ca?

Odp. jak w SIWZ

4. Poz. 5: Czy zamawiający dopuści analizator z możliwością wpisania ID pacjenta (14 znaków) i ID operatora (14 znaków)

Odp. jak w SIWZ

5. Poz. 11: Czy zamawiający dopuści analizator z odczynnikami kalibratorami w jednym paku odczynnikowym?

Odp. jak w SIWZ

6. Poz. 12: Czy zamawiający dopuści analizator ze ściekami w paku odczynnikowym?

Odp. jak w SIWZ

Pyt Nr 2

1. W związku z tym , że Ustawa o Zamówieniach Publicznych zabrania używania nazw własnych i wskazywania konkretnego produktu lub producenta wnioskujemy o usunięcie w wymaganiach SWIZ parametrów granicznych zapisu dotyczącego nazwy i modelu wirówki lub dopisanie , że dopuszcza produkt równoważny zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych , tekst poniżej :

„w art. 29: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.”

2. W związku z tym , że Zamawiający wymaga wyposażenia w postaci wirnika 4x100 ml horyzontalnego, którego maksymalne obroty wynoszą 4000 RPM , zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wirówki o maksymalnych obrotach do 16500 RPM i usunięcie zapisu do 18000 RPM jako niezgodnego z Ustawą o zamówieniach Publicznych i zasadach uczciwej konkurencji.

Wymóg 18000 RPM jest nieuzasadniony ze względu na to , że wyposażenie wymagane przez Zamawiającego może osiągnąć tylko 4000 RPM i jest to maksymalna prędkość , jaka jest wymagana w pracowniach analitycznych , a wymóg 18000 RPM wskazuje na jednego producenta.

3. w związku z tym , że zapis dotyczący wymiarów pojemnika 100 ml wskazuje na jedyne go producenta co jest niezgodne z zapisami Ustawy o Zamówieniach Publicznych zwracamy się do Zamawiającego o modyfikację wymogu dotyczącego pojemników 100 ml na zapis : pojemnik 100 ml (śr od 45 -48 mm i wysokości od 89-95 mm)

4. W związku z tym , że nie istnieją wkładki redukcyjne 4x7 ml na probówki Vacutainer (śr 13,1 x100 ml) zwracamy się z prośbą o modyfikację wymagań w tym zakresie na :

„Wkładka redukcyjna na probówki o średnicy 13-13,1 x100 mm”

W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający dokonał modyfikacji Pakietu Nr 4

PAKIET NR 4 Wirówka laboratoryjna

Lp	Nazwa aparatu	Ilość	Wartość netto (zł)	VAT (%)	Wartość brutto (zł)
1	Wirówka laboratoryjna MPW-251 lub równoważna, 230V 50/60Hz, zakres obrotów 100 – 16.000 RPM	1			
2	Wirnik horyzontalny 4x 100ml (RPM : minimalny zakres obrotów od 0 do 4.000 tysięcy	1			
3	Pojemnik 100ml	4			
4	Wkładka redukująca 4 x 7ml na probówki Vacutainer (O 13,1x100ml)	4			
		RAZEM			

Pyt Nr 3

1. Dotyczy Pakietu nr 1 - pkt. 3 parametrów wymaganych (granicznych) analizatora 5-Diff (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Czy Zamawiający zezwala na zaoferowanie analizatora 5 Diff, w którym zamiast oznaczania tylko jednej populacji niedojrzałych granulocytów istnieje możliwość oznaczenia wszystkich form młodych z układu leukocytnego?

Odp. Tak

2. Dotyczy Pakietu nr 1 - pkt. 5 parametrów wymaganych (granicznych) analizatora 5-Diff (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Czy z uwagi na fakt, że technika rozdziału WBC na subpopulacje jest różna i specyficzna dla producenta analizatorów hematologicznych, Zamawiający zezwala aby rozdział odbywał się z zastosowaniem cytometrii przepływowej i pomiaru absorbancji światła ?

Odp. Tak

3. Dotyczy Pakietu nr 1 – pkt.7 parametrów wymaganych (granicznych) analizatora 5-Diff (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Czy Zamawiający zezwala na zaoferowanie analizatora 5 Diff o wydajności 50 oznaczeń na godzinę ?

Odp. Tak

4. Dotyczy Pakietu nr 1 - pkt 11 parametrów wymaganych (granicznych) analizatora 5-Diff (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Czy Zamawiający zezwala na zaoferowanie analizatora w którym liniowość dla WBC wynosi od 0 do 300 tys/ μ l ?

Odp. Tak

5. Dotyczy Pakietu nr 1 – pkt. 13 parametrów wymaganych (granicznych) analizatora 5-Diff (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Czy Zamawiający zezwala aby oferowany analizator hematologiczny 5 Diff wykonywał pomiar płynów z jam ciała w trybie morfologii?

Odp. Nie

6. Dotyczy Pakietu nr 1 – pkt. 16 parametrów wymaganych (granicznych) analizatora 5-Diff (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Czy Zamawiający zezwala na zaoferowanie analizatora hematologicznego 5 Diff, w którym nie wymagany jest dodatkowy tor pomiarowy dla próbek leukopenicznych ?

Odp. Nie

Dotyczy SIWZ Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia

Odp. Pkt. 2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Pyt Nr 4

Dotyczy Pakietu nr 2

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora pracującego w oparciu o wymieniane niezależnie od siebie elektrody bezobsługowe o żywotności minimum 12 miesięcy?

Odp. Dopuszcza

Dot.: Załącznik nr 2 - wzór umowy

Par. 1 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Odp. Nie

Par. 2 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Odp. Tak

Par. 4 pkt e) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w par. 4 pkt e)?

Uzasadnienie:

Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

Odp. Nie

Par. 4 pkt k) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „bezpłatna” i „bezpłatną” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

Odp. Tak

Par. 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury i wynosił 30 dni?

Odp. Tak jak w SIWZ

Par. 6 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „24 godziny” na „24 godziny w dni robocze”?

Odp. Tak jak w SIWZ

Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „2 dni” na „2 dni robocze”?

Odp. Tak jak w SIWZ

Par. 8 ust. 2 Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odp. Tak jak w SIWZ

Par. 8 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od ządania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odp. Tak jak SIWZ

Par. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: „Skorzystanie przez Zamawiającego z ww. uprawnienia zwalnia Wykonawcę z wykonania zamówienia, co do którego był w opóźnieniu, a tym samym wyłącza możliwość naliczenia kar umownych z tego tytułu za okres przypadający od dnia dostarczenia towaru przez inny podmiot.”?

Odp. Tak jak w SIWZ

Par. 14 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odp. SIWZ

Pyt Nr 5

I. Dotyczy SIWZ, Pkt. III.2:

Zamawiający dokonał określenia przedmiotu zamówienia opisując go w 4 oddzielnych pakietach. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert częściowych na każde z pakietów oddzielnie co znacznie przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności postępowania?

Odp. Tak

II. Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 1, Załącznik nr 1 – Zestawienie parametrów granicznych przedmiotu zamówienia, Analizator 5-DIFF, pkt. 18:

Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania: „z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy w przypadku gdy jest ona rozdysponowywana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie www.....pl”.

Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.

Odp. Tak

III. Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 2:

§1 ust. 2: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przedmiotu umowy określonego w załączniku ograniczenia w zależności od rzeczywistych potrzeb. W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ewentualne ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„, przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%”.

Odp. Nie

§2 ust. 6: Prosimy o wykreślenie zwrotu „w formie telefonicznej” i usunięcie możliwości składania zamówień telefonicznie jako nie odpowiedniej formy, biorąc pod uwagę brak możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności składanych zamówień i osoby składającej zamówienia. Proponujemy dodać zapis „lub mailem”.

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:

„Maksymalny termin dostaw wynosi 4 dni robocze. Dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”

Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego. Powyższy zapis stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z zobowiązań dotyczących dostaw Odczynników względem Zamawiającego – umożliwia precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu stron umowy.

Odp. Tak

§2 ust. 7: Prosimy o usunięcie zapisu „Wykonawca zobowiązuje się umieszczać na fakturach lub dołączonych do nich dokumentach dostawy kody dostarczanych towarów wg Scalonej Nomenklatury CN”, gdyż zgodnie z art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie ma takiego obowiązku.

Odp. Nie

§4 „Dotyczy aparatów” lit. k): Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„za wyjątkiem okoliczności, gdy konieczność dokonania napraw powstanie z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”.

Odp. Nie

§5 ust. 1: Prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia poprzez zastąpienie zapisu „w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury VAT” wyrażeniem „w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Jeżeli Zamawiający otrzyma

fakturę po upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczy się od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego”.

Odp. Nie

§5: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

Odp. Nie

§6 ust. 6: Prosimy o modyfikację zapisu na „*max 48 godzin*”, gdyż zgodnie z załącznikiem nr 1 w Pakiecie nr 1 czas reakcji serwisu wynosi właśnie 48 godzin od zgłoszenia awarii.

Odp. Tak

§6 ust. 10: Prosimy o modyfikację zapisu na „*w ciągu max 3 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy*” na zapis zgodny z załącznikiem nr 1 w Pakiecie nr 1.

Odp. Nie

§7 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „*w terminie 2 dni*” wyrażenia „*roboczych*”?

Odp. Nie

§8 ust. 2: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od wartości umowy brutto.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia umownego brutto będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odp. Nie

§8: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:

„Obowiązek naliczania kar umownych nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty.”

Odp. Nie

§8: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w §14 ust. 1 niniejszej umowy”.

Odp. Nie

§9 ust. 1: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu:

„Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.”

Odp. Nie

Pyt Nr 7

1. Prosimy o podanie kubatury pomieszczenia, w którym będą pracowały analizatory oraz w którym zamontowany ma być klimatyzator.

Odp. 47m³

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie używanego analizatora 3DIFF, którego rok produkcji to 2013 natomiast pierwsza instalacja analizatora odbyła się we wrześniu 2014 roku? Analizator jest w pełni sprawny po generalnym przeglądzie technicznym wykonanym przez autoryzowany serwis producenta analizatora.

Odp. Tak

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora 3 DIFF, który do pełnej analizy pobiera 50 µl krwi?

Odp. Tak

Pyt Nr 8

1. Dotyczy Pakietu 3:

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 3 i 4 ze względu na niejednorodność asortymentową, pozycje 1 i 2 dotyczą - **Laboratoryjnego** sprzętu jednorazowego - a pozycja 3 i 4 nie jest to asortyment należący do **laboratoryjnego** sprzętu jednorazowego użytku. Pozostawienie tych pozycji w pakiecie 3 oznacza brak możliwości złożenia konkurencyjnych cenowo ofert przez wielu oferentów.

Odp. Nie