

dot.: „Przetarg nieograniczony znak: 21 / 2016 na dostawę opatrunków”

Pytanie nr 1 – Pakiet 1 poz.4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów z gazy 17-nitkowej, z nitką radiacyjną 12-warstwowych jałowych, pozostałe parametry zgodne?

Odp. Nie

Pytanie nr 2 – Pakiet 1 poz.5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety operacyjnej z gazy 17-nitkowej wykonanej z materiału (gazy) podanej praniu wstępnemu (płukaniu), pozostałe parametry zgodne?

Odp. Tak

Pytanie nr 3 – Pakiet 1 poz.6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tupferów w kształcie kuli 15 x 15cm z nitką radiacyjną z gazy 20 nitkowej – jałowe op. x 10szt.?

Odp. Tak

Pytanie nr 4 – Pakiet 1 poz.6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tupferów w kształcie groszku 12 x 12cm z nitką radiacyjną z gazy 17 nitkowej – jałowe op. x 10szt.?

Odp. Nie

Pytanie nr 5 – dotyczy wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez wydłużenie w § 8 ust. 1 terminu na realizację reklamacji do 5 dni roboczych.

Odp. Nie

Pytanie nr 6 – dotyczy wzoru umowy

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 5 ust. 7 o następującej treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Odp. Tak

Pytanie nr 7 – dotyczy wzoru umowy

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 5 ust. 8 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odp. Nie

Pakiet nr 1.

Pozycja 5B - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet pakowanej a ' 3 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odp. Tak

Pozycja 5B - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet sterylizowanych tlenkiem etylenu.

Odp. Tak

Pakiet nr 5.

Pozycja 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców posiadających rolkę z bokami w celu zabezpieczenia przylepca przed zabrudzeniem.

Odp. Tak

Pakiet nr 12.

Pozycje 7, 8 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów zawierających igłę 22G x 1 1/4, pozostałe parametry spełnione.

Odp. Nie

Pozycja 10 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania zawierającego 1 x serwetę włókninową nieprzylepną 45cm x 75 cm, pozostałe parametry spełnione.

Odp. Nie

Pytania dot. SIWZ:

1. Zgodnie z rozdziałem IV pkt. 2.1 SIWZ Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu, natomiast w treści formularza cenowego wymaga złożenia wraz z ofertą deklaracji zgodności CE oraz wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych – prosimy o doprecyzowanie zaistniałej rozbieżności i określenie jakie dokumenty należy złożyć wraz z ofertą.

Odp. CE oraz wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych

2. Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie miejsca w którym należy złożyć oryginał wadium – czy na pewno ma to być Dział Zamówień Publicznych pokój nr 18?

Odp. Może być złożony razem z ofertą

Pytania dot. asortymentu:

Pakiet 1, poz. 5: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania serwet gazowych nie poddawanych procesowi wstępnego prania.

Serwety operacyjne z gazy bawełnianej wytwarzane są w naszej firmie w warunkach najwyższej jakości. Środowisko produkcyjne jest kontrolowane pod względem mikrobiologicznym i wielkości cząstek. Stały monitoring środowiska produkcyjnego oraz

zapewnienie wysokiego poziomu higieny w pomieszczeniach produkcyjnych zapewniają czystość mikrobiologiczną serwet operacyjnych. Badania sanitarno-epidemiologiczne oraz mikrobiologiczne pracowników produkcyjnych, ograniczają do zero przypadki występowania drobnoustrojów chorobotwórczych na wyrobach. Szczegółowym badaniom mikrobiologicznym poddawane są również same serwety.

Wyniki tych badań, zarówno ilościowe jak i jakościowe pozwalają na stwierdzenie, iż nasze serwety odznaczają się wysokim bezpieczeństwem użytkowania i w żaden sposób nie przyczyniają się do możliwości powstania zakażenia w trakcie wykonywanego zabiegu. Ponadto wysoki poziom czystości mikrobiologicznej serwet, daje 100% pewności, iż po procesie sterylizacji będą one jałowe, gdyż oporność niewielkiej liczby drobnoustrojów na wyrobie jest bardzo niska względem czynnika sterylizującego.

Jednocześnie, w przypadku utrzymania wymogu "wstępnego prania" prosimy o wskazanie norm lub innych przepisów, na podstawie których należałoby takie pranie przeprowadzić. W szczególności prosimy o wskazanie pożądanego celu prania wyrobów czystych fizycznie i chemicznie, środków piorących jakich należy

użyć i norm jakie powinny one spełniać, Prosimy także o określenie warunków prania - temperatury wody, czasu, użytych środków itp.

Prośba o uszczegółowienie żądania aby serwety operacyjne z gazy były wstępnie prane wynika z faktu, iż jako wieloletni producent tych wyrobów nie znajdujemy uzasadnienia dla przeprowadzania takiego procesu. Nie są również dostępne żadne ogólnodostępne przepisy, które definiowałyby i precyzowały wymogi dla "prania wstępnego". Jedynym uzasadnieniem dla prania serwet operacyjnych mogłoby być zastosowanie przez producenta zanieczyszczonego surowca (gazy bawełnianej). Jednakże reżimy sanitarno-epidemiologiczne w naszym systemie produkcyjnym wykluczają taką możliwość.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że wymóg prania dotyczy jedynie serwet gazowych, a Zamawiający nie stawia takiego wymagania pozostałym wyrobom wykonanym z gazy medycznej, takim jak kompresy, tufery czy też sama gaza konfekcjonowana. Proces prania serwet gazowych stosuje ograniczona liczba wytwórców wyrobów z gazy bawełnianej. Tym samym, utrzymanie wymogu prania znacząco ogranicza ubieganie się zamówienie publiczne.

Odp. Tak

Pakiet 1, poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów 17 nitkowych?

Odp. Nie

Pakiet 2, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów o składzie: 15% przędza poliuretanowa i 85% poliamidowa? Włókna te nie są podatne na kolonizację mikroorganizmów: bakterii i grzybów, co zmniejsza ryzyko powstawania reakcji alergicznych oraz pirogenności. Dodatkowo włókna sztuczne (poliamid i poliuretan) nie chłoną wysięku co zmniejsza ryzyko wtórnej infekcji rany.

Odp. Tak

Pakiet 2, poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek w rozm. 8cm x 4,5m z przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 107 sztuk?

Odp. Tak

Pakiet 2, poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych nawiniętych na perforowany trzpień z tworzywa sztucznego, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku?

Odp. SIWZ

Pakiet 8, poz. 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12: Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie ofert konkurencyjnych cenowo.

Proponowana wyżej modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie narażając realizacji przez Zamawiającego celu założonego w postępowaniu o zamówienie publiczne, pozwoli na złożenie oferty większej liczbie wykonawców. Zwiększy zatem konkurencyjność przetargu, a tym samym możliwość wyboru oferty optymalnej dla Zamawiającego. Będzie więc zgodna z zasadą uczciwej konkurencji wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Aktualna treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, narażając postępowanie na zarzuty naruszenia uczciwej konkurencji.

Odp. Nie

Pakiet 8, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą do nakrycia stołu instrumentariuszki 150x190cm, serwetą samoprzylepną 180x170cm (zamiast 200x175cm), przylepcem taśmowym 9x50cm oraz 2 ręcznikami z włókniny kompresowej?

Odp. Tak

Pakiet 8, poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

skład	szt.	rozmiar
serweta z otworem elastycznym o średnicy 6 cm	1	320x240
pokrowiec na nogę	1	75x37
taśma medyczna	2	50x9
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk	2	40x20

oraz dołączona do zestawu – jako osobny element – osłona na kamerę w rozm. 15x250cm?

Odp. Tak

Pakiet 8, poz. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego o składzie:

skład	ilość	rozmiar
-------	-------	---------

serweta do cięcia cesarskiego z workiem na płyny i oknem wypełnionym folią chirurgiczną 35x32cm	1	300x180
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic dla noworodka	1	90x60
serweta na stół instrum. (ze wzmocnieniem 190x66cm)	1	190x150
serweta na stół Mayo (ze wzmocnieniem 85x76cm)	1	145x80
serwetki do rąk z włókniny kompresowej	2	40x20

Odp. Tak

Pakiet 8, poz. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów ginekologicznych o składzie:

skład	ilość	rozmiar
serweta z otworem 20x10 i przylepcem	1	200x180
serweta przeznaczona pod pośladki	1	90x75
pokrowiec na nogę	2	120x75
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stół Mayo	1	145x80
serwetki do rąk z włókniny kompresowej	2	40x20

Odp. Tak

Pakiet 8, poz. 10 b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet z oknem w rozm. 8x6cm?

Odp. Tak

Pakiet 8, poz. 10 d): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 150x190cm (wzmocnienie 66x190cm)?

Odp. Tak

Pakiet 8, poz. 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o gramaturze min. 35 g/m²?

Odp. Tak

Pakiet 8, poz. 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony w rozmiarze 15x250cm?

Odp. Tak

Pakiet 9, poz. 1: Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu ściągaczy biodrowych.

Odp. Tak

Pakiet 9, poz. 1: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „ściągacze biodrowe”?

Odp. Mocowanie uniemożliwiające zsuwanie się z ciała podczas poruszania oraz nie będą zbyt luźne.

Pakiet 9, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek z przylepcami do wielokrotnego mocowania?

Odp. Tak

Pakiet 9, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o sugerowanym obwodzie bioder: M – 75-110 cm, L – 100-150 cm, XL 130-170 cm?

Odp. Tak

Pakiet 9, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o chłonności dla rozmiaru XL min. 2600g?

Odp. Tak

Pakiet 9, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek z dwuwarstwowym wkładem chłonnym?

Odp. Tak

Pakiet 9, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek pakowanych po 30 szt.?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pakiet 9, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek o anatomicznie ukształtowanym wkładzie chłonnym?

Odp. Dopuszcza

Pakiet 9, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek bez zawartości elementów lateksowych?

Odp. SIWZ

Pakiet 9, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

Odp. Dopuszcza

Pakiet 9, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów z włókninowymi bokami, w rozmiarze 90x170cm (warstwa chłonna 58x82cm)?

Odp. Tak

Pakiet 10, poz. 1: Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

Odp. SIWZ

Pakiet 11, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki o grubości 0,47 mm (+/- 10%), o porowatości 500 mikrometrów, o średnicy nitki 160 mikrometrów, reszta zgodna z SIWZ?

Odp. Tak

Pakiet 12, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

Opis	rozmiar	ilość
Kompresy włókninowe 30G 4W	7,5x7,5cm	2
Tupfer kula 17N	20x20cm	6
Pęseta plastikowa zielona i niebieska	13 cm	2

Opakowanie typu: twardy blister

Odp. Tak

Pakiet 12, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

Opis	rozmiar	ilość
Kleszczyki plastikowe KOCHER	14 cm	1
Pęseta plastikowa	13 cm	1
Kompresy gazowe 13N 8W	7,5 x 7,5cm	8
Tupfer kula 17N	20x20cm	5
Serweta włókninowa nieprzylepna	40x45cm	1

Opakowanie typu: twardy blister

Odp. Tak

Pakiet 12, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

opis	rozmiar	ilość
serweta włókninowa (barierowa)	45x75cm	1
serweta włókninowa (barierowa) 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu	45x75cm;Ø8cm	1
kompresy z gazy 17N, 8W	7,5x7,5cm	10
tupfer kula 17N	20x20cm	10
pęseta plastikowa	13 cm	1
strzykawka 10ml	10ml	1
strzykawka 20ml	20ml	1
igła 1,2x40mm	1,2x40mm	1
igła 0,8x40mm	0,8x40mm	1

ostrze nr 11	Nr 11	1
imadło metalowe	13 cm	1

Opakowanie typu: twardy blister

Odp. Tak

Pakiet 12, poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

opis	rozmiar	ilość
serweta włókninowa (barierowa)	45x75cm	1
serweta włókninowa (barierowa) z otworem i przylepcem wokół otworu	50x60cm;Ø8cm	1
tupfer kula 17N	20x20cm	3
Kompresy włókninowe 30 g/m2	7,5x7,5cm	5
pęseta plastikowa	13 cm	1
pęseta metalowa chirurgiczna	12 cm	1
imadło metalowe	13 cm	1
nożyczki metalowe ostro-ostre	11 cm	1

Opakowanie typu: twardy blister

Odp. Tak

Pakiet 12, poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

opis	rozmiar	ilość
Rękawice lateksowe	M	2
Tupfer kula 17N	20x20cm	6
Pęseta plastikowa	13 cm	1
Nożyk STITCH CUTTER	11cm (+/-0,3)	1

albo

Opis	rozmiar	ilość
Rękawice lateksowe	M	2
Tupfer kula 17N	20x20cm	6
Pęseta metalowa anatomiczna	12 cm (+/-0,3)	1
Nożyczki chirur. metalowe oczne	11cm (+/-0,3)	1

Opakowanie typu: twardy blister

Odp. Nie

Pakiet 12, poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

	opis	rozmiar	ilość
--	------	---------	-------

START	Serweta włókninowa(barierowa)	50x35	1
	Rękawice lateksowe bezpudrowe	M	2
	Kompresy włókninowe 30 g/m ² , 4W	7,5x7,5cm	6
	Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul	8x5,8cm	2
	Przylepiec włókninowy	2,5x15cm	4
STOP	Rękawice lateksowe bezpudrowe	M	2
	Rękawice winylowe bezpudrowe	L	1
	Kompresy włókninowe 30 g/m ² , 4W	7,5x7,5cm	4
	Samoprzylepny opatrunek z wkładem chłonnym	5x7,2cm	2

Opakowanie typu: twardy blister

Odp. Nie

Pakiet 12, poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej cenowo?

Odp. Tak

Pakiet 12, poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą włókninową nieprzylepną 45x45cm /barierową/, opatrunkiem transparentnym z folii poliuretanowej 6x10cm, przylepiec włókninowy podtrzymujący 2,5cm x 15cm, reszta zgodna z SIWZ?

Odp. Tak

Pakiet 12, poz. 7, 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

Opis	rozmiar	ilość
Serweta włókninowa (barierowa)	75x45cm	1
serweta włókninowa (barierowa) 50x60cm z otworem 10cm	50x60cm;Ø10cm	1
strzykawka 3ml	3ml	1
strzykawka 5ml	5ml	1
igła 1,2x40mm	1,2x40mm	1
igła 0,5x25mm	0,5x25mm	1
kompres z włókniny 30 gram, 4W	7,5x7,5cm	10
Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym	5x7,2cm	1
pęseta plastikowa	13 cm	1

Opakowanie typu: twardy blister

Odp. Tak

Pakiet 12, poz. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z ręcznikiem chłonnym 30x30cm i tupferami gazowymi w rozm. 20x20cm, reszta zgodna z SIWZ?

Odp. Tak

Pakiet 12, poz. 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

opis	rozmiar	ilość
Serweta włókninowa (barierowa)	50x60cm	1

Serweta włókninowa (barierowa) O5 i rozcięciem	50x60cm; Ø5cm	1
Rękawice nitrylowe	M	2
Tupfer kula 17N	20x20cm	5
Kompresy z gazy, 17N, 8W	7,5x7,5cm	8
Pęseta plastikowa	13 cm	1
Pean plastikowy	14 cm (+/-0,3)	1
Pojemnik plastikowy	125 ml	1
* Strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną	10 ml	1
* Strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą	6 ml	1

Opakowanie typu: twardy blister

*Elementy poza twardym blistrem w worku foliowym

Odp. Tak

Pytania dot. projektu umowy:

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Tak

2. Zważywszy na treść § 1 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1

ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odp. Nie

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak zmienić ceny jednostkowe netto, jeżeli wskutek nadzwyczajnej zmiany stosunków utrzymywanie dotychczasowych cen groziłoby jednej ze stron rażącą stratą; zmiana cen wymaga zgody obu stron w formie aneksu do umowy”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach np. gwałtownej inflacji lub gwałtownej zmiany kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odp. Nie

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości brutto umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższyć wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odp. Nie

5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 16 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odp. Nie

6. Czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „*mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone*”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odp. Nie

dotyczy SIWZ

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie. Czy podczas planowanej urzędowej zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie wyłącznie cenna brutto, natomiast cena netto pozostanie bez zmian?

Odp. Tak

Dotyczy zad. 9

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odp. SIWZ

Dotyczy zad. 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odp. SIWZ

Dotyczy zad. 9 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Ustalenie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Op. SIWZ

Dotyczy zad. 9 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnątrz skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet

do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odp. SIWZ

Dotyczy zad. 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki rozmiar M o maksymalnym obwodzie 130cm? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ, cytuje: „...obwód bioder 90 - 120cm...” spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP.

Odp. Tak

Dotyczy zad. 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki rozmiar L o maksymalnym obwodzie co najmniej 140cm? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ, cytuje: „...obwód bioder 120 - 150cm...” spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP.

Odp. Tak

Dotyczy zad. 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki rozmiar XL o maksymalnym obwodzie co najmniej 160cm? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ, cytuje: „...obwód bioder 150 - 175cm...” spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP.

Odp. Tak

Dotyczy zad. 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L zamiast XL o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności. Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ, cytuje: „...obwód bioder 150 - 175cm...” spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP.

Odp. SIWZ

Dotyczy zad. 9 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pieluchomajtek tzw. „oddychających”, czyli przepuszczających parę w partii bioder jak również na całej powierzchni chłonnej produktu (od wewnątrz i na zewnątrz), bez elementów foliowych?

Odp. SIWZ

Dotyczy zad. 9 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia podpasek normal, czyli o wymiarze co najmniej 27 x 10 cm i chłonności co najmniej 350g?

Odp. SIWZ

Dotyczy zad. 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia podkład chłonny 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm i poziomem chłonności co najmniej 1750g, które pozbawione są szerokich boków foliowych? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ, cytuje: „...z foliowymi bokami rozmiar 90 x 180 cm...” spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP.

Odp. Tak

Dotyczy zad. 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych posiadające dwuwarstwowy wkład chłonny zawierający superabsorbet moczu? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ, cytuje: „...trójwarstwowy wkład chłonny...” spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP.

Odp. Tak

Dotyczy zad. 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki rozmiar M dla dorosłych o chłonności co najmniej 2000g? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 2100g, a chłonnością oferowanego produktu tj. 2000g w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 100g.

Odp. Tak

Dotyczy zad. 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki rozmiar XL dla dorosłych o chłonności co najmniej 2380g? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 2700g, a chłonnością oferowanego produktu tj. 2380g w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą

badan przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 420g.

Odp. Nie

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści w obydwu pozycjach kompresy pakowane po 10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pakiet 1, pozycja 6

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie

Pakiet 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową zawierającą 50% bawełny?

Odp. Tak

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z gazy bawełnianej o dużych oczkach pokryty miękką parafiną

w rozmiarze 15 x 20cm?

Odp. Tak

Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy opatrunkowe wysokochłonne sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odp. Tak


Pakiet 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy z papierem zabezpieczającym przeciętym wzdłuż dłuższej krawędzi?

Odp. Tak

Pakiet 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek do zabezpieczenia wkłuc centralnych z ramką oraz taśmą do opisu jak na rysunku poniżej?



Odp. Tak

Pakiet 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze 45x28cm (45x22cm) oraz 20x30cm (20x26cm)?

Odp. Tak

Pakiet 8 pozycja 2

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z pakietu 8 poz. 2 oraz umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Wyroby te stanowią gatunkowo odrębny asortyment a tak skonstruowany pakiet uniemożliwia złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.?

Odp. Nie

Pakiet 8 pozycja 11

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z pakietu 8 poz. 11 oraz umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Wyroby te stanowią gatunkowo odrębny asortyment a tak skonstruowany pakiet uniemożliwia złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.?

Odp. Nie

Pakiet 8 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści zestaw Sterylny uniwersalny zestaw "czteroserwetowy" wzmocniony, wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (filmpolietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) zgodnej z EN 13795 1,2,3 o gramaturze 56g/m². Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 80 g/m². Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm H₂O oraz odporność na rozerwanie powyżej min. 118kPa (zgodnie z EN 13938-1). Minimalny skład i rozmiary zestawu:
1 serwetana stolik narzędziowy, wzmocniona 140 cm x 190 cm,
1serweta do nakrycia stolika Mayo, wzmocniona 80 cm x 145 cm,
1 samoprzylepna serweta operacyjna 180 cm x 180 cm z padem chłonnym i organizatorami przewodów,
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 cm x 240 cm z padem chłonnym i organizatorami przewodów,
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm z padem chłonnym i organizatorami przewodów,
1 przylepiec taśmowy 10 cm x 50 cm,

Odp. Tak

Pakiet 8 pozycja 11

Czy zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy (zgodny z EN 13795 1-3). Gramatura 35 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiary zgodne z SIWZ tj. M, XL, XXL?

Odp. Tak

Pakiet 12, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści dwie pęsety niebieskie o długości 13 cm?

Odp. Tak

Pakiet 12, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści pęsetę plastikową o długości 13 cm?

Odp. Tak

Pakiet 12, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści pęsetę plastikową o długości 13 cm?

Odp. Tak

Pakiet 12, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 50/75 cm z otworem przylepnym o średnicy 7 cm?

Odp. Tak

Pakiet 12, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści igłotrzymacz 15 cm?

Odp. Tak

Pakiet 12, pozycja 4

Czy zamawiający dopuści pęsetę chirurgiczną o długości 15 cm?

Odp. Tak

Pakiet 12, pozycja 4

Czy zamawiający dopuści igłotrzymacz 15 cm?

Odp. Tak

Pakiet 12, pozycja 4

Czy zamawiający dopuści nożyczki metalowe 11,5 cm?

Odp. Tak

Pakiet 12, pozycja 4

Czy zamawiający dopuści serwetę włókninową 50/75 cm z otworem przylepnym o średnicy 7 cm?

Odp. Tak

Pakiet 12, pozycja 5

Czy zamawiający dopuści pęsetę anatomiczną metalową o długości 14 cm?

Odp. Tak

Pakiet 12, pozycja 5

Czy zamawiający dopuści pęsetę plastikową o długości 13 cm?

Odp. Tak

Pakiet 12, pozycja 6

Czy zamawiający dopuści przylepiec włókninowy podtrzymujący o wymiarach 2,5 / 15 cm?

Odp. Tak

Pakiet 12, pozycja 7

Czy zamawiający dopuści serwetę jednoczęściową bez regulacji otworu o wymiarach 45/45 z przylepnym otworem o średnicy 6 cm?

Odp. Tak

Pakiet 12, pozycja 8

Czy zamawiający dopuści serwetę 75/90 cm z otworem + dodatkowa taśma przylepna?

Odp. Tak

Pakiet 12, pozycja 9

Czy zamawiający dopuści ręcznik chłonny 40/40 cm?

Odp. Tak

Pakiet 12, pozycja 10

Czy zamawiający dopuści pęsetę plastikową o długości 13cm?

Odp. Tak

Pakiet 12, pozycja 10

Czy zamawiający dopuści serwetę włókninową 75/90 cm z otworem o średnicy 7 cm?

Odp. Tak

Pakiet 6 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6cmx7cm lub 6cmx8cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odp. Zgoda 6x7

Pakiet 6 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 8,5x11,5cm spełniającego pozostałe wymogi SIWZ, Państwa zgoda umożliwi nam założenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Tak

Pakiet 6 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej w rozmiarach 28x53,5cm (28x45cm) oraz 15x36,5cm (15x28cm).

Odp. Tak

Pakiet 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku równoważnego o rozmiarze 19mmx72mm

Odp. Nie

Zapytanie I dot. Pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny uniwersalny zestaw „czteroserwetowy” wykonany z trójwarstwowej włókniny w strefie krytycznej 73 g/m²; ≥100cm H₂O; odporność na rozerwanie na sucho 115 kPa, na mokro 88 kPa; skład:

1. serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestetyczny	240x150	1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną	90x75	2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną	175x175	1
4. taśma samoprzylepna	9x49	1
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. osłona na stolik MAYO	79x145	1
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Zestaw zgodny z normą PN EN 13795

Odp. Tak

Zapytanie II dot. Pakiet 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny uniwersalny zestaw „czteroserwetowy” wzmocniony wykonany z czterowarstwowej włókniny w strefie krytycznej 123 g/m² (obszar wzmocnienia włóknina wiskozowa/poliester 50 g/m²+ 23 Włóknina wiskozowa+40 µm folia PE+ Włóknina polietylenowa 12 g/m²) ; 197 cm H₂O; odporność na rozerwanie na sucho 196 kPa, na mokro 186 kPa skład:

1. serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów	240x150	1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej	90x75	2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów	175x175	1
4. taśma samoprzylepna	9x49	1
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. osłona na stolik MAYO	79x145	1
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Zestaw zgodny z normą PN EN 13795

Odp. Tak

Zapytanie III dot. Pakiet 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do zabiegów na kończynie wzmocniony wykonany z czterowarstwowej włókniny w strefie krytycznej 94 g/m² (obszar wzmocnienia włóknina wiskozowa/poliester 50 g/m² + Włóknina 30 g/m² + folia PE 15 µm + Włóknina 20 g/m²) ; 840 cm H₂O; odporność na rozerwanie na sucho 385 kPa, na mokro 330 kPa skład:

1. serweta chirurgiczna do zabiegów na obu kończynach o wymiarach 200x300 cm, posiadająca dwa samouszczelniające otwory o średnicy 7 cm	200x300	1
2. taśmy samoprzylepne	9x49	2
3. ręczniki chłonne	18x25	4
4. wzmocniona serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Zestaw zgodny z normą PN EN 13795

Odp. Tak

Zapytanie IV dot. Pakiet 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do artroskopii barku wykonany z czterowarstwowej włókniny w strefie krytycznej 94 g/m² (obszar wzmocnienia włóknina

wiskozowa/poliester 50 g/m² + Włóknina 30 g/m² + folia PE 15 µm + Włóknina 20 g/m²) ; 840 cm H₂O; odporność na rozerwanie na sucho 385 kPa, na mokro 330 kPa skład:

1. serweta chirurgiczna o wymiarach 240x170 cm, z wycięciem U o wymiarach 15x45 cm z taśmą samoprzylepną, wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenów	240x170	1
2. serweta chirurgiczna o wymiarach 230x295 cm, z wycięciem U o wymiarach 10x70 cm, wzmocniona warstwą chłonną	230x295	1
3. osłona na kończyne	22x75	1
4. taśmy samoprzylepne	9x49	2
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. wzmocniona osłona na stolik MAYO	79x145	1
7. wzmocniona serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Zestaw zgodny z normą PN EN 13795

Odp. Tak

Zapytanie V dot. Pakiet 8 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw stosowany przy zabiegach w chirurgii stawu biodrowego wykonany z czterowarstwowej włókniny w strefie krytycznej 94 g/m² (obszar wzmocnienia włóknina wiskozowa/poliester 50 g/m² + Włóknina 30 g/m² + folia PE 15 µm + Włóknina 20 g/m²) ; 840 cm H₂O; odporność na rozerwanie na sucho 385 kPa, na mokro 330 kPa skład:

1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów	300x175	1
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem "U" o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej	200x260	1
3. serweta chirurgiczna	75x90	1
4. serweta na stolik	150x190	1
5. osłona na kończyne	32x120	1
6. taśmy samoprzylepne	9x49	2
7. ręczniki chłonne	18x25	4
8. wzmocniona osłona na stolik Mayo	79x145	1
9. wzmocniona serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Zestaw zgodny z normą PN EN 13795

Odp. Tak

Zapytanie VI dot. Pakiet 8 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do artroskopii kolana skład:

1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 220x320 cm, posiadająca samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, otoczony warstwą wysokochłonną o wymiarach 75x90 cm z możliwością zamocowania drenów	220x320	1
2. osłona na kończyne	37x75	1
3. taśmy samoprzylepne	9x49	4
4. ręczniki chłonne	30x40	4
5. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem	2x15x40	1
6. osłona na stolik MAYO	79x145	1
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x200	1

Obłożenie chirurgiczne wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond/folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m² w strefie mniej krytycznej oraz laminatu dwuwarstwowego (włókninowa hydrofilowa PP typu spunbond/folia polietylenowa) o gramaturze 63g/m² i laminatu dwuwarstwowego (włóknina wiskozowa typu spunlaced /folia polietylenowa) o gramaturze 83 g/m² w strefie krytycznej wyrobu. Obłożenie spełnia wymagania wysokiej strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN 13795

Wytrzymałość na wypychanie – na sucho 112 kPa; Wytrzymałość na wypychanie – na mokro 108 kPa. Absorpcja (warstwa włókninowa) 650%

Odp. Tak

Zapytanie VII dot. Pakiet 8 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego wykonany z dwuwarstwowej włókniny na całej powierzchni 67 g/m² (folia PE 50 µm + Włóknina celulozowa 20 g/m²) ; >140 cm H₂O; odporność na rozerwanie na sucho 175 kPa, na mokro 110 kPa skład:

1. serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16 cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów 175/250x300 1
2. serweta - owinięcie noworodka 90x120 1
3. taśma samoprzylepna 9x49 1
4. ręczniki chłonne 18x25 4
5. osłona na stolik Mayo 79x145 1
6. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x190 1

Zestaw zgodny z normą PN EN 13795

Odp. Tak

Zapytanie VIII dot. Pakiet 8 poz. 8

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 8 pozycji 8 umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Tak skonstruowany pakiet uniemożliwia naszej firmie – producentowi wysokiej jakości wyrobów jednorazowego użytku przeznaczonych na salę operacyjną złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

Odp. Nie

Zapytanie IX dot. Pakiet 8 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do zabiegów ginekologicznych wykonany z dwuwarstwowej włókniny na całej powierzchni 67 g/m² (folia PE 50 µm + Włóknina celulozowa 20 g/m²) ; >140 cm H₂O; odporność na rozerwanie na sucho 175 kPa, na mokro 110 kPa skład:

1. serweta chirurgiczna główna o wymiarach 75x175 cm, posiadająca otwór w okolicy krocza w kształcie rombu o wymiarach 9x15 cm..... 75x175 1
2. osłony na kończyny..... 75x120 2
3. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x190 1

Zestaw zgodny z normą PN EN 13795

Odp. Tak

Zapytanie X dot. Pakiet 8 poz. 10 poz. a)

Czy Zamawiający dopuści serwety jałowe o średnicy 6x8cm, rozmiar zgodny z SIWZ?

Odp. Tak

Zapytanie XI dot. Pakiet 8 poz. 10 poz. d)

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik nie wzmocnioną rozm. 100x150cm?

Odp. Tak

Zapytanie XII dot. Pakiet 8 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści sterylne fartuch chirurgiczny-do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m²; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XXL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL?

Odp. Tak

Zapytanie XIII dot. Pakiet 8 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści osłonę zabezpieczającą na kamerę / przewody (wyposażony w tekturkę dla ułatwienia rozm. aseptycznej aplikacji rozm. 14x254cm?

Odp. Tak

Pytanie ogólne

Jaka jest odległość od miejsca rozładunku do magazynu, do którego wykonawca ma dostarczyć towar?

Odp. Max 100 m

Pytanie ogólne

Czy istnieją bariery architektoniczne utrudniające dostarczenie towaru od miejsca rozładunku do magazynu?

Odp. Budynek wyposażony w windy

Pytanie ogólne

Czy istnieją ograniczania dla samochodów ciężarowych uniemożliwiające podjazd do miejsca rozładunku?

Odp. Nie

Pakiet 4, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy poliuretanowy, papier zabezpieczający przecięty wzdłuż dłuższej krawędzi, w rozmiarze: 10 cm x 10 cm, 15 cm x 10 cm, 20 cm x 10 cm, 25 cm x 10 cm, 30 cm x 10 cm.

Odp. Tak

Pakiet 4, poz. 4

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp. Nie

Pakiet 6, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp. Nie

Pakiet 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6 cm x 8 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Tak

Pakiet 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 9 cm x 11 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Tak

Pakiet 6, poz. 2

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp. Nie

Zadanie nr 1

Poz. 4.2 Czy Zamawiający dopuści kompresy z nitką R TG 7,5x7,5 pakowane a 10 szt. w zamian za opakowanie a 20 szt. 2 przeliczeniem ilości opakowań ?

Odp. Tak

Zadanie Nr 6

Poz.3 Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarze 20x26 cm w zamian za rozmiar 20cm x 25,5 cm?

Odp. Tak

Pak Nr 12 , poz. 1-10

Czy Zamawiający dopuści pakiety zabiegowe w opakowaniu papier – folia

Odp. Tak jak w SIWZ

Ad. 13 C

Pytanie 1

Czy Zamawiający rozdzieli we wskazanym pakiecie opatrunki nieprzylepne od przylepnych? Takie działanie pozwoli na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo dzięki czemu Zamawiający odniesie korzyści.

Odp. Nie

Ad. 13 D

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści chłonny opatrunek piankowy, antybakteryjny zawierający jony srebra? Rozwiązanie takie pozwala podczas aplikacji opatrunku na kompletne zabezpieczenie rany bez konieczności stosowania dodatkowych opatrunków wtórnych.

Odp. Tak

Ad. 13 F

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne opatrunek wykonany w technologii Hydrolock zapewniający bardzo wysoką chłonność wsiąku?

Odp. Tak

Pytanie 2

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby oferowany opatrunek wykazywał dużą wytrzymałość na rozerwanie by zapewnić jego usunięcie w całości podczas zmiany?

Odp. Tak

Ad. 13 G

Pytanie 1

Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie opatrunku piankowego z naniesioną na całej jego powierzchni warstwą silikonu dzięki czemu podobnie jak opisany opatrunek z hydrożelem nie przywiera on do rany?

Odp. Tak

Pytanie 2

Czy zdaniem Zamawiającego oferowane opatrunki w wersji przylepnej powinny być wodoodporne, oddychające, zapewniające odpowiednią wilgotność w ranie, można je wielokrotnie aplikować u jednego pacjenta w przypadku kontroli procesu gojenia co wymaga przynajmniej częściowego podniesienia opatrunku, wysokochłonne?

Odp. Tak

Pak Nr 6 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6cm x7cm lub 6cm x 8cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odp. Tak

Pak Nr 6 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 8,5 x 11,5 cm spełniającego pozostałe wymogi SIWZ, Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo ofert.

Odp. Tak

Pak Nr 6 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej w rozmiarach 28x53,5cm (28x45cm) oraz 15x36,5cm (15x28cm).

Odp. Tak

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi dopuści w Pakiecie nr 1 w pozycji 5 serwetę bez prania wstępnego, pozostałe parametry bez zmian, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Odp. Tak

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji 1, 2, 3, i 7 co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Odp. Nie

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 2 pozycji 2 i 3, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej

Odp. Nie

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 w pozycji 2 watę opatrunkową o składzie 50% bawełny, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Odp. Tak

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 4 pozycji 3, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Odp. Nie

Pak Nr 6 poz.1

Czy Zamawiający wymaga aby opatrunek do mocowania kaniul posiadał klasę sterylności II a?

Odp. Dopuszcza

Poz. Nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga aby opatrunek do Zabezpieczenia wkluć centralnych był pokryty klejem akrylowym i posiadał klasę sterylności IIa ?

Odp. Dopuszcza

Pak Nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści folię o rozmiarach:

- a) 41 cmx 38 cm /powierzchnia Lepna 41 cm x 28 cm
- b) 25cmx 38cm /powierzchnia Lepna 25cmx 28 cm

Odp. Dopuszcza