

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na *dostawę materiałów do sterylizacji*

Przetarg znak: **25/2016 (MATERIAŁY DO STERILIZACJI)**

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwracamy się z pytaniem:

Pyt nr 1

Dotyczy Pakietu nr 2:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 1 - 8) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odp. Nie

2. Czy Zamawiający w poz. 8 dopuści do oceny rękaw papierowo foliowy z zakładką o wymiarach 35cm x 100m lub 40cm x 100m zamiast 38cm x 100m?

Odp. Tak

3. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe zgrzewalne w temperaturze 180-220°C?

Odp. Tak

Pyt nr 2

Dotyczy produktów zamówienia:

1. Pakiet 2, poz. 1-8: czy Zamawiający dopuści rękawy o gramaturze papieru sterylizacyjnego 60g/m²?

Odp. Tak

2. Pakiet 2, poz. 9: czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 21cm?

Odp. Tak

Pyt nr 3

3. Pakiet 3, poz. 7-11: czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do odrębnego pakietu?

Odp. Nie

4. Pakiet 3, poz. 3,6: czy Zamawiający dopuści papier pakowany po 100 sztuk?

Odp. Tak

Pyt nr 4

Dotyczy zapisów umowy:

5. § 1 ust. 3: czy czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp. Tak

6. § 4 ust. 1: czy Zamawiający może doprecyzować, jaki termin płatności ma obowiązywać-czy 30 dni (jak w formularzu oferty), czy 60 dni (jak we wzorze umowy)?

Odp. 60 dni

7. czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp. Nie

Pyt nr 5

1. Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja nr 1- 8: Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające 5-warstwową folię. Produkt charakteryzuje się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi.

Odp. Tak

2. Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja nr 8: Czy w miejsce rękawa o szerokości 38cm Zamawiający dopuści rękaw 40cm?

Odp. Tak

3. Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja nr 9: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

Odp. Nie