

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ –ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
UL. WITOSA 2
06- 200 MAKÓW MAZOWIECKI**

Przetarg nieograniczony na:

„11/2016 Przeglądy techniczne oraz utrzymanie w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej aparatów do hemodializ “

Przetarg znak: 11 /2016

Pytanie 1

Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania aparatury medycznej wymienionej w pakiecie poz 4 załącznika 2 do SIWZ i konieczność posiadania odpowiednich umiejętności i doświadczenia w ich serwisie, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wymaga by Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia, w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, legitymowali się co najmniej posiadaniem certyfikatu w zakresie normy ISO EN 13485, co jest równoznaczne z posiadaniem takich samych standardów świadczenia usług serwisowania wyrobów medycznych do diagnostyki obrazowej co producent aparatury medycznej, a jednocześnie nie stanowi ograniczenia zasady uczciwej konkurencji (o certyfikację w zakresie w/w normy może ubiegać się każdy podmiot, jeśli spełnia kryteria określone normą).

Odp. Tak
