

Numer sprawy: 06/2017 SAMOCHÓD SANITARNY

Nazwa zadania: **Dostawa 1 szt. ambulansu typu C**

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, o parametrach :

- bez kurtyn powietrznych
- z czujnikami parkowania z wizualizacją w kabinie kierowcy
- bez możliwości elektronicznej regulacji prędkości obrotowej silnika
- z czujnikami parkowania z wizualizacją w kabinie kierowcy
- z układem wydechowym o innej konstrukcji niż przedłużenie do końca pojazdu ?

Odp. Tak