

Tel/fax 29/ 71 42 335, przetargi@szpital-maków.pl

Dotyczy: przetarg 06/2017 samochód sanitarny

W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem przetargowym zwracamy się z prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania i wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia.

1. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści ambulans w kolorze żółtym zgodnie z PN EN 1789?

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający dopuści ambulans bez czujników parkowania a wyposażony w kamerę biegu wstecznego z wyświetlanym obrazem tylnego przedpoła w lusterku wstecznym w kabinie kierowcy?

Odp. Tak

3. Czy Zamawiający dopuści ambulans z nowoczesnym turbodoładowanym silnikiem o pojemności skokowej 1968 cm³, mocy 163 KM, i maksymalnym momencie obrotowym 400 Nm i normą emisji spalin Euro VI?

Odp. Tak

4. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści standardowe wygłuszenie komory silnika?

Odp. Tak

5. Czy Zamawiający dopuści ambulans zgodny z PN EN 1789 bez nagrzewnicy wodnej, której ze względu na ograniczoną ładowność pojazdu nie można zamontować a wyposażony w efektywne ogrzewanie powietrzne przedziału medycznego oraz w grzałkę elektryczną wpiętą w obieg cieczy chłodzącej silnik?

Odp. Tak

6. Czy Zamawiający dopuści w tylnej części dachu ambulansu zintegrowaną sygnalizacyjną LED i dwie lampy robocze LED do oświetlania miejsca za ambulansem?

Odp. Tak

7. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści lawetę marki STEM mod. MEC 300 ze sterowaniem mechanicznym, która po wysuwie na zewnątrz nie wymaga regulacji wysokości?

Odp. Tak

8. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści ambulans zgodny z PN EN bez centralnej instalacji próżniowej, która nie jest wymogiem ani w normie PN EN 1789 ani wymogiem NFZ zwłaszcza, że Zamawiający wymaga zaoferowania ssaka akumulatorowego, który spełnia tę funkcję zarówno w ambulansie jak i poza nim?

Odp. Nie

9. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści ambulans z fotelami wyposażonymi w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa bez możliwości regulacji wysokości ich kotwiczenia?

Odp. Tak

10. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści zamiast uchwytu w kształcie elipsy uchwyt prosty zamontowany centralnie nad noszami?

Odp. Tak

11. Czy Zamawiający dopuści standardowe okresy gwarancji pojazdu wynoszące: mechaniczna i elektryczna 24 miesiące bez limity kilometrów, lakier 24 miesiące, perforacja 144 miesiące oraz na zabudowę i sprzęt medyczny 24 miesiące?

Odp. Tak

12. Czy Zamawiający dopuści serwis w ASO w odległości 100 km od swojej siedziby?

Odp. Tak

13. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nosze z poręczami składanymi ergonomicznie równoległe do leża pacjenta oraz nie wyposażone w dodatkowe ręczki ale umożliwiające przenoszenie pacjenta nawet przez cztery osoby zgodnie z PN EN 1865?

Odp. Tak

14. Ze względu na to, iż parametry transportera noszy opisane w wierszu 7 i 8 posiadają tylko jedno nosze na rynku (Ferno mod. Mondial) czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści transporter nie posiadający tych funkcji zgodny z PN EN 1865?

Odp. Tak

15. Czy zamawiający pozwoli sobie zaoferować ambulans bez bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji zważywszy na to, iż jest to koszt szacowany przez Wykonawcę z pewnym zapasem pokrywającym ryzyko z tym związane i zawsze jest wyższy niż koszty rzeczywiście poniesione. Jest to niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ w cenie ambulansu płaci więcej za przeglądy niż rzeczywiście byłyby by one warte?

Odp. Nie

16. Prosimy o zmianę wysokości kary za zwłokę w naprawie ambulansu do 0,2%.

Odp. Nie

17. Niemożliwym jest przedłużanie gwarancji o każdy czas naprawy, w związku z tym prosimy o wykreślenie tego zapisu z umowy.

Odp. Tak

18. W związku z tym, iż wykonawca nie ma wpływu na realizację usług serwisowych przez przedstawiciela importera pojazdu bazowego prosimy o potwierdzenie, iż wszelkie usługi serwisowe w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego i czasy reakcji serwisu na zgłoszoną awarię oraz ambulans zastępczy dotyczą warunków gwarancji dotyczących zabudowy specjalnej ambulansu a nie pojazdu bazowego?

Odp. Tak

19. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści schowek zewnętrzny za lewymi drzwiami z miejscem na torbę medyczną a plecak montowany w przedziale medycznym z dostępem zarówno z wnętrza jak i z zewnątrz?

Odp. Tak

20. Czy Zamawiający dopuści ambulans z rocznika produkcji 2016 z zabudową specjalną wykonaną w 2017 roku?

Odp. Nie