

Maków mazowiecki , dnia 23 sierpnia 2017r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zespół Zakładów

ul. Witosa 2

06-200 Maków Mazowiecki

fax 29 7142335

przetargi@szpital-makow.pl

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników przez okres 36 m-cy;
sprawa nr 11/2017

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z uczestnictwem w postępowaniu proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

Pakiet 1

Dot. p. 7 Załącznika nr 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie automatycznego analizatora immunochemicznego ze stałą gotowością aparatu do pracy, posiadającego system chłodzenia odczynników w oparciu o element Peltiera (nie lodówkę), który gwarantuje utrzymanie stałej temperatury odczynników zgodnie z rekomendacjami producenta.

Odp. Tak

1. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 3 str. 9 arkusza odpowiedzi , które ogranicza udział w postępowaniu przetargowym tylko do jednego oferenta i w związku z brakiem w ulotkach odczynnikowych informacji o generacji PTH prosimy o potwierdzenie, że test powszechnie stosowany w diagnostyce oznaczający chorób przytarczyc Intact PTH spełnia wymagania Zamawiającego?

Odp. Tak

2. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 4 str. 9 arkusza odpowiedzi, które ogranicza udział w postępowaniu przetargowym tylko do jednego oferenta prosimy o wyrażenie zgody, aby dla odczynników TSH, fT4 i fT3 specyficzne wartości referencyjne mogły pochodzić z ulotek odczynnikowych oraz z niezależnych publikacji?

Pozytywna odpowiedź na powyższe pytania pozwoli złożyć ofertę więcej niż jednemu Wykonawcy.

Odp. Tak