

dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych –13/2017

pytania część III

Pakiet 1 – Respirator – 6 szt.

Dotyczy lp.4. W związku z tym że Zamawiający w dniu 21.08.2017 udzielił dwóch sprzecznych odpowiedzi dotyczących punktu 4 prosimy o jednoznaczne określenie czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z wbudowaną wysoko wydajną turbiną dzięki której respirator nie potrzebuje podłączenia do centralnego źródła powietrza?

Odp. Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź – Nie dopuszcza respiratora z turbiną (tak jak w punkcie 4 Opisu przedmiotu zamówienia Pakietu Nr 1)

Dotyczy pakietu nr 12 „Histeroskop”

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie numer 12 głowicy z możliwością regulacji ostrości przy pomocy pokrętła na głowicy kamery.

Odp. Zgoda

Dotyczy pakietu nr 5 – myjnia-dezynfektor.

1. Dotyczy pozycji 5 – zbiornik magazynowy wody stojący.
Prosimy o dopuszczenie zbiornika wyposażonego w zawór pływakowy zamiast 2 czujników poziomu cieczy. Rozwiązanie te jest równoważne funkcjonalnie do rozwiązania wymaganego przez Zamawiającego oraz bardziej korzystne ekonomicznie. Równocześnie możemy zaoferować osmozer (pozycja 4) wyposażony w czujnik obecności cieczy.

Odp. Dopuszcza

2. Dotyczy kryterium gwarancji.

Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Zamawiający będzie obliczał punkty za kryterium gwarancji? Odpowiedź z dnia 21.08.2017 nie jest jednoznaczna.

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Wykonawcy którzy zaproponują okres gwarancji nie krótszy niż 48 miesięcy zostaną poddani ocenie w kryterium długość udzielonej pełnej nieodpłatnej gwarancji gdzie:

Formularzu oferty – wyliczany będzie według wzoru:

$$\text{Wartość punktowa} = R \frac{T_n}{T_{\max}}$$

R – ranga ocenianego kryterium

T_n – termin gwarancji nie krótszy niż 48 miesięcy

T_{max} – termin gwarancji 7 lat

Zamawiający ofercie która przedstawi termin gwarancji 36 miesięcy przyzna 0 punktów) Każdy dodatkowy rok powyżej 36 miesięcy Wykonawca otrzyma 10 punktów w kryterium gwarancja. Ofercie o najdłuższym okresie gwarancji (7 lat) przyzna 40 % w kryterium ceny.

W związku z powyższym, w sytuacji, gdy Wykonawca zaoferuje termin gwarancji np. 4 lata, w przypadku podstawienia do wzoru ($40 \frac{4}{7}$), otrzyma 22,86 punktów. Natomiast informacja „Każdy dodatkowy rok powyżej 36 miesięcy Wykonawca otrzyma 10 punktów w kryterium gwarancja” sugeruje, że w tym przypadku Wykonawca otrzyma 10 punktów. Jest to niezwykle istotna kwestia, gdyż różnica prawie 13 punktów może przesądzić o wyniku przetargu.

Wnosimy o rezygnację z powyższego sposobu obliczania punktów w kryterium gwarancji oraz proponujemy następujący zapis:

Wykonawcy którzy zaproponują okres gwarancji nie krótszy niż 48 miesięcy zostaną poddani ocenie w kryterium długość udzielonej pełnej nieodpłatnej gwarancji. Jeżeli Wykonawca zaoferuje:

- do 47 miesięcy pełnej nieodpłatnej gwarancji otrzyma 0 punktów
- 48 – 59 miesięcy pełnej nieodpłatnej gwarancji otrzyma 10 punktów
- 60 – 71 miesięcy pełnej nieodpłatnej gwarancji otrzyma 20 punktów
- 72 – 83 miesiące pełnej nieodpłatnej gwarancji otrzyma 30 punktów
- 84 i więcej miesięcy pełnej nieodpłatnej gwarancji otrzyma 40 punktów

Powyższy zapis będzie jednoznaczny i nie będzie wprowadzał w błąd Wykonawców.

Odp.

Wykonawcy którzy zaproponują okres gwarancji nie krótszy niż 48 miesięcy zostaną poddani ocenie w kryterium długość udzielonej pełnej nieodpłatnej gwarancji. Jeżeli Wykonawca zaoferuje:

- do 47 miesięcy pełnej nieodpłatnej gwarancji otrzyma 0 punktów
- 48 – 59 miesięcy pełnej nieodpłatnej gwarancji otrzyma 10 punktów
- 60 – 71 miesięcy pełnej nieodpłatnej gwarancji otrzyma 20 punktów
- 72 – 83 miesiące pełnej nieodpłatnej gwarancji otrzyma 30 punktów
- 84 i więcej miesięcy pełnej nieodpłatnej gwarancji otrzyma 40 punktów

Pytania dt. Pak. Nr 7 Podgrzewacz dla pacjenta – 3 sztuki:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści ogrzewacz kontaktowy z regulacją temperatury od 37°C do 40°C z regulacją co 1°C ?

Odp. Nie

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści ogrzewacz kontaktowy z regulacją temperatury od 32°C do 40°C z regulacją co 0,5°C?

Odp. Nie

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści niskie napięcie zasilania elementów grzewczych: 26V?

Odp. Tak

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta nie wymagający stosowania dodatkowych pokrowców zewnętrznych jednorazowych (w ilości 100 szt.), także w wersji sterylnej? Stosowanie dodatkowych jednorazowych pokrowców zewnętrznych generuje niepotrzebne, dodatkowe koszty eksploatacji. Oferowane przez nas produkty nie wymagają użycia żadnych, dodatkowych pokrowców zewnętrznych, a do ich czyszczenia wystarczają standardowe środki do dezynfekcji, powszechnie stosowane przez szpitale do czyszczenia np. stołów operacyjnych. Jednolita konstrukcja materaca i koca minimalizuje ryzyko zakażeń.

Odp. Nie

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta bez zasilania akumulatorowego i w związku z tym bez wskaźnika naładowania akumulatora?

Odp. Nie

Pytanie 6.

Czy Zamawiający dopuści zestaw nie posiadający złączy do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi, umożliwiającymi przesyłanie danych z urządzenia: RS232, USB, VGA, Ethernet Komunikacja z siecią i systemem HIS poprzez otwarty format HL7? Według naszej wiedzy żaden z producentów systemów ogrzewania pacjenta nie posiada takich złączy.

Odp. Tak

Pytanie 7.

Prosimy Zamawiającego o określenie rozmiaru materacy lub koców o rozmiarach ujętych w pytaniach nr 8. do nr 18., które pasują na standardowe stoły operacyjne.

Odp. Tak jak w odpowiedzi na pytanie Nr 8, część I

Pytanie 8.

Czy zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta z materacem na stół operacyjny, o wymiarach: 1900 x 585 x 40mm?

Odp. Tak jak w odpowiedzi na pytanie Nr 8, część I

Pytanie 9.

Czy zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta z materacem na stół operacyjny, o wymiarach: 1900 x 535 x 40mm ?

Odp. Tak jak w odpowiedzi na pytanie Nr 8, część I

Pytanie 10.

Czy zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta z materacem na stół operacyjny, o wymiarach: 1200 x 585 x 40mm ?

Odp. Tak jak w odpowiedzi na pytanie Nr 8, część I

Pytanie 11.

Czy zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta z materacem na stół operacyjny, o wymiarach: 1200 x 535 x 40mm ?

Odp. Tak jak w odpowiedzi na pytanie Nr 8, część I

Pytanie 12.

Czy zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta z materacem na stół operacyjny, o wymiarach: 1070 x 585 x 40mm ?

Odp. Tak jak w odpowiedzi na pytanie Nr 8, część I

Pytanie 13.

Czy zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta z materacem na stół operacyjny, o wymiarach: 1070 x 535 x 40mm ?

Odp. Tak jak w odpowiedzi na pytanie Nr 8, część I

Pytanie 14.

Czy zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta z pediatrycznym materacem na stół operacyjny,
o wymiarach: 560 x 500 x 40mm ?

Odp. Tak jak w odpowiedzi na pytanie Nr 8, część I

Pytanie 15.

Czy zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta z ogrzewającym kocem dla OIOM,
o wymiarach: 1660 x 800 x 40mm?

Odp. Tak jak w odpowiedzi na pytanie Nr 8, część I

Pytanie 16.

Czy zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta z ogrzewającym kocem dla OIOM,
o wymiarach: 1160 x 1200 x 40mm?

Odp. Tak jak w odpowiedzi na pytanie Nr 8, część I

Pytanie 17.

Czy zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta z ogrzewającym kocem na salę operacyjną, o wymiarach: 500 x 1070 x 40mm?

Odp. Nie

Pytanie 18.

Czy zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta z ogrzewającym kocem na salę operacyjną, o wymiarach: 870 x 500 x 40mm?

Odp. Nie

Pytanie 19.

Czy Zamawiający wymaga aby system ogrzewania pacjenta składał się z m.in. materaca z warstwą grzewczą wykonaną z elastycznych polimerów węglowych gwarantującą równomiernie ogrzewanie na całej powierzchni, wraz z warstwą pianki przeciwoślizgowej oraz z wygodną podszewką poliestrową?

Zastosowana technologia niweluje możliwość powstawania tzw. zimnych i gorących miejsc, które mogą wywołać miejscowe niedogrzanie/oparzenie pacjenta

Odp. Dopuszcza materac

Pytanie 20.

Czy Zamawiający wymaga aby system ogrzewania pacjenta składał się m.in. z koca z warstwą grzewczą wykonaną z elastycznych polimerów węglowych, gwarantującą równomiernie ogrzewanie na całej powierzchni, wraz z wygodną podszewką poliestrową i miękkim materiałem izolacyjnym?

Zastosowana technologia niweluje możliwość powstawania tzw. zimnych i gorących miejsc, które mogą wywołać miejscowe niedogrzanie/oparzenie pacjenta

Odp. Dopuszcza materac

Pytanie 21.

Czy Zamawiający wymaga aby system ogrzewania pacjenta posiadał materac lub koc z wbudowanym tylko jednym czujnikiem temperatury który gwarantuje wraz połączeniem technologii polimerów węglowych jednolitość temperatury na całej powierzchni grzewczej?

Odp. Dopuszcza materac

Pytanie 22.

Czy Zamawiający wymaga aby system ogrzewania pacjenta posiadał materac lub koc z wbudowanym, niezależnym, wodo- i pyłoszczelnym, mechanicznym zabezpieczeniem przed przegrzaniem?

Odp. Dopuszcza materac

Pytanie 23.

Czy Zamawiający wymaga aby system ogrzewania pacjenta umożliwiał bezpieczne przeprowadzenie defibrylacji, potwierdzone niezależnym certyfikatem i niewymagające odłączenia od zasilania ani zdjęcia koca z pacjenta,
a jedynie wymagające jego przesunięcie by zapewnić lepszy dostęp do pacjenta?

Odp. Dopuszcza materac

Pytanie 24.

Czy Zamawiający wymaga aby system ogrzewania pacjenta posiadał materac zawierający integralne pasy zawierające guziki zatrzaskowe służące do szybkiego i bezpośredniego mocowania materaca do stołu, niewymagające przywiązania materaca do stołu, oraz uchwyt do bezpiecznego przechowywania.

Odp. Dopuszcza materac

Pytanie 25.

Czy Zamawiający wymaga aby system ogrzewania pacjenta posiadał materac lub koc, których uszkodzenie mechaniczne podczas trwającej procedury, tj. np. przecięcie skalpelem lub przekłucie, nie powoduje powstania bezpośredniego zagrożenia dla pacjenta lub personelu, ani nie wymaga zatrzymania lub przerwania procedury.

Odp. Dopuszcza materac

Pytanie 26.

Czy Zamawiający wymaga aby system ogrzewania pacjenta posiadał wtyk oraz gniazdo złącza przewodów materaca i jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne – klasa ochrony IP65 lub lepsza?

Odp. Odp. Dopuszcza materac

Pytanie 27.

Czy Zamawiający wymaga aby system ogrzewania pacjenta posiadał wtyk oraz gniazdo złącza przewodów koca i jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne – klasa ochrony IP65 lub lepsza?

Odp. Nie

Pytanie 28.

Czy Zamawiający wymaga aby system ogrzewania pacjenta posiadał obudowy konektorów łączących przewód materaca z przewodem jednostki kontrolnej w całości wykonane z tworzywa sztucznego zapewniającego pełną izolację od przewodów wewnętrznych?

Odp. Dopuszcza

Pytanie 29.

Czy Zamawiający wymaga aby system ogrzewania pacjenta posiadał obudowy konektorów łączących przewód koca z przewodem jednostki kontrolnej w całości wykonane z tworzywa sztucznego zapewniającego pełną izolację od przewodów wewnętrznych?

Odp. Dopuszcza

Pytanie 30.

Czy Zamawiający wymaga aby system ogrzewania pacjenta posiadał obudowę jednostki kontrolnej ze względów bezpieczeństwa w całości wykonana z nieprzewodzącego tworzywa sztucznego?

Odp. Dopuszcza

Pytanie 31.

Czy Zamawiający wymaga aby system ogrzewania pacjenta posiadał jednostkę kontrolną w II klasie ochronności przeciwporażeniowej z izolacją podwójną w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa pacjenta i użytkownika?

Odp. Dopuszcza

Pytanie 32.

Czy Zamawiający wymaga aby system ogrzewania pacjenta składał się z materaca lub koca, przeznaczonego do ogrzewania pacjentów niezależnie od ich wieku i wzrostu?

Odp. Nie

Pytanie 33.

Czy Zamawiający wymaga aby umieszczenie naklejki na materacu lub kocu systemu ogrzewania pacjenta nie powodowało uszkodzenia ich warstwy grzewczej?

Odp. Wymaga jeśli jest naklejka

Pytanie 34.

Czy Zamawiający wymaga aby system ogrzewania pacjenta posiadał materac lub koc z możliwością stosowania w warunkach o zwiększonej wilgotności powyżej 70% ?

Odp. Dopuszcza materac

Pytanie 35.

Czy Zamawiający wymaga aby system ogrzewania pacjenta posiadał materac lub koc z powłoką zewnętrzną szczelnie zamkniętą w technologii RF, nie szytą ani nie klejoną?

Odp. Dopuszcza materac

Pytanie 36.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy z trzech tygodni od dnia podpisania umowy na cztery lub sześć tygodni, od daty podpisania umowy?

Odp. Tak

Pytania dt. Pak. Nr 11 Ciepłarka – 2 sztuki:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający zamierza ogrzewać w urządzeniu płyny infuzyjne, irygacyjne lub kontrasty będące wyrobami medycznymi ?

Odp. Tak

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wymaga by urządzenie było sprzętem medycznym, a nie komercyjnym, czy laboratoryjnym,

co reguluje: art. 17 pkt. 1 ust 2 w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654, który mówi, że podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać warunek stosowania wyrobów odpowiadającym wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586), a producent sprzętu miał wdrożony system jakości **ISO 13 485** wymagany dla producentów sprzętu medycznego?

Odp. Sprzęt medyczny

Pytanie 3.

Czy Zamawiający wymaga, aby w celach maksymalnego bezpieczeństwa ogrzewania płynów infuzyjnych, irygacyjnych czy kontrastów działania urządzenia oparte było o Konwekcyjny system ogrzewania z obiegiem wymuszonym, gwarantującym równomierny rozkład temperatury w całej komorze?

Odp. Nie

Pytanie 4.

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa użytkownika posiadało trzy czujniki zabezpieczające wnętrze komory przed przegrzaniem?

Odp. Nie

Pytanie 5.

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało pokrywę wykonaną ze szkła hartowanego umożliwiającą wgląd do wnętrza komory bez konieczności jej otwierania? Takie rozwiązanie pozwala na stałe monitorowanie, jakie płyny i w jakiej ilości znajdują się w komorze grzewczej.

Odp. Nie

Pytanie 6.

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy Ciepłarkę Medyczną nieposiadającą złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiającego przesyłanie danych z aparatu: RS232, USB, VGA, Ethernet Komunikacja z siecią i systemem HIS poprzez otwarty format HL7? Urządzenia takie jak ciepłarki Medyczne nie posiadają takich złączy i nie ma konieczności ciągłej rejestracji parametrów ich pracy. Obecnie na rynku nie ma urządzenia (ciepłarki Medycznej) spełniającej ten wymóg. W związku z czym zwracamy się o dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy Ciepłarki Medycznej spełniającej wszystkie inne kryteria specyfikacji poza złączami do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiającymi przesyłanie danych z aparatu: RS232, USB, VGA, Ethernet Komunikacja z siecią i systemem HIS poprzez otwarty format HL7. Ciepłarka medyczna, którą chcemy Państwu zaoferować to wysokiej klasy Polski produkt, który działa na terenie wielu krajów zachodniej Europy, Afryki i Azji.

Odp. Tak

Dotyczy Pakiet nr. 5:

1. Prosimy o dopuszczenie myjni z wbudowanym kondensatorem oparów chłodzonym cieczą, jest to rozwiązanie równoważne i wydajne, dzięki któremu żadne opary nie wydostają się poza komorę mycia w trakcie procesu.

Odp. Zgodnie z SIWZ