

Maków Mazowiecki 01.08.2017

Znak sprawy ZP 14/2017

Pytanie 1. SIWZ, §3 X 4. „4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa wezwania Wykonawców do prezentacji oferowanego oprogramowania o której mowa powyżej w pkt 1) wraz z wezwaniem Zamawiający przekaże szczegółowe scenariusze prezentacji zawierające zamkniętą listę funkcjonalności podlegających prezentacji oraz wyznaczy czas przeznaczony na prezentację.”

Prosimy o uzupełnienie SIWZ o scenariusz prezentacji, na której prezentowana będzie przez wykonawców próbka, zawierającego zakres czynności i efektów, których osiągnięcie będzie stanowiło o spełnieniu przez próbkę wymagań Zamawiającego. Zaniechanie dołączenia do SIWZ scenariusza prezentacji, nie pozwala zweryfikować prawidłowości czynności Zamawiającego w tym zakresie (zwłaszcza co do technicznych możliwości przeprowadzenia prezentacji), co naraża wykonawców na nieuprawnione odrzucenie oferty (§3. X. 10 SIWZ). W obecnym kształcie SIWZ, opis próbki oraz prezentacji nie spełniają kryterium jednoznaczności, co prowadzi do niepewności, co do rzeczywistych oczekiwań Zamawiającego. To zaś stanowi o naruszeniu przez Zamawiającego art. 7 ust. 1 p.z.p.

Odpowiedź: Zamawiający w załączniku nr 3.3 do SIWZ wskazał, których funkcjonalności będzie wymagał na próbce (ponad 70 funkcjonalności z ponad 2500 wszystkich funkcjonalności). Zgodnie z SIWZ jeśli Zamawiający skorzysta z prawa wezwania Wykonawców do prezentacji oferowanego oprogramowania to na min. 5 dni roboczych przed wyznaczonym dniem prezentacji przekaże szczegółowe scenariusze prezentacji zawierające zamkniętą listę funkcjonalności podlegających prezentacji oraz wyznaczy czas przeznaczony na prezentację. Zamawiający nie planuje przekazywania Wykonawcom bardziej szczegółowych scenariuszy prezentacji. Zamawiający oczekuje dostawy gotowego systemu. Wszystkie weryfikowane funkcjonalności są możliwe do technicznej prezentacji.

Pytanie 2. SIWZ, §5. II. Zapis pod tabelą „Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1502 ze zm.) tj. kierowników, o których mowa w pkt 1, 4, 5 tabeli”

Zwracamy uwagę, iż zapis ten wyraźnie ogranicza konkurencję w niniejszym postępowaniu. Mając na uwadze obowiązek zamawiającego wynikający z art. 29 ust. 3a, zgodnie z którym zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), to zamawiający ograniczył ten obowiązek wyłącznie do kierowników, gdzie zasadniczo czynności przez nich wykonywane nie polegają na świadczeniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z siwz i ze wzoru umowy wymóg zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1502 ze zm.) tj. kierowników, o których mowa w pkt 1, 4, 5 tabeli.

Pytanie 3. SIWZ, §5 ust. 1 pkt 2 pdpkt 3) Czy w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji Zamawiający wyrazi zgodę, aby zgodnie z §2 ust. 5 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca wykazał się realizacją projektów w okresie ostatnich 5 lat. Prosimy wziąć pod uwagę okoliczność związaną ze zmianą perspektywy finansowej wydatkowania środków pochodzących z UE w wyniku, której w ostatnich latach de facto postępowań o tak szerokim zakresie przedmiotowym było w kraju realizowanych niewiele. Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą o złagodzenie warunku udziału w postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający łagodzi wymaganie

Pytanie 4. SIWZ, §5 ust. 1 pkt 2 pdpkt 3) a. Czy zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykonał należycie w dniu 05.03.2014 r. zamówienie polegające na dostawie o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych brutto), w zakres którego wchodziło: dostawa sprzęt komputerowego lub serwerowego, oraz dostawa wraz z wdrożeniem systemu HIS opartego o przeglądarkę internetową zawierającego min. następujące moduły: ruch chorych, statystyka, zlecenia medyczne, apteczki oddziałowe, pracownia diagnostyczna, PACS

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5. SIWZ, §5 ust. 1 pkt 2 pdpkt 3) b. Czy zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykonał należycie w dniu 05.03.2014 r. b. zamówienie polegające na dostawie o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 zł brutto każda (słownie: jeden milion pięćset tysięcy brutto), gdzie w zakres każdej z dostaw wchodziło co najmniej: dostawa wraz z wdrożeniem systemu klasy HIS (ruch chorych, statystyka, zlecenia medyczne, apteczki oddziałowe) opartego o przeglądarkę internetową wraz z e-usługami dla pacjentów objęta serwisem dostarczanego rozwiązania na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający uznaje

Pytanie 6. SIWZ, §5 ust. 1 pkt 2 pdpkt 3) c. Czy zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się realizacją projektu w ramach, którego jednym z elementów była budowa sieci informatycznej (kanalizacji, teletechnicznej, szkieletowej sieci światłowodowej, okablowania strukturalnego, dedykowanej instalacji elektrycznej), wykonanie niezbędnych testów oraz pomiarów okablowania strukturalnego, sieci szkieletowej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie adaptacji pomieszczenia dla potrzeb serwerowni?

Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony.

Pytanie 7. SIWZ, §5 ust. III pkt 2 „2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a pzp minimum jeden Wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie określone w § 5.II ust. 2 pkt 2 lit a)”

Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu z SIWZ gdyż zawiera błędne odwołanie do zapisów SIWZ - § 5.II nie zawiera ustępów, punktów ani liter, jest natomiast tabela określająca wymagania w zakresie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Ponadto zapis ten jest sprzeczny z ustawą Pzp, zgodnie z którą zarówno podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, jak i udostępniające swój potencjał nie mają obowiązku posiadania pełnego doświadczenia. Warunki udziału w postępowaniu powinny spełniać natomiast konsorcjum jako całość. Jeśli po zsumowaniu potencjału wszystkich członków konsorcjum warunków opisany przez zamawiającego zostanie spełniony łącznie przez wszystkich konsorcjantów, zamawiający powinien stwierdzić, że każdy z nich potwierdził spełnienie takiego warunku udziału w postępowaniu. Żądanie od każdego z konsorcjantów albo min. jednego spełnienia pozytywnego warunku udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 p.z.p.) w pełnej wysokości prowadziłoby do nieuzasadnionego zwielokrotnienia wymogu nałożonego na wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w stosunku do pojedynczego wykonawcy, co prowadziłoby do złamania zasady równego traktowania wykonawców w postępowaniu. Podobnie w przypadku podmiotów udostępniających zasoby – zgodnie z art. 22a p.z.p, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub **jego części**, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Takie działanie Zamawiającego jest obiektywnie nieuzasadnione, podważa istotę wspólnego udziału wykonawców w postępowaniu oraz polegania na zasobach podmiotów trzecich, jest niezgodne z przepisami ustawy i ogranicza konkurencję.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis: „W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a pzp minimum jeden Wykonawca lub jeden podmiot

udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie określone w § 5.II ust. 2 pkt 2 lit a)”

Pytanie 8. §14 pkt III ppkt 2 Kryterium techniczne - Kryterium: PARAMETRY TECHNICZNE

W związku z faktem iż suma ocenianych parametrów technicznych jest spełniana wyłącznie przez jednego dystrybutora na Polskim Rynku, to jest firmę CGM z Lublina prosimy o zmianę kryterium! Szczególnie należy zwrócić uwagę na sprzeczność zapisów, jakie występują w SIWZ, które poddają w wątpliwość zasadność stosowanych kryteriów. I tak: w ramach HIS Zamawiający wymaga niezależności od bazy danych pracując minimum na dwóch z 4 komercyjnych baz tj. Oracle, Sybase, Microsoft, IBM (pkt 2. Kryterium technicznego), z drugiej strony w Załączniku 3.4 do SIWZ ERP wymagania ogólne pkt. 3 wymaga pracy na bazie danych Oracle lub My SQL, natomiast w pkt. 3 Kryterium techniczne wymaga by Ruch Chorych, Rozliczenia NFZ, Apteka, system PACS działały na jednej bazie jednego producenta, co za tym idzie jedyną bazą danych, która będzie rzeczywiście wykorzystywana będzie baza danych Oracle. Dlatego wyżej wskazane kryterium nie będzie miało odzwierciedlenia w pracy systemu poza premiowaniem konkretnego wykonawcy.

Proponujemy modyfikację zapisów w następujący sposób łącznie lub rozłącznie:

1. Wszystkie moduły HIS są jednorodnym systemem, działają na jednym interfejsie webowym.
2. System HIS, PACS, ERP działa w oparciu o jeden motor bazodanowy.
3. System RIS/PACS jest modułem systemu HIS.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji w następujący sposób:

Zamawiający wykreśla kryterium 1, w odniesieniu do pkt 2 i 3 dokonuje modyfikacji w następujący sposób:

Lp.	Cechy oprogramowania zaoferowanego przez Wykonawcę	Punktacja
1.	Niezależność systemu HIS od motoru bazy danych - obsługa minimum dwóch komercyjnych, relacyjnych motorów baz danych głównych dostawców na rynku (np. Oracle, Sybase, Microsoft, Mysql, MSSQL, IBM)	15

	(ocena na podstawie próbki)	
2	Moduły ruch chorych, rozliczenia z NFZ, apteka, system PACS i ERP działają na jednej bazie danych, pochodzą od jednego producenta. Zamawiający dopuszcza rozwiązania, w którym Wykonawca nabył autorskie prawa majątkowe lub licencję do systemu PACS wyprodukowanego przez inną firmę i zintegruje ten system z systemem HIS swojej produkcji przy czym w przypadku nabycia praw autorskich lub licencji do systemu PACS innego producenta – nie może to skutkować problemami dla Zamawiającego wynikającymi z tej odrębności. (ocena na podstawie dokumentu załączonego do oferty – deklaracje z podaniem nazwy producenta). (ocena na podstawie dokumentu załączonego do oferty – deklaracje z podaniem nazwy producenta)	15

Pytanie 9. §14 pkt III ppkt 2 Kryterium techniczne - Kryterium: PARAMETRY TECHNICZNE

W związku z faktem, iż suma ocenianych parametrów technicznych jest spełniana wyłącznie przez jednego dystrybutora na Polskim Rynku, to jest firmę CGM z Lublina prosimy o zmianę kryterium! W kryterium technicznych pkt 1 zamawiający premiuje system PACS posiadający certyfikat IIb lub jest zarejestrowany jako wyrób medyczny w klasie IIb, z drugiej strony w pkt 3 zamawiający premiuje gdy Ruch chorych, rozliczenia NFZ, apteka, system PACS działają na jednej bazie jednego producenta. Z doskonałej wiedzy pytającego wynika, iż również w tym przypadku maksymalną ilość punktów jest w stanie uzyskać tylko jeden dostawca, którym jest już wcześniej wspomniana firma CGM. Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że system PACS nie bierze bezpośredniego udziału w procesie badania pacjenta, co za tym idzie nie ma mowy o zastosowaniu certyfikatu medycznego (w praktyce powszechnie stosowany wyłącznie dla specjalistycznego oprogramowania na stacji lekarskiej). W innym przypadku ów certyfikatem powinna być objęta analogicznie pozostała część systemu HIS.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8

Pytanie 10. Załącznik 3.3 do SIWZ HIS wymagania ogólne pkt 7a, 7f, 75. We wskazanych wymaganiach zamawiający oczekuje obsługi systemu w więcej niż jednym systemie operacyjnym natomiast w załączniku 3.9 wymaga dostarczenia stacji roboczych opartych o system operacyjny i pakiet biurowy Microsoft. Prosimy o uspoźnienie specyfikacji poprzez wykreślenie systemów Linux i MacOS. Obecny wymóg jest nadmiarowy i wyłącznie premiuje tylko jednego wykonawcę tj. CGM.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis Załącznika 3.3 do SIWZ pkt 7f

Z: „Praca na stacjach roboczych wykorzystujących różne systemy operacyjne, w tym przynajmniej: MS Windows, Linux, MacOS.”

Na: „Praca na stacjach roboczych wykorzystujących różne systemy operacyjne, w tym przynajmniej: MS Windows.”

Pytanie 11. Załącznik 3.3 do SIWZ HIS wymagania ogólne, sekcja raporty. Prosimy o wskazanie zakresu danych do raportów.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz (Są to raporty standardowe, a ich kształt zostanie ustalony w czasie analizy przedwdrożeniowej)

Pytanie 12. Załącznik 3.3 do SIWZ HIS wymagania ogólne, pkt 7j. Prosimy o szczegółowe opisanie reguł weryfikacyjnych do wymogu.

Odpowiedź: Predefiniowana konfiguracja początkowa dająca pełną możliwość dowolnej konfiguracji reguł weryfikacyjnych.

Pytanie 13. Załącznik 3.3 do SIWZ HIS wymagania ogólne, pkt 7j P. Prosimy o opisanie jak system ma reagować na wymienione akcje systemowe.

Odpowiedź: Predefiniowana konfiguracja początkowa dająca pełną możliwość dowolnej konfiguracji reakcji systemu na wykonywane operacje.

Pytanie 14. Załącznik 3.3 do SIWZ HIS wymagania ogólne, pkt 7j. Prosimy o określenie wszystkich wymaganych reguł walidacji, reguł poprawności dokumentowania procesu leczniczego, poziomów ostrzeżeń.

Odpowiedź: Predefiniowana konfiguracja początkowa dająca możliwość dowolnej konfiguracji reguł walidacji, reguł poprawności dokumentowania procesu leczniczego, poziomów ostrzeżeń

Pytanie 15. Załącznik 3.3 do SIWZ HIS wymagania dla modułu Apteka, pkt 4 „Pełna integracja pomiędzy magazynami centralnymi i oddziałowymi w ramach jednego modelu bazy danych”.

Powyższy zapis wskazuje, że Zamawiający dopuszcza moduły w różnych technologiach i różnej specyfice skoro wymaga integracji. Wnosimy o rozważenie bezpiecznego rozwiązania spójnego i komplementarnego, co oznacza moduły systemu HIS, w tym apteka centralna i apteczka, LIS i RIS jednego producenta opartego na jednej bazie danych ze spójnym interfejsem, technologią, skrótami klawiaturowymi, helpem itd.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pytanie 16. Załącznik 3.3 do SIWZ HIS Apteczka Oddziałowa, pkt. 29 Prosimy Zamawiającego o przedstawienie oczekiwanej funkcjonalności, która miałaby być realizowania tym wymogiem lub o wykreślenie wymogu.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pytanie 17. Załącznik 3.3 do SIWZ HIS Blok operacyjny, pkt 3. Prosimy Zamawiającego o dokładne opisanie oczekiwanej funkcjonalności. Czy wymóg powyższy zostanie uznany za spełniany, jeśli ewidencja danych o zespole operacyjnym będzie umieszczona na jednym formularzu z pozostałymi informacjami?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pytanie 18. Załącznik 3.3 do SIWZ HIS Blok operacyjny, pkt 14. Prosimy Zamawiającego o dokładne określenie, jakie informacje powinny być możliwe do ewidencji realizacji w ramach tego wymogu?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt 14 w załączniku 3.3. do siwz.

Pytanie 19. Załącznik 3.3 do SIWZ HIS Moduł Rozliczenia z NFZ, pkt 12. Ponieważ NFZ zmienił model rozliczania, prosimy o wykreślenie wymogu ze specyfikacji.

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami NFZ

Pytanie 20. Załącznik 3.3 do SIWZ HIS Moduł Rozliczenia z NFZ, pkt 15. Prosimy o określenie, w jaki sposób Zamawiający oczekuje realizacji w/w wymogu w kontekście funkcjonalności dostępnej aplikacji OW/NFZ.

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami NFZ

Pytanie 21. Załącznik 3.3 do SIWZ HIS Kolejki Oczekujących, pkt 18, 19, 20, 21 – Ponieważ wymóg jest nieprecyzyjny, prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie, w jaki sposób miałby odbywać się obieg informacji realizowany poprzez system.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pytanie 22. Załącznik 3.3 do SIWZ HIS Moduł rejestracji do Poradni, pkt 23. Prosimy Zamawiającego o informację, czy wyżej wymieniony wymóg będzie akceptowany w sytuacji, gdy system będzie prezentował wolne zasoby z możliwością wyświetlenia zasobów zajętych oraz możliwością zapisu na zajęty obszar, w razie takiej konieczności.

Odpowiedź: TAK przy zachowaniu funkcjonalności: „

- konflikt ze względu na pacjenta – pacjent posiada w tym czasie wizytę,

- konflikt ze względu na gabinet – gabinet jest zajęty w danym czasie przez innego lekarza,

- konflikt ze względu na lekarza – lekarz ma wyznaczoną wizytę z innym pacjentem.”

Pytanie 23. Załącznik 3.3 do SIWZ HIS Moduł rejestracji do Poradni, pkt 35. Prosimy Zmawiającego o doprecyzowanie oczekiwanej funkcjonalności, w zakresie rejestracji serii wizyt z poziomu jednej funkcji. Czy oczekiwanie dotyczy rejestracji serii zabiegów na rehabilitację czy ogólnie do dowolnej specjalistyki? Jak, w tym kontekście, przebiegać ma proces zapisu pacjenta do kolejki oczekujących?

Odpowiedź: Rejestracja serii wizyt: Rehabilitacja, Zlecenia diagnostyczne.

Pytanie 24. Załącznik 3.4 do SIWZ ERP wymagania ogólne, pkt 3. Z uwagi na fakt, że w jednostce system będzie eksploatowany na jednej bazie danych prosimy o dopuszczenie systemu działającego na jednej bazie danych Oracle?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8

Pytanie 25. Załącznik 3.4 ERP wymagania ogólne, pkt 14. Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony, jeśli Harmonogramy pracy będą integralną częścią systemu ERP?

Pytanie 26. Załącznik 3.4 ERP Moduł Finanse i księgowość, pkt 5. Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony, jeśli system daje możliwość ręcznego wprowadzenia numeru konta analitycznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 27. Załącznik 3.4 ERP Moduł Finanse i księgowość, pkt 10. Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony, jeśli w części aplikacji dotyczącej sprawozdawczości możliwe jest podpinanie dynamicznie tworzonych grup kont księgowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 28. Załącznik 3.4 ERP Moduł Finanse i księgowość, pkt 11. Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony, jeśli w module Budżetowanie wykorzystywany jest plan kont z modułu FKK i możliwe jest podpinanie dynamicznie tworzonych grup kont księgowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 29. Załącznik 3.4 ERP Moduł Finanse i księgowość, pkt 85. Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony, jeżeli system umożliwi wygenerowanie danych niezbędnych do wypełnienia sprawozdania F-01/I-01?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 30. Załącznik 3.4 ERP Moduł Finanse i księgowość, pkt 92. Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony, jeśli konfiguracja deklaracji VAT jest robiona oddzielnie – nie na wprowadzanym dokumencie tylko jest stworzona dla wszystkich dokumentów wprowadzanych do systemu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 31. Załącznik 3.4 ERP Moduł Finanse i księgowość, pkt 118. Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony, jeśli wykorzystanie kartoteki indeksów materiałowych odbywa się jak założono w pytaniu, a podczas sprzedaży środków

trwałych faktura zostanie wystawiona w module sprzedaży, a następnie przypisana do środka trwałego w module środków trwałych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 32. Załącznik 3.4 ERP Moduł Finanse i księgowość, pkt 121. Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony, jeśli użytkownik będzie miał możliwość zmienić nazwę dokumentu (np. Faktura, Faktura VAT, Rachunek itp.), opis pod nazwą (np. pierwsza faktura zaliczkowa) oraz niemal każde standardowe sformułowanie zgodnie z potrzebą na danym rodzaju dokumentu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 33. Załącznik 3.4 ERP Moduł Finanse i księgowość, pkt 125. Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony, jeśli po wskazaniu faktury źródłowej, oraz wskazaniu pozycji do korekty, system podpowie pozycje wg schematu było/jest i w ten sposób umożliwi wygenerowanie faktury korygującej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 34. Załącznik 3.4 ERP Moduł Finanse i księgowość, pkt 147. Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony, jeśli istnieje możliwość wielokrotnej zmiany terminu płatności bez podania podstawy wykonania zmiany?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 35. Załącznik 3.4 ERP Moduł Kasa, pkt 11. Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony, jeśli podczas dekretacji kasy będzie niezbędne podanie konta przeciwnego do konta kasy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 36. Załącznik 3.4 ERP Moduł Środki Trwałe, pkt 2. Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony, jeśli będzie mógł uzupełnić datę wprowadzenia ulgi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 37. Załącznik 3.4 ERP Moduł Środki Trwałe, pkt 18. Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony, jeśli występuje eksport do plików TXT?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego ograniczenia. zgodnie z siwz

Pytanie 38. Załącznik 3.4 ERP Moduł Kadry, pkt 4. Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony, jeśli słowniki będą tworzone i aktualizowane przez użytkownika systemu?

Odpowiedź: Zamawiający uzna punkt za spełniony.

Pytanie 39. Załącznik 3.4 ERP Moduł Kadry, pkt 41. Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony, jeżeli system umożliwi wygenerowanie danych niezbędnych do wypełnienia sprawozdań statystycznych GUS, ZUS i MZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie przy czym wymaga aby dane te były dostępne w co najmniej formatach: xml, xls

Pytanie 40. Załącznik 3.4 ERP Moduł Kadry, pkt 50. Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony, jeśli w systemie będzie dostępna jedna kartoteka osobowa z możliwością filtrowania po rodzajach zatrudnienia?

Odpowiedź: Zamawiający uzna

Pytanie 41. Załącznik 3.7 Baza danych. Prosimy o wyjaśnienie czemu ma służyć wymóg dostarczenia systemu niezależnego od bazy danych skoro zamawiający wymaga dostarczenia bezterminowych licencji bazy danych Oracle Standard Edition wraz z asystą techniczną na 60 miesięcy? Zakup kolejnej komercyjnej bazy danych w trakcie trwania projektu będzie nieuzasadniony z przyczyn ekonomicznych stąd niezależność od motoru bazy danych wydaje się nie mieć zastosowania i sensu.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis Załącznika 3.7 do SIWZ pkt 1 usuwając zapis:

„Dla zapewnienia efektywności i elastyczności kosztowej projektu, przy jednoczesnym zapewnieniu projektowi bezpieczeństwa spójności danych medycznych w przyszłości, Zamawiający przewiduje użycie komercyjnych silników baz danych dla aplikacji HIS/ERP, przy czym niezależność systemu HIS od motoru bazy danych powinna być zapewniona dzięki możliwości jego obsługi przez minimum dwa komercyjne, relacyjne motory baz danych głównych dostawców na rynku.”

Pytanie 42. Prosimy o wskazanie jakie systemy Zamawiający aktualnie eksploatuje ze wskazaniem nazwy modułu, ilości oraz zakresu danych niezbędnych do migracji

wraz z określeniem firmy aktualnie serwisującej. Czy Zamawiający pokryje koszty związane z podmiotami trzecim?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia migracji

Pytanie 43. W jakim obszarze systemy obecnie eksploatowane pokrywają się z obecnym przedmiotem Zamówienia, czy dopuszczalna jest rozbudowa lub aktualizacja? Takie podejście pozwoli efektywniej wykorzystać środki finansowe Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich nowych licencji

Pytanie 44. Czy Zamawiający udostępni dane do przeniesienia z obecnie używanego systemu lub alternatywnie czy udostępni ich strukturę wraz z opisem co umożliwi wykonanie migracji przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia migracji

Pytanie 45. Jakie są szacowane wolumeny danych wymagających przeniesienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia migracji

Pytanie 46. Czy w ramach przeniesienia danych po stronie Wykonawcy będzie leżał proces ich normalizacji i uzupełnienia do postaci, w jakiej możliwa będzie ich poprawna prezentacja w systemie dostarczonym przez Wykonawcę? (chodzi o przypadki, w których w obecnym systemie określona informacja jest pielęgnowana w kilku rekordach, natomiast w nowym systemie zbiorczo w jednym lub system ten wymaga do prawidłowej prezentacji naniesienia dodatkowych informacji manualnie).

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia migracji

Pytanie 47. Czy Zamawiający oczekuje przeniesienia danych rozliczeniowych w taki sposób aby w dostarczonym systemie HIS było możliwe wykonanie korekt, aneksów i spójnych statystyk? Za jaki okres należy wykonać przeniesienie? Czy Zamawiający oczekuje spójnych danych w jednym systemie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia migracji

Pytanie 48 Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę kierownika robót elektrycznych i kierownika robót sanitarnych.

Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych czynności wykonywane przez kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), zasadniczo nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują. Prosimy o zmianę warunku w wyżej wymienionym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z siwz i ze wzoru umowy wymóg zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1502 ze zm.) tj. kierowników, o których mowa w pkt 1, 4, 5 tabeli

Pytanie 49 SIWZ, strona 15 punkt 2 (wersy 18-21 od dołu) warunki dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Prosimy o korektę numeracji wskazanej w treści wymogu, tj. paragraf 5.II ust. 2 pkt 2 lit. a, ponieważ w SIWZ nie ma punktu wskazanego przez Zamawiającego, nie można dokładnie określić wymogu Zamawiającego. Ponadto numeracja nie jest jasna dla Oferenta – są dwa punkty „II” (rzymskie dwa). Prosimy o dokładne wskazanie wymagania i korektę numeracji.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ww. punkt z siwz

Pytanie 50 SIWZ, Paragraf 8 punkt 4

Zamawiający zawarł błędny numer postępowania. Prosimy o korektę punktu.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał już wcześniej korekty w ww. zakresie.

Pytanie 51 SIWZ, Paragraf 8 punkt 5

Czy Zamawiający zawarł błędny adres do korespondencji, czy jest to adres na który ma zostać przekazywana dokumentacja?

Odpowiedź: Zamawiający dokonał już wcześniej korekty w ww. zakresie.

Pytanie 52 nr konta wadium

W związku z pytaniem 50 i 51 prosimy o potwierdzenie, że numer konta do wpłat wadium jest prawidłowy?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że numer jest prawidłowy.

Pytanie 53 Data składania ofert

W SIWZ określono datę 11 sierpnia, natomiast tabela na stronie 30 określa datę 1 sierpnia. prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał już wcześniej korekty w ww. zakresie.

Pytanie 54 kryteria oceny ofert

W przypadku ceny Zamawiający wpisał wartość 55%, po czym określił wagę kryterium na 20%. Prosimy o korektę punktu.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 55 Załącznik 3.9 do SIWZ Strona 37 punkt 35 tabeli

Zamawiający wymaga oświadczenia producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego wymaganego serwisu. Informujemy, że ani producent, ani autoryzowany partner serwisowy nie jest stroną postępowania, dlatego nie jest zobligowany do wystawiania oświadczeń dotyczących niniejszego postępowania. Prosimy o potwierdzenie, że to Wykonawca gwarantuje dostęp do serwisu i podaje dane serwisu autoryzowanego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 56

Dot. Wiersz 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której obie czasze posiadają 81 białych diod LED emitujące białe światło ? oferowane rozwiązanie jest dużo bardziej nowoczesne niż wymagana przez Zamawiającego przestarzała technologia diod kolorowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 57

Dot. Wiersz 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której obie czasze posiadają możliwość regulacji pola zabiegowe w zakresie 19-32 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 59

Dot. Wiersz 14: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, która może pracować w dwóch temperaturach barwowych 4500 oraz 5000 K ? regulacja temperatury barwowej odbywa się poprzez panel sterowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 60

Dot. Wiersz 16: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, która posiada wskaźnik odwzorowania RA na poziomie 96 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 61

Dot. Wiersz 17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, która posiada wskaźnik oddawania barwy czerwonej R9 na poziomie 90 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 62

Dot. Wiersz 22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której czasie mają możliwość obrotu wokół punktu mocowania 360°, w przegubie łączącym ramiona 360° zaś w kącie obrotu kopuły wynosi 330° ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 63

Dot. Wiersz 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której obie czasze posiadają 72 białe diody LED emitujące białe światło ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 64

Dot. Wiersz 4 i 12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której regulacja średnicy oświetlenia odbywa się poprzez obrót sterylizowalnego uchwyty centralnego ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 65

Dot. Wiersz 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której średnica dla obu czasz, pola d10 wynosi 42 cm a pola D50 wynosi 26 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 66

Załącznik 3.3 do SIWZ, pkt nr 18 – Moduł Sterylizatornia

Załącznik 3.3, punkt 18, pozycja 6

Prosimy o doprecyzowanie na czym ma polegać „Obsługa sterylizatorni”.

Odpowiedź: Ww punkt mówi o „Obsłudze sterylizacji”

Pytanie 67

Załącznik 3.3, punkt 18, pozycja 9

Prosimy o doprecyzowanie czego ma dotyczyć oraz na czym ma polegać „Ewidencjonowanie”.

Odpowiedź: Zamawiającemu chodzi o ewidencjonowanie procesu sterylizacji

Pytanie 68

Załącznik 3.3, punkt 18, pozycja 10

Prosimy o doprecyzowanie co kryje się pod pojęciem „Raporty standardowe”.

Odpowiedź: System powinien posiadać możliwość generowania Raportów. Ich zakres zostanie ustalony podczas analizy przedwdrożeniowej

Pytanie 69

Załącznik 3.3, punkt 18, pozycja 11

Prosimy o doprecyzowanie funkcji ewidencji obsługi procesu sterylizacji (warunki sterylizacji).

Odpowiedź: Zamawiającemu chodzi o ewidencję warunków sterylizacji

Pytanie 70

Załącznik 3.3, punkt 18

Dobry system informatyczny do CS- moduł Sterylizatornia-powinien być podłączony oraz powinien rejestrować pracę urządzeń technologicznych (sterylizatory, myjnie-dezynfektory, zgrzewarki), znajdujących się w sterylizatorni. Czy Zamawiający wymaga, aby system

informatyczny – moduł Sterylizatornia- był podłączony do urządzeń technologicznych w CS oraz rejestrował ich pracę?

Jeśli tak, to prosimy o podanie, jakie urządzenia technologiczne znajdują się w CS Zamawiającego (rodzaj, nazwa producenta, ilości).

Odpowiedź: Na tym etapie Zamawiający nie wymaga

Pytanie 71

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga

Pytanie 72

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga

Pytanie 73

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga

Pytanie 74

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zastosowania procedury

Pytanie 75

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 76

Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active Directory?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 77

Proszę o informację, czy w zakresie Zadania 7 dotyczącego Infrastruktury IT szczegółowo opisanego w „Załączniku nr 3.9 do SIWZ Zad 7 Infrastruktura IT”, zamawiający wymaga wykonania oraz uzyskania certyfikacji wieloletniej systemu okablowania strukturalnego w klasie EA z wykorzystaniem kabla min kat 7 SFTP?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga certyfikacji na poziomie min 6a

Pytanie 78

ZADANIE 6 – INFRASTRUKTURA TELEMEDYCZNA

2. System RTG kostno-płucny – 1 szt.

LAMPA RTG DLA KOLUMNY PODŁOGOWEJ

Pozycja nr 20

Pojemność cieplna kołpaka ≥ 2500 kHU

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat RTG z lampą rentgenowską o większej niż wymagana pojemności cieplnej anody i pojemności cieplnej kołpaka 1250 kHU produkcji Toshiba?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 79

STÓŁ PACJENTA

Pozycja nr 29

Odległość blat detektor ≤ 65 mm

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat RTG w którym odległość pomiędzy blatem stołu a detektorem wynosi 80 mm ?

Proponowany przez nas aparat wyposażony jest w bardzo czuły detektor o wysokim współczynniku DQE oraz nisko absorbujący blat stołu. Producent optymalnie dopasował poszczególne parametry tak, aby otrzymywany obraz był bardzo dobrej jakości przy względnie niskich parametrach ekspozycji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 80

Pozycja nr 30

Zakres ruchu szuflady z detektorem ≥ 55 cm

Czy Zamawiający dopuści aparat ze stołem RTG w którym zakres poziomego ruchu detektora wynosi 39 cm a ruch wzdłużny blatu pacjenta wynosi 77 cm. Taka konfiguracja zapewnia całkowite pokrycie pacjenta wiązką RTG bez potrzeby jego przemieszczania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 81

Pozycja nr 31

Ruch wzdłużny blatu pacjenta $\geq \pm 45$ cm

Czy Zamawiający dopuści aparat ze stołem RTG w którym zakres poziomego ruchu detektora wynosi 39 cm a ruch wzdłużny blatu pacjenta wynosi 77 cm ($\pm 38,5$ cm). Taka konfiguracja zapewnia całkowite pokrycie pacjenta wiązką RTG bez potrzeby jego przemieszczania

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 82

Pozycja nr 33

Wymiary blatu pacjenta $\geq 230 \times 80$ cm

Czy Zamawiający dopuści stół RTG o wymiarach blatu 216×90 cm?

Proponowane wymiary blatu stołu zapewniają większą powierzchnię niż wymagana przez Zamawiającego. Różnica długości blatu jest praktycznie nieodczuwalna, natomiast chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że oferowany przez nas blat jest znacznie szerszy od wymaganego co zdecydowanie ułatwi pozycjonowanie pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 83

Pozycja nr 34

Kratka przeciwrozproszeniowa min: R10:1; F: 115 cm (+/- 10%)

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z kratką przeciwrozproszeniową o z ogniskową nominalną 100 cm i zakresie ogniskowych 34"-44" (86 cm - 112 cm) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 84

STOJAK DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH

Pozycja nr 53

Kratka przeciwrozproszeniowa min: R10; F: ≥ 150 cm

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z kratką przeciwrozproszeniową o z ogniskową nominalną 130 cm i zakresie ogniskowych 40"-72" (102cm - 183cm) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 85

DETEKTOR CYFROWY DO STOŁU I STATYWU

Pozycja nr 65

Czas wyświetlania zdjęcia w pełnej rozdzielczości ≤ 9 s

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z detektorem cyfrowym, w którym podgląd obrazu dostępny jest już po 3 sekundach a jego wyświetlenie w pełnej rozdzielczości zajmuje maksymalnie 12s?

Różnica pomiędzy wymaganą wartością a proponowaną w porównaniu z czasem potrzebnym na przeprowadzenie całego badania jest praktycznie nieodczuwalna. Natomiast czas akwizycji obrazu przeglądowego i wyświetlenia na stacji akwizycyjnej wynosi 3s.

Różnica w czasie wyświetlenia obrazu końcowego wynika z lepszej jakości otrzymywanych obrazów (więcej danych do przesłania), niż wymagania minimalne Zamawiającego.

Oferowane detektory posiadają większą ilość pikseli w matrycy i większą głębokość akwizycji od wymaganej przez Zamawiającego w związku z czym otrzymywany obraz jest w wyższej rozdzielczości co umożliwia lepszą diagnostykę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 86

Pozycja nr 60

Rozmiar matrycy detektora $\geq 35 \times 43 \text{ cm}$

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z detektorem cyfrowym o rozmiarze mechanicznym przekraczającym wymaganie Zamawiającego, gdzie część aktywna wynosi $35 \times 42,3 \text{ cm}$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 87

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji spełnienia wymagań należy załączyć materiały prospektowe, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu (w języku angielskim lub polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).

Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie oferowanych parametrów aparatu RTG oświadczeniem producenta w przypadku, gdyby oficjalne materiały producenta nie zawierały wszystkich opisywanych w SIWZ parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 88

Wzór umowy

Par. 9 ust. 28 Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na nowy w przypadku, gdy po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych w okresie objętym gwarancją będzie on nadal wykazywał wady uniemożliwiające eksploatację go zgodnie z przeznaczeniem, przy czym w przypadku sprzętu posiadającego dysk twardy, Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia dysku twardego u Zamawiającego.

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku aparatu RTG poprzez "wymianę sprzętu na nowy" Zamawiający rozumie wymianę wadliwego podzespołu aparatu, np. szuflady, a nie całego aparatu RTG.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 89

Czy Zamawiający dopuści równoważny ultrasonograf o znacznie lepszych parametrach posiadający monitor 17 cali z możliwością pełnego powiększenia obrazu. Takie rozwiązanie znacznie przewyższa wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 90

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf posiadający bramkę dopplerowską w zakresie 0,5-20mm oraz kąt korekcji bramki dopplerowskiej od 0 do 80st.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 91

Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający automatyczny pomiar kompleksu Intima-media?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 92

Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości rozbudowy na dzień składania ofert o 3D z głowicy sektorowej oraz głowic cewnikowych wewnątrz-sercowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 93

Prosimy o potwierdzenie czy aparat ma posiadać tzw. dual Doppler (dwie bramki dopplerowskie w czasie rzeczywistym)? Funkcja ta jest standardem badań naczyniowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 94

Punkt 3.

Czy Zamawiający dopuści renomowanej marki, wysokiej klasy cyfrowy aparat RTG, który posiada częstotliwość generatora 30 kHz ? Zamawiający premiuje rozwiązanie typowo technologiczne, niezrozumiałe od strony aplikacyjnej i merytoryki wykonywania badań. Zamawiający premiuje czysto technologiczne rozwiązanie tym samym skutecznie ograniczając zasadę konkurencyjności. Technologia aparatu oferowanego przez naszą firmę zezwala na wykonywanie wszelkich badań z zakresu aplikacji dotyczących radiografii cyfrowej za pośrednictwem stacjonarnego aparatu RTG ze stołem i statywem.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania dla realizacji tego wymogu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 95

Punkt 20.

Czy Zamawiający dopuści renomowanej marki, wysokiej klasy cyfrowy aparat RTG, który posiada lampę RTG z pojemnością cieplną kołpaka 1250 KHU ? Zamawiający premiuje czysto technologiczne rozwiązanie tym samym skutecznie ograniczając zasadę konkurencyjności. Technologia aparatu oferowanego przez naszą firmę zezwala na wykonywanie wszelkich badań z zakresu aplikacji dotyczących radiografii cyfrowej za pośrednictwem stacjonarnego aparatu RTG ze stołem i statywem. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania dla realizacji tego wymogu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 96

Punkt 30.

Czy Zamawiający dopuści renomowanej marki, wysokiej klasy cyfrowy aparat RTG, który posiada stół pacjenta z zakresem ruchu szuflady z detektorem 35 cm ? Zamawiający premiuje czysto technologiczne rozwiązanie tym samym skutecznie ograniczając zasadę konkurencyjności. Technologia aparatu oferowanego przez naszą firmę zezwala na wykonywanie wszelkich badań z zakresu aplikacji dotyczących radiografii cyfrowej za pośrednictwem stacjonarnego aparatu RTG ze stołem i statywem. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania dla realizacji tego wymogu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 97

Punkt 33.

Czy Zamawiający dopuści renomowanej marki, wysokiej klasy cyfrowy aparat RTG, który posiada blat pacjenta o wymiarach 220x81 cm ? Proponowane przez nas wymiary blatu stołu oferują łatwiejsze pozycjonowanie pacjentów. Zamawiający premiuje czysto technologiczne rozwiązanie tym samym skutecznie ograniczając zasadę konkurencyjności. Technologia aparatu oferowanego przez naszą firmę zezwala na

wykonywanie wszelkich badań z zakresu aplikacji dotyczących radiografii cyfrowej za pośrednictwem stacjonarnego aparatu RTG ze stołem i statywem. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania dla realizacji tego wymogu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 98

Punkt 37.

Czy Zamawiający dopuści renomowanej marki, wysokiej klasy cyfrowy aparat RTG, który nie posiada zabezpieczenia przed przypadkowym włączeniem, zwolnieniem blokad ? Zamawiający premiuje rozwiązanie typowo technologiczne, niezrozumiałe od strony aplikacyjnej i merytoryki wykonywania badań.

Zamawiający premiuje czysto technologiczne rozwiązanie tym samym skutecznie ograniczając zasadę konkurencyjności. Technologia aparatu oferowanego przez naszą firmę zezwala na wykonywanie wszelkich badań z zakresu aplikacji dotyczących radiografii cyfrowej za pośrednictwem stacjonarnego aparatu RTG ze stołem i statywem. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania dla realizacji tego wymogu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 99

Punkt 46.

Czy Zamawiający dopuści renomowanej marki, wysokiej klasy cyfrowy aparat RTG, który posiada kolumnę wolnostojącą o najniższym położeniu ogniska od podłogi w odległości 42 cm ?

Zamawiający premiuje czysto technologiczne rozwiązanie tym samym skutecznie ograniczając zasadę konkurencyjności. Technologia aparatu oferowanego przez naszą firmę zezwala na wykonywanie wszelkich badań z zakresu aplikacji dotyczących radiografii cyfrowej za pośrednictwem stacjonarnego aparatu RTG ze stołem i statywem. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania dla realizacji tego wymogu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 100

Punkt 49.

Czy Zamawiający dopuści renomowanej marki, wysokiej klasy cyfrowy aparat RTG, który posiada stojak do zdjęć odległościowych o minimalnej odległości promienia centralnego od podłogi w odległości 42 cm ?

Zamawiający premiuje czysto technologiczne rozwiązanie tym samym skutecznie ograniczając zasadę konkurencyjności. Technologia aparatu oferowanego przez naszą firmę zezwala na wykonywanie wszelkich badań z zakresu aplikacji dotyczących radiografii cyfrowej za pośrednictwem stacjonarnego aparatu RTG ze stołem i statywem. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania dla realizacji tego wymogu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 101

Punkt 63.

Czy Zamawiający dopuści renomowanej marki, wysokiej klasy cyfrowy aparat RTG, który posiada detektor cyfrowy o rozdzielczości detektora 3032x2436 pikseli ?

Zamawiający premiuje czysto technologiczne rozwiązanie tym samym skutecznie ograniczając zasadę konkurencyjności. Technologia aparatu oferowanego przez naszą firmę zezwala na wykonywanie wszelkich badań z zakresu aplikacji dotyczących radiografii cyfrowej za pośrednictwem stacjonarnego aparatu RTG ze stołem i statywem. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania dla realizacji tego wymogu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Dodatkowo Zamawiający informuje, że w postępowaniu obowiązują Rekomendacje Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne dostępne na stronie www.uzp.gov.pl.