

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy :

Pak Nr 1- łóżka szpitalne – 22 sztuki

Pak Nr 2- myjka -1 sztuka

Pak Nr 3- aparat do resuscytacji noworodka –1 sztuka

Znak sprawy: 18/2018

Dotyczy Pakiet nr 2:

1. Czy Zamawiający dopuści myjnię wyposażoną w 20 dedykowanych programów mycia i dezynfekcji w tym 3 wybierane dedykowanymi klawiszami a pozostałe wybierane z rozwianej listy przy czym do każdego z 3 klawiszy umieszczonych na panelu głównym można przypisać dowolny program mycia dezynfekcji?

Odp. Tak

Dotyczy pakietu nr 2 – myjnia-dezynfektor.

1. Prosimy o dopuszczenie do postępowania myjni-dezynfektora z możliwością wyboru 3 programów za pomocą 3 dedykowanych klawiszy, natomiast wszystkich pozostałych programów dostępnych za pomocą 4 klawisza.

Odp. Tak

2. Dotyczy pozycji 1.2: Wsad do mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii) Dotyczy wymagania: „Możliwość załadunku narzędzi o maksymalnej długości min. 550 mm” Prosimy o wyjaśnienie, czy wyżej wymieniona długość narzędzi laparoskopowych wynika z faktycznych potrzeb Zamawiającego? Jeżeli nie, wyżej wymieniony wymóg ogranicza konkurencję, w związku z czym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania wsadu do mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii) z możliwością załadunku narzędzi o maksymalnej długości min. 500 mm.

Odp. Zgoda

3. Dotyczy pozycji 5 – zbiornik magazynowy wody stojący.

Prosimy o dopuszczenie zbiornika wyposażonego w zawór pływakowy zamiast 2 czujników poziomu cieczy. Rozwiązanie te jest równoważne funkcjonalnie do rozwiązania wymaganego przez Zamawiającego oraz bardziej korzystne ekonomicznie. Równocześnie możemy zaoferować osmozer (pozycja 4) wyposażony w czujnik obecności cieczy.

Odp. Tak

4. Prosimy o dopuszczenie do postępowania myjni-dezynfektora nie posiadającego złącza typu VGA – złącze VGA jest wyjściem służącym do podłączenia zewnętrznego monitora, nie jest instalowane w myjniach-dezynfektorach i według naszej wiedzy żadne z dostępnych na rynku urządzeń nie jest wyposażone w takie rozwiązanie.

Odp. Tak

5. Prosimy o dopuszczenie do postępowania myjni-dezynfektora nie posiadającego możliwości wymiany danych poprzez otwarty protokół HL7, który służy do wymiany danych pomiędzy systemami komputerowymi najczęściej bazodanowymi, a nie pomiędzy wyrobem medycznym a systemem komputerowym.

Odp. Tak