

Maków Mazowiecki , dnia 09.11.2017r

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Zakładów
Ul. Witosa 2
06-200 Maków Mazowiecki

**WNIOSEK O WYJAŚNIENIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Znak sprawy: 19/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy nici chirurgicznych – 10 pakietów

Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści szew pleciony, niewchłaniający, jedwabny, oczyszczony z naturalnych wosków i klejów w celu zmniejszenia odczynowości, impregnowany woskiem?

Odp. Tak

Pakiet nr 1, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści podwiązki o dł. 180 cm?

Odp. Tak

Pakiet nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę o dł. 31 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłaniający, wykonany z polidoksanonu, z nieścieralnym powłoczeniem, okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni, okres wchłaniania 182 - 238 dni?

Odp. Tak

Pakiet nr 2, poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą oraz nitkę o dł. 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Pakiet nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę o dł. 26mm oraz nitkę o dł. 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Pakiet nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igłę o dł. 31mm oraz nitkę o dł. 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Pakiet nr 3, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę o dł. 36 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Pakiet nr 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści nitkę o dł. 100 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Pakiet nr 3, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści igłę 48mm, ½ koła oraz nitkę o dł. 100 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłaniający, z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni, okres wchłaniania 56-70 dni, zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - minimum 75%, po 21 dniach - minimum 50%, po 28 dniach - minimum 25%?

Odp. Tak

Pakiet nr 4, poz. 1-7, 10

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą, rozwarstwiającą?

Odp. Nie

Pakiet 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę o dł. 36mm?

Odp. Tak

Pakiet 4, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę o dł. 26mm?

Odp. Tak

Pakiet 4, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści igłę o dł. 36mm oraz nitkę o dł. 75 cm?

Odp. Nie

Pakiet 4, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą, wzmocnioną o dł. 31mm?

Odp. Tak

Pakiet 4, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągło-tnącą, haczyk o dł. 31mm?

Odp. Tak

Pakiet 4, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści nitkę o dł. 90 cm?

Odp. Tak

Pakiet 4, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą, wzmocnioną?

Odp. Tak

Pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłaniający, wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, z nieścieralnym powleczeniem, okres podtrzymywania tkankowego 21 - 28 dni, okres wchłaniania 90 - 120 dni?

Odp. Tak

Pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści nitkę o dł. 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Pakiet nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nitkę o dł. 70cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Pakiet nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą, rozwarstwiającą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Pakiet nr 8, poz. 6 (czwarta w kolejności)

Czy Zamawiający dopuści igłę o dł. 30mm oraz nitkę o dł. 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Pakiet nr 8, poz. 6 (czwarta w kolejności)

Czy Zamawiający dopuści nitkę o rozmiarze 3/0, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycji nr 5

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 5 igłę o długości 25mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Dotyczy Pakietu nr 2, Pozycji nr 2,3,5

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycjach nr 2,3,5 nić o długości 70cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Dotyczy Pakietu nr 2, Pozycji nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 4 nić o długości 70cm oraz igłę o długości 26mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Dotyczy Pakietu nr 2, Pozycji nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 6 nić o długości 70cm oraz igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Dotyczy Pakietu nr 2, Pozycji nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 7 igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Dotyczy Pakietu nr 4, Pozycji nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 2 nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Dotyczy Pakietu nr 4, Pozycji nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 2 igłę o długości 40mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Dotyczy Pakietu nr 4, Pozycji nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 4 igłę o długości 22mm lub/i 26mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Dotyczy Pakietu nr 4, Pozycji nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 6 igłę o długości 18mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Dotyczy Pakietu nr 4, Pozycji nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 7 igłę o długości 36mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Dotyczy Pakietu nr 4, Pozycji nr 9

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 9 igłę o długości 27mm i krzywiznie 5/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Dotyczy Pakietu nr 4, Pozycji nr 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z Pakietu nr 4, Pozycji nr 9.

Dopuszczenie w/w rozwiązania umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odp. Nie

Dotyczy Pakietu nr 4, Pozycji nr 10 i 11

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycjach nr 10 i 11 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Dotyczy Pakietu nr 5, Pozycji nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, Pozycji nr 1 szew wchłaniający się 90-120 dni oraz nić o długości 70cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak