

Numer sprawy: 10/2018 SAMOCHÓD SANITARNY

Nazwa zadania: **Dostawa 1 szt. ambulansu typu C**

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy Wam zaoferować ambulans Renault Master 170 dCi w zabudowie firmy Autoform z Mysłowic niestety producent pojazdy bazowego w tym modelu nie przewiduje kurtyn powietrznych.

W związku z tym chcielibyśmy zadać jedno pytanie:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający zamiast kurtyn powietrznych boczne poduszki powietrzne o powiększonym polu ochrony ?

Odp. Zgoda