

Znak sprawy:13/2018

Pytanie 1 dotyczy pakietu 35

Prosimy o udzielenie informacji czy w zestawie jest monitor z modulem gazowym produkcji GE Healthcare/ Datex Ohmeda (podać typ), który należy uwzględnić w ofercie cenowej przeglądu aparatu Aespire. Jeśli jest innej produkcji prosba o wydzielenie do innego pakietu.

Odp. CAM –S/5 monitor z modulem gazowym posiada przegląd do 2020 r.

Pytanie 2 do SIWZ

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca był zamieszczony w wykazie podmiotów o których mowa w art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03) i posiadał aktualne uprawnienia wynikające ze statusu autoryzowanego serwisu w zakresie przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego? Jednocześnie nadmieniamy, iż w/w wymóg nie stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych dlatego, że każdy podmiot na rynku może ubiegać się o uzyskanie autoryzacji na świadczenie usług serwisowych, która potwierdza standardy profesjonalnej obsługi serwisowej zapewniającej maksymalne bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego.

Odp. SIWZ

Pytanie 3 do SIWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie do SIWZ wymogu, którego spełnienie wymaga dostarczenia aktualnych (nie starszych niż 2 lata ze względu na wprowadzane przez producenta nowych rozwiązań technicznych i udoskonaleń sprzętu) dokumentów (CERTYFIKATY), potwierdzających regularne szkolenia inżynierów?

Odp. SIWZ

1. Dot. §2 pkt II ppkt 7 Wzoru Umowy

Bardzo prosimy o potwierdzenie, iż ww. zapis nie oznacza, iż w ramach przedmiotowej umowy w okresie jej trwania Zamawiający wymaga wykonywania w cenie oferty również napraw wskazanych sprzętów.

Odp. Tylko przeglądy]

W związku z dniem wolnym przypadającym dnia 31.05.2018 r. zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 6.06.2018 r. Powyższe pozwoli Wykonawcom na odpowiednie przygotowanie ofert oraz pozwoli na złożenie ofert w terminie, co w przypadku wskazanego obecnie terminu tj. dnia 1.06.2018 r. godz. 9:00 jest istotnie utrudnione.

Odp. Zamawiający przychyła się do prośby Wykonawcy i przedłuż okres składania i otwarcia ofert do 11.06.2018, godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.