

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: **REGAŁ LISTWOWY Z 2 KOSZAMI**

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji: 2018

LP.	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE	WYMAGANIA TAK/ NIE	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Regał listwowy na kosze sterylizacyjne mocowany do ściany	TAK	
2.	Wszystkie elementy regału wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub równoważnej	TAK	
3.	Konstrukcja nośna regału: - 1x komplet listew nośnych z kształtownika o przekroju minimum 30x30mm, z zaczepami do półek kosзовych	TAK	
4.	Wyposażenie regału: - kosz o wymiarach: 575x280x135 mm – x 2	TAK	
5.	Wymiary: - wysokość: 600 mm (+/-30mm) - szerokość: 575 mm (+/-30mm) - głębokość: 305 mm (+/-30mm)	TAK, podać	
6.	Gwarancja min. 36 m-ce przyzna O punktów Każdy dodatkowy rok powyżej 36 miesięcy . Wykonawca otrzyma 10 punktów w kryterium gwarancja za każdy dodatkowy rok . Ofercie o najdłuższym okresie gwarancji 60 miesięcy Wykonawca otrzyma 20 % w kryterium okres gwarancji.	Tak, podać	

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego systemu zabudowy – dołączyć do oferty

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu w wskazanym miejscu przez Zamawiającego będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

Po wykonaniu montażu Wykonawca przywróci pomieszczenia do stanu z przed montażu

.....
podpis Wykonawcy