

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH**POZ. – Wózek transportowy dla pacjenta siedzącego – 1 SZT.**

Producent:

Typ / model oferowanego urządzenia:

Lp.	Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne	Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne”)
I.	Wymagania ogólne	X	
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2017	Podać	
2.	Typ, nazwa oferowanego urządzenia	Podać	
II.	Wymagania szczegółowe	X	
1.	Konstrukcja wózka o wzmocnionej konstrukcji	TAK	
2.	Uchylne i demontowalne podnóżki i podłokietniki	TAK	
3.	Łatwo zmywalna tapicerka z możliwością dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami	TAK	
4.	Wózek wyposażony w pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem	TAK	
5.	Opony bezdętkowe	TAK	
6.	Maksymalny udźwig min. 140 kg	TAK, podać	
7.	Szerokość siedziska min. 48 cm	TAK, podać	

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH• **WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH W POZYCJI LEŻĄCEJ -1 SZT.**

Producent:

Typ / model oferowanego urządzenia:

Lp.	Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne	Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne”)
X	Wymagania szczegółowe	X	
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018	TAK	
2.	Wymiary zewnętrzne 2150 x 700 mm (+/- 20 mm)	TAK podać	
3.	Wymiary leża 1950 x 600 mm (+/- 20 mm)	TAK podać	
4.	Zakres regulacja wysokości leża (bez materaca) 530 - 880 mm (+/- 20 mm) – regulacja za pomocą nożnej pompy hydraulicznej poprzez dźwignie umieszczone po obu dłuższych stronach wózka. Dźwignie muszą być oznaczone innym kolorem niż dźwignie przechyłów wzdłużnych.	TAK opisać	
5.	Dwusegmentowe leże wózka winno być umieszczone na dwóch kolumnach pokrytych osłonami z tworzywa sztucznego – odpornego na środki dezynfekcyjno-myjące. Leże przeziernie dla promieniowania RTG.	TAK	
6.	Wózek wyposażony w cztery odbojniki umieszczone w narożach leża.	TAK	
7.	Wózek wyposażony w cztery składane uchwyty do prowadzenia umieszczone od strony głowy i nóg (po dwa uchwyty na stronę)	TAK	
8.	Oparcie pleców regulowane w zakresie min. od 0 do 85 stopni. Podnoszenie wspomagane dwoma sprężynami gazowymi z blokadą	TAK opisać	

Lp.	Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne	Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne”)
9.	Wózek wyposażony w materac o grubości min. 80 mm. Materac winien znajdować się w pokryciu zmywalnym odpornym na środki dezynfekcyjno-myjące umożliwiającym jego zdjęcie i dezynfekcję.	TAK	
10.	Zabezpieczenie materaca przed przesuwaniem się min. z trzech stron leża	TAK opisać	
11.	Konstrukcja wózka wyposażona w minimum 4 otwory rozmieszczonych w 4 narożach wózka – otwory do mocowania wyposażenia dodatkowego umożliwiające mocowanie np. wieszaka kroplówki czy półki pod aparaturę	TAK podać	
12.	Wózek wyposażony w barierki boczne (po obu stronach). Barierki boczne wykonane z aluminium. Składanie barierki za pomocą przycisku (guzika) zwalniającego blokadę. Przycisk zwalniający winien znajdować się od strony nóg pacjenta aby pacjent samowolnie nie mógł zwolnić blokady.	TAK opisać	
13.	Dopuszczalne obciążenie robocze pozwalające na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. reanimacji min. 250 kg	TAK podać	
14.	Regulacja przechyłów wzdłużnych nożna hydrauliczna min. +/- 18 ° - dźwignie oznaczone innym kolorem (Trendelenburg, anty-Trendelenburg) umieszczone minimum z trzech stron wózka	TAK podać	
15.	System jezdny wyposażony w 5-te koło wspomagające jazdę	TAK	
16.	System blokady centralnej kół – dźwignia umieszczona przynajmniej od strony nóg pacjenta	TAK	
17.	System blokady pozwalający na: - odblokowanie kół - opuszczenie 5 koła wspomagającego jazdę kierunkową na wprost - zablokowanie wszystkich kół	TAK	
18.	Koła jezdne o średnicy min. 200 mm. Koła wykonane z materiału nie brudzącego podłoża	TAK podać	
19.	Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanymi miejscami np. na butle z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta	TAK	
20.	Waga wózka < 100 kg	TAK (podać)	
21.	Wyposażenie dodatkowe: Teleskopowy wieszak kroplówki składany na ramę leża	TAK	
22.	Wózek z produkcji seryjnej o parametrach nie modyfikowanych dla potrzeb niniejszego postępowania przetargowego	TAK	
23.	Deklaracja Zgodności	TAK (załączyć)	
24.	Gwarancja min. 36 m-ce przyzna O punktów) Każdy dodatkowy rok powyżej 36 miesięcy . Wykonawca otrzyma 10 punktów w kryterium gwarancja za każdy dodatkowy rok . Ofercie o najdłuższym okresie gwarancji 60 miesięcy Wykonawca otrzyma 20 % w kryterium okres gwarancji.	TAK	

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu w wskazanym miejscu przez Zamawiającego będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

podpis Wykonawcy