

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: **TABORET OPERATORA**
 Nazwa i typ:
 Producent:
 Rok produkcji: 2018

LP.	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE	WYMAGANIA TAK/ NIE	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Siedzisko tapicerowane o średnicy 360 mm (+/- 20 mm), obite materiałem łatwozmywalnym i odpornym na dezynfekcję, Kolorystyka tapicerki do wyboru (min. 10 kolorów)	TAK, podać	
2.	Konstrukcja ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub równoważna	TAK	
3.	Średnica podstawy: 600 mm (+/- 20 mm), podstawa pięcioramienna na kołach w obudowie ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą	TAK, podać	
4.	Wysokość regulowana za pomocą siłownika pneumatycznego dźwignią ręczną w zakresie: 480-600 mm (+/- 20 mm)	TAK, podać	
5.	Gwarancja min. 36 m-ce przyzna O punktów) Każdy dodatkowy rok powyżej 36 miesięcy . Wykonawca otrzyma 10 punktów w kryterium gwarancja za każdy dodatkowy rok . Ofercie o najdłuższym okresie gwarancji 60 miesięcy Wykonawca otrzyma 20 % w kryterium okres gwarancji.	Tak, podać	

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego systemu zabudowy – dołączyć do oferty

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu w wskazanym miejscu przez Zamawiającego będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

Po wykonaniu montażu Wykonawca przywróci pomieszczenia do stanu z przed montażem.

.....
podpis Wykonawcy